



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Αρ.Πρωτ.:226/7-1-21

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Σ. Γκογκόρη
Τηλ: 210 4520835
Φαξ: 210 4528948
Email: prommet@yahoo.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. Διακ. 59/2020 και συστημικό αριθμό **104696** για την προμήθεια Καθετήρων, διευκρινίζουμε τα εξής:

-Στη σελίδα 1 στην γραμμή **Δείγματα** εκ παραδρομής έχει τεθεί εσφαλμένα η ένδειξη **OXI**, η οποία και διορθώνεται σε **NAI**

-Στην ίδια σελίδα (σελ.1) παρατηρείται σφάλμα και στον υπολογισμό της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α., η οποία **ορθώς αντιστοιχεί στα 149.984,99€ με ΦΠΑ.**

Επομένως ο σχετικό Πίνακας της 1^{ης} σελίδας τροποποιείται ως εξής:

Αναθέτουσα Αρχή:	Ε.Α.Ν.Π.ΜΕΤΑΞΑ
Είδος Διαγωνισμού	Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων
Κριτήριο Αξιολόγησης	Βάσει τιμής
Κωδικός CPV	33141200-2
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ	104696
Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ/ ΚΗΜΔΗΣ	Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021
Ημερομηνία λήξης Υποβολής των Προσφορών	Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
Ημερομηνία αποσφράγισης	Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11.00π.μ.
Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού	Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr , ενώ τα έγγραφα τα οποία δε δύναται να αποσταλούν ηλεκτρονικά, κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, Μπότاسη 51, Πειραιάς
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη	132.730,08€ άνευ ΦΠΑ (149.984,99€ με ΦΠΑ)
Δείγματα	ΝΑΙ
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών	365 ημέρες
Γενικοί Όροι – Δικαίωμα Συμμετοχής	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Τιμή – Προσφορά	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Υποδείγματα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Υπόδειγμα Σύμβασης	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
Πίνακας Ειδών – Τεχνικές Προδιαγραφές	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
Έντυπο «ΤΕΥΔ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

-Τέλος, στο Παράρτημα Ε' (Τεχνικές προδιαγραφές και Πίνακας ειδών (σελ 32)), οι τεχνικές προδιαγραφές για το πρώτο είδος δεν συνοδεύονται από τη σχετική ένδειξη αρίθμησης και την περιγραφή του.

Για την αποφυγή παρανόησης επαναλαμβάνουμε τις προδιαγραφές του 1^{ου} είδους της αναρτημένης σχετικής διακήρυξης, με προσθήκη ως επικεφαλίδας της σχετικής αρίθμησης του 1^{ου} είδους και με την απαιτούμενη περιγραφή του, ως εξής:

1 ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ON-OFF (ΚΩΔ.ΝΟΣΟΚ.ΥΥΚΑΓ006)

Μέγεθος: 20G, μήκος 45mm

Υλικό: Να είναι ιστοσυμβατό TEFLON(FEP/PTFE). Να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος. Να είναι Latex Free και DEHP Free

Συσκευασία: Να αποτελείται από επικηρωμένο αδιάβροχο χαρτί που δε σχίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να έχουν διακόπτη ροής αίματος (flow-switch), ώστε να αποφεύγεται πλήρως ο κίνδυνος διαφυγής αίματος ή εμβολής αέρα.

Να είναι κατασκευασμένοι βάσει των ISO-Standards (ή ισοδύναμων) και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).

Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρο, έτσι ώστε να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.

Να διαθέτει διάφανο οπτικό παράθυρο ανναροής αίματος.

Το είδος να διαθέτει πιστοποίηση (έγγραφη) ελέγχου, ώστε να διασφαλίζονται οι μικρότερες δυνατές αποκλίσεις του συστήματος παρακολούθησης αιμοδυναμικής πίεσης.

Ο οδηγός-στυλεός να εφαρμόζει απόλυτα με τον καθετήρα.

Να διαθέτουν περύγια για καλύτερη στήριξη.

Να διατίθενται τουλάχιστον δέκα (10) δείγματα.

Ο Προμηθευτής να φέρει αποδεικτικά εκπροσώπησης του κατασκευαστικού οίκου

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝ.ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ