

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» - προμήθεια Ειδικών Απολυμαντικών**Δημοσιεύθηκε 27/09/2021**
Μοναδικός Κωδικός 21D1AB000019743**Τελευταία ανανέωση Ημ/νια Λήξης 12/10/2021**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 15484-27/9/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ: 213 2079100

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ: Κυριακού Χρ.

Τηλ: 213 2079322-9764

Φαξ: 210 4516237

Email: diavouleusi_metaxa@yahoo.com

016649-21-0
16649-13/10/2021

ΠΡΟΣ: ΕΣΗΔΗΣ (ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ)

diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ειδικών Απολυμαντικών (CPV: 24455000-8)»

ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ' αρ. 18163-27/10/2020 απόφαση Διοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ειδικών Απολυμαντικών (ΑΔΑ: ΨΛ9Κ4690ΩΖ-6ΤΤ).

Β. Το υπ.αρ.πρωτ. 1875-4/2/2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής

Σε συνέχεια του Β σχετικού, το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρμογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια Ειδικών Απολυμαντικών (CPV: 24455000-8), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ και θα γίνει η τελική διαμόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο πλήρες σώμα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει αναρτημένη:

- στον ιστότοπο του Νοσοκομείου: [www.metaxa-hospital .gr](http://www.metaxa-hospital.gr)
- στο ΕΣΗΔΗΣ

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά με την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Το νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας και συγκεκριμένα στη διαδρομή Προμήθειες-Διαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετική ανακοίνωση με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. Σημειώνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.promitheus.gov.gr>) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδρομή: Προμήθειες-Διαβουλεύσεις-Προσκλήσεις. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ

Κατεβάστε το αρχείο

Όνομα ΠΕΤΡΟΣ

ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & Email info@pcosmidis.gr

ΣΙΑ Ε.Ε.

Άρθρο Παρατηρήσεις σχετικά με τη Δημόσια
διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια Ειδικών ΑπολυμαντικώνΗμ/
via 12/10/2021Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι,

Λάβαμε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών που έχετε αναρτήσει, και επιθυμούμε να σας αναφέρουμε τα κάτωθι.

Για το ΔΑΑΠΛ00011

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ

Προτείνουμε να προστεθεί < Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το απολυμαντικό διάλυμα > , όπως αναφέρεται και στο ΔΑΑΠΛ00011 όπου ζητούνται δείκτες.

Για τον ΔΑΑΠΛ000Α3

Α/Α 11: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaDCC)-ΧΛΩΡΙΟ 5 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ (5gr). Προτείνουμε να αλλάξουν τα τεμάχια των δισκίων από 50-200 σε 50-100, για την οικονομία και την καλύτερη διακίνηση του είδους στο νοσοκομείο σας.

Όσον αφορά το πίνακα με τα ειδικά απολυμαντικά και την αναγραφόμενη αντιστοιχία των προϊόντων στο παρατηρητήριο τιμών, επιθυμούμε να σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

1ον) Για τον α/α 1 με ΔΑΑΠΛ0Α1 , ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ-ΜΕΘ κλπ.) ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ και την αντιστοιχία του προϊόντος στον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών 28.1.33, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι δεν είναι δυνατή η αντιστοιχία του συγκεκριμένου προϊόντος με οποιοδήποτε είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει είδος στο Παρατηρητήριο Τιμών που να αναφέρει στις τεχνικές του προδιαγραφές λεπτομερείς πληροφορίες όπως σύσταση, δοσολογίες, χρόνους δράσης, φάσμα δράσης, διάρκεια ζωής του καθαριστικού ή απολυμαντικού διαλύματος, ημερομηνία λήξης καθώς και άλλα σημαντικά στοιχεία διαμόρφωσης του τελικού κόστους χρήσης του είδους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ακριβής αντιστοιχία των προϊόντων μας με τα είδη του Παρατηρητηρίου Τιμών. Τα απολυμαντικά προϊόντα που είναι συμπεκνωμένα (όπως και το ζητούμενο), χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες δοσολογίες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή τους κατόπιν ανεξάρτητων κλινικών μελετών που πιστοποιούν την καθαριστική ή απολυμαντική δράση τους. Κανένα από τα προϊόντα που τυχόν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών και έχουν παρεμφερή περιγραφή, δεν αναφέρουν στις τεχνικές προδιαγραφές τους στοιχεία όπως π.χ. την δοσολογία, τον χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη της καθαριστικής ή απολυμαντικής δράσης, την διάρκεια ζωής του διαλύματος και όλα τα άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει το πραγματικό κόστος χρήσης του έτοιμου διαλύματος. Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι αδύνατη η αντιστοιχία του ζητούμενου προϊόντος με οποιοδήποτε είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών. Εφόσον τα είδη που υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών δεν αναφέρουν στις προδιαγραφές τους ρητώς τεχνικά χαρακτηριστικά όπως σύσταση, δοσολογίες, χρόνους δράσης, φάσμα δράσης, διάρκεια ζωής του καθαριστικού ή απολυμαντικού διαλύματος, ημερομηνία λήξης κ.α. δεν είναι δυνατή η αντιστοιχία του προϊόντος με οποιοδήποτε είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών.

2ον) Για το ΔΑΑΠΛ021, ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΥΠΕΡΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ, και την αντιστοιχία του προϊόντος στον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών 28.1.3, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι ανατρέχοντας στο τίτλο του παρατηρητηρίου τιμών θα διαπιστώσεται ότι το σκεύασμα για το οποίο έχει αναρτηθεί τιμή είναι μόνο απορρυπαντικό και όχι απορρυπαντικό - απολυμαντικό όπως ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους. Άρα πρόκειται για σκεύασμα διαφορετικής εφαρμογής, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί στο κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών που το έχετε εντάξει , καθώς είναι διαφορετικό είδος από το ζητούμενο του νοσοκομείου σας.

3ον) Για το ΔΑΑΠΛ15 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ.

Αναφέρεται ως κωδικό αντιστοίχησης με το παρατηρητήριο τιμών τον 57.129.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου είδους αναφέρουν να καλύπτονται τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να είναι υδατοδιαλυτό.
2. Να μην περιέχει σιλκόνες.
3. Το κάθε δοχείο να φέρει μακρύ ρύγχος ψεκασμού.
4. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε εργαλεία που αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού.
5. Να μην είναι τοξικό για τους χρήστες και να μην αφήνει κατάλοιπα πάνω στα εργαλεία.
6. Να είναι τοξικολογικά ελεγχμένο και να επισυναφθούν ανεξάρτητες μελέτες.
7. Να είναι κατάλληλο για υλικά με αρθρώσεις.
8. Να επιτυγχάνεται μέσω της λίπανσης και η συντήρηση των ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων.
9. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και να κατατεθεί η καταχώρηση του στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ.

Το παρατηρητήριο τιμών αναφέρει απλά ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ χωρίς κανένα άλλο τεχνικό χαρακτηριστικό του προϊόντος ανόρθωσης. Για προαναφερόμενους τους παραπάνω 9 λόγους (αναρτημένες προδιαγραφές είδους) είναι αδύνατη η αντιστοιχία του οποιοδήποτε προϊόντος μας με το Παρατηρητήριο Τιμών. Εφόσον τα είδη που υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών δεν αναφέρουν στις προδιαγραφές τους ρητώς τεχνικά χαρακτηριστικά όπως σύσταση, ημερομηνία λήξης κ.α. δεν είναι δυνατή η αντιστοιχία των προϊόντων μας με οποιοδήποτε είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών.

4ον) Για το ΔΑΑΠΛΓ1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΑΥ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ,ΚΛΠ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ.

Αναφέρεται ως κωδικό αντιστοίχησης με το παρατηρητήριο τιμών τον 28.1.44.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου είδους αναφέρουν να καλύπτονται τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να περιέχει συνδυασμό τουλάχιστον δύο δραστικών συστατικών.
2. Να μην περιέχει αλκοόλες και αλκοόλες.
3. Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα (να κατεβούν μελέτες αποτελεσματικότητας) και να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων (gram+ και gram-), έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών (Klebsiella pneumoniae και Acinetobacter Baumannii), ιών HBV, HCV, HIV, Rota, μυκήτων, μυκοβακτηριδίου της ψευδαίωσης, σποροκτόνο έναντι C. Difficile
4. Να μην είναι διαβρωτικό για τα ανοξείδωτα και να είναι κατάλληλο για χρήση και σε πλαστικό, γυαλί, ακρυλικό, πολυμερή κλπ, χωρίς να τα καταστρέφει.
5. Να κατεβούν πίνακες συμβατότητας του προϊόντος με τα υλικά κατασκευής των monitors κεφαλών υπερήχων και άλλα επί πονή απόρριψης.
6. Να φέρεται σε εύχρηστη συσκευασία (μέχρι 1 λίτρο) με συσκευή ψεκασμού στην κάθε φιάλη.
7. Να είναι ταχείας δράσης (5'-15') και να μην αφήνει στίγματα.
8. Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό και ερεθιστικό για τους χρήστες.
9. Να έχει έγκριση του ΕΟΦ.
10. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ

Ο κωδικός του παρατηρητηρίου τιμών που αντιστοιχείτε το παραπάνω σκεύασμα αναφέρει απλά < ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1LT > .

Όπως εύκολα διαπιστώνεται και εσείς δεν μπορεί να γίνει αντιστοιχία στο παρατηρητήριο τιμών μας και δεν αναφέρεται κανένα τεχνικό χαρακτηριστικό του σκευάσματος ανόρθωσης όπως π.χ. ποια είναι η δραστική ουσία, ποιο το απολυμαντικό φάσμα, ποιος ο χρόνος δράσης, ποια είναι η συμβατότητα του σκευάσματος και αν πιστοποιείται με κάποια πιστοποιητικά, αν φέρει άδειες κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ κ.λπ.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ελλείψεων, για τα σκευάσματα που υπάρχει ανάρτηση στο Παρατηρητήριο Τιμών δεν είναι δυνατή η αντιστοιχία των προϊόντων μας με οποιοδήποτε είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τηλ. 210-4838224

Όνομα MEDIC PLAN
HEALTH PROJECTEmail sales3@medic-
plan.comΆρθρο Διαβούλευση για την προμήθεια
Ειδικών ΑπολυμαντικώνΗμ/
via 12/10/2021

Κύριοι,

Αναφερόμενοι στη Διαβούλευση για την προμήθεια Ειδικών Απολυμαντικών (Αρ. Πρωτ.: 15484), σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους σε διακήρυξη για την προμήθεια των ειδών. Αναλυτικότερα:

Γενικοί Όροι:

Παράγραφος 4: Οι εταιρείες παραγωγής των προϊόντων να διαθέτουν πιστοποιητικά σε ισχύ διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό.

Προτείνουμε η εν λόγω παράγραφος να τροποποιηθεί ως εξής:

«Οι εταιρείες παραγωγής των προϊόντων να διαθέτουν πιστοποιητικά σε ισχύ διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και προαιρετικά ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό».

Παράγραφος 5: Οι προμηθευτές εταιρείες των προϊόντων να διαθέτουν εν ισχύ ISO9001:2015 και πιστοποιητικό για διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ86/1348.

Προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:

«Οι προμηθευτές εταιρείες των προϊόντων να διαθέτουν εν ισχύ ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και πιστοποιητικό για διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ86/1348».

Επίσης, για την εξοικονόμηση χρημάτων από το νοσοκομείο προτείνουμε να προστεθεί η παράγραφος:
«Το υγρό απορρυπαντικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προσθήκη ουδετεροποιητικού»

Για το είδος Α/Α 7:

Προτείνουμε να τροποποιηθεί ο τίτλος σε «Υγρό Διαβρεκτικό Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων» εφόσον η χρήση του ουδετεροποιητικού δεν είναι απαραίτητη.

Για το Διαβρεκτικό προτείνουμε τις παρακάτω παραγράφους:

1. Το διαβρεκτικό να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτό του απορρυπαντικού, ώστε να μην γίνονται ανεπιθύμητες χημικές αντιδράσεις.
 2. Το διαβρεκτικό να προγραμματίζεται στην τελευταία απόπλυση του πλυντηρίου / απολυμαντή και εισέρχεται στη φάση της θερμικής απολύμανσης σε θερμοκρασίες 80 – 93°C.
 3. Να διαθέτει ιδιότητες, οι οποίες να μειώνουν το χρόνο στεγνώματος κατά 50%.
 4. Να έχει ουδέτερο pH.
 5. Να είναι βιοσυμβατό. Να κατατεθεί μελέτη από ανεξάρτητο φορέα που να το αποδεικνύει
 6. Να χρησιμοποιείται σε δοσολογία 0,3 - 1 ml/L.
- Ανακεφαλαιώνοντας και με σκοπό τη δυνατότητα ευρύτητας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη όσο τεκμηριωμένα αναφέρονται ανωτέρω.

Με εκτίμηση,

Για τη MEDIC PLAN HEALTH PROJECT IKE

Παρασκευάς Παρασκευάς

(Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Τμήμα Πωλήσεων)

Όνομα **PAUL
HARTMANN
Hellas A.E.**

Email **info@gr.hartmann.info**

Άρθρο **PAUL HARTMANN Hellas A.E.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ**

Ημ/
via **12/10/2021**

ΠΡΟΣ "ΜΕΤΑΞΑ" ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΟΤΑΣΗ 51, 185 37, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡ.
ΤΗΛ : 213 2079322-9764
FAX : 210 4516237
Email: diavouleusi_metaxa@yahoo.com

Αθήνα, 12/10/2021

ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV: 24455000-8)»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΟΝ Α/Α 1

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ –ΜΕΘ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ.

Ζητάτε

- Να έχει αντιμικροβιακό φάσμα με δράση σε βακτηρίδια, ιούς(HIV, HBV, HCV,Rota, Corona),μύκητες και μυκοβακτηρίδια φυματίωσης εντός 30' λεπτών.

Όμως με βάση τις επικυρωποιημένες από Αυγούστο του 2021 προδιαγραφές του ΕΚΑΠΥ η προδιαγραφή πλέον ζητάει μυκοβακτηριοκτονία σε 2 ώρες – καθώς το προηγούμενο αφορούσε φωτογραφική προδιαγραφή σκευασματος.
Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την προδιαγραφή

- Θα αξιολογηθεί η τιμή του αραιωμένου διαλύματος, το οποίο επιπυχνάνει σε χρονικό διάστημα 30' λεπτών αποτέλεσμα (απολύμανσης) για το σύνολο του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος.
Παρακαλούμε σύμφωνα με τα παραπάνω όπως τροποποιήσετε την προδιαγραφή με την προσθήκη πλήν φυματιοκτονίας.

ΣΤΟΝ Α/Α 3

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ.

Ζητάτε

- Να περιέχει καθαριστικές ουσίες και τουλάχιστον τρία ένζυμα ικανά να απομακρύνουν πρωτεΐνες, λίπη και άμυλο από τα χειρουργικά εργαλεία και ενδοσκόπια.
Η καθαριστική ικανότητα ενός απορρυπαντικού καθώς και η ικανότητα να απομακρύνει οργανικό φορτίο δεν περιορίζεται στην παρουσία ενζύμων στην σύνθεση.
Υπάρχουν πιστοποιημένα απορρυπαντικά χειρ/κών εργαλείων και ενδοσκοπίων τα οποία δεν περιέχουν ένζυμα στην σύνθεσή τους με αποτέλεσμα να καταλήγουν οικονομικότερα τόσο στη τιμή λίτρου όσο και στο ετοιμο διάλυμα. Μην φωτογραφίζετε συνθέσεις.
Παρακαλούμε όπως αφαιρέσετε την ένδειξη τουλάχιστον τρία ένζυμα και αντ' αυτού ζητήσετε να απομακρύνουν πρωτεΐνες, λίπη και άμυλο. για το δικαίωμα συμμετοχής αξιολογών προϊόντων στην διαγνωστική διαδικασία και την αύξηση του υγιούς ανταγωνισμού.

- Να έχει πιστοποίηση δραστηριότητας έναντι του βιοϋμένιου(biofilm) και να κατατεθεί μελέτη αποτελεσματικότητας, επί ποινή απόρριψης.
Το παραπάνω φωτογραφίζει συγκεκριμένο σκεύασμα καθώς μόνο ένα προϊόν της αγοράς ισχυρίζεται πως διαθέτει την εν λόγω πιστοποίηση.

Παρακαλούμε όπως αφαιρέσετε το επί ποινή απόρριψης για το δικαίωμα συμμετοχής αξιολογών προϊόντων στην διαγνωστική διαδικασία

Στον Α/Α 8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ.

Ζητάτε

- Να περιέχει καθαριστικές ουσίες και τουλάχιστον τρία ένζυμα για να απομακρύνει πρωτεΐνες, λίπη και άμυλο,
Η καθαριστική ικανότητα ενός απορρυπαντικού καθώς και η ικανότητα να απομακρύνει οργανικό φορτίο δεν περιορίζεται στην παρουσία ενζύμων στην σύνθεση.
Υπάρχουν πιστοποιημένα απορρυπαντικά χειρ/κών εργαλείων και ενδοσκοπίων τα οποία δεν περιέχουν ένζυμα στην σύνθεσή τους με αποτέλεσμα να καταλήγουν οικονομικότερα τόσο στη τιμή λίτρου όσο και στο ετοιμο διάλυμα.
Παρακαλούμε όπως αφαιρέσετε την ένδειξη τουλάχιστον τρία ένζυμα και αντ' αυτού ζητήσετε να απομακρύνουν πρωτεΐνες, λίπη και άμυλο. για το δικαίωμα συμμετοχής αξιολογών προϊόντων στην διαγνωστική διαδικασία και την αύξηση του υγιούς ανταγωνισμού.

Στον Α/Α 14

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ.

Παρακαλούμε όπως αναφέρετε αν θα είναι αλκοολούχο χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοολές η σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΚΑΠΥ ανω των 70%

ΖΗΤΑΤΕ

- Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, πολυκαρβονικά.Να κατατεθεί επιστημονική τεκμηρίωση της συμβατότητας του σκευάσματος με διάφορα υλικά.
Τα απολυμαντικά επιφανειών με βάση τις αλκοολές (όταν η περιεκτικότητα σε αυτές είναι υψηλή) δεν είναι συμβατά με επιφάνειες μη ανθεκτικές στις αλκοολές.

Παρακαλούμε όπως επαναδιατυπώσετε την προδιαγραφή «επιστημονική τεκμηρίωση», καθώς αυτό που ζητάτε είναι μία απλή λίστα συμβατότητας με υλικά επιφανειών .

στη διάθεσή σας,

για την PAUL HARTMANN Hellas A.E.

Όνομα **ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΑΕ**

Email **sales@endoscopiki.gr**

Άρθρο **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

**ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ**

Ημ/
via **07/10/2021**

ΠΡΟΣ
"ΜΕΤΑΞΑ"
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΟΤΑΣΗ 51,
185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

FAX : 210 4516237
Email: diavoulousi_metaxa@yahoo.com

Αθήνα, 07/10/2021
Αρ. πρωτ: 2021/Ε/526218/ΘΜ/κρ

ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV: 24455000-8)»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της πρόσκλησης σας που αφορά την υπ' αριθμ. Πρωτ. 15484/27-09-2021 «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ειδικών Απολυμαντικών (CPV: 24455000-8)», με ημερομηνία ανάρτησης την 27/09/2021 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την 12/10/2021, σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις προδιαγραφές.

Η εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου SOLUSCOPE ANIOS στην Ελλάδα και οι προδιαγραφές που ζητούνται είναι πιαστές, και δεν καλύπτουν τα ζητούμενα είδη με βάση τις νέες πιστοποιήσεις. Προτείνουμε να επαναδιατυπωθούν ορισμένες προδιαγραφές και σας καταθέτουμε τις νέες προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη, ώστε να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η καλύτερη και πιο συμφέρουσα επιλογή για το Νοσοκομείο σας.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε.

Μετά τιμής,
Για την ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ

Κίμων Καλόγλου
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – Α/Α: 16
ΔΑΔΠΛ00012

Α/Α16: ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE (ΣΥΣΚ.ΜΕΧΡΙ 2 ΛΙΤΡΑ).

Σύνθεση

1. Πρωτεολυτικά ένζυμα.

Χαρακτηριστικά

2. Να λειτουργεί σε θερμοκρασία 45°C.

3. Να λειτουργεί σε συγκέντρωση 0,5%.

4. Να έχει περιεκτικότητα σε ένζυμα 2%.

5. Να έχει περιεκτικότητα σε άλατα ασβεστίου μεταξύ 0,5-2%.

6. Να έχει pH διαλύματος 7,5 +/- 0,5.

7. Να είναι συμβατό με τα εύκαμπτα ενδοσκόπια (FUGINOM) του Ενδοσκοπικού τμήματος του Νοσοκομείου μας, να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από την κατασκευάστρια εταιρεία.

8. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο πλυντήριο του Ενδοσκοπικού τμήματος του Νοσοκομείου μας, να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από την κατασκευάστρια εταιρεία αυτού, επί ποινή απόρριψης.

9. Να έχει σήμανση CE.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡ. Α/Α: 16

Ενζυματικό διάλυμα σε συσκευασία δύο (2) λίτρων ή πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope.

Η σύνθεση του να περιέχει:

• Ενζυματική δράση.

Και να διαθέτει απαραίτητα τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Να λειτουργεί σε πυκνότητα 1.03 έως 1.08 σε 20°C θερμοκρασία.

2. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 6.7 έως 7.5 σε 20°C θερμοκρασία.

3. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου, για την συμβατότητα των ενδοσκοπίων με το ως άνω υγρό, απαράβατος όρος.

Να κατατεθούν απαραίτητα μελέτες αναγνωρισμένων εργαστηρίων για την συμβατότητα και αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υγρών με τα συγκεκριμένα πλυντήρια. Επίσης, να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμβατότητας με το πλυντήριο, κυκλοφορίας, CE MARK, κ.λπ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – Α/Α: 17

ΔΑΔΠΛ00012

Α/Α17: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE (ΣΥΣΚ.ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ).

Σύνθεση

1. Συμπυκνωμένο διάλυμα γλουταραλδεϋδης (24% +/- 0,5).

2. Μη ιονική αβυλική αλκοόλη.

3. Φωσφορικά στοιχεία διατήρησης Ρh διαλύματος σε απιονισμένο νερό.

Χαρακτηριστικά

4. Να λειτουργεί σε θερμοκρασία 45° (συγκέντρωση 0,25% σε 5min).

5. Να λειτουργεί σε πυκνότητα 1.098 +/- 0,010 σε θερμοκρασία 20 βαθμούς κελσίου.

6. Να έχει pH διαλύματος 3,75 +/- 0,25.

7. Να διαθέτει δείκτη διάβλασης 1,385 +/- 0,015.

8. Να είναι συμβατό με τα εύκαμπτα ενδοσκόπια (FUGINOM) του Ενδοσκοπικού τμήματος του Νοσοκομείου μας, να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από την κατασκευάστρια εταιρεία.

9. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο πλυντήριο (SOLUSCOPE) του Ενδοσκοπικού τμήματος του Νοσοκομείου μας, να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από την κατασκευάστρια εταιρεία αυτού επί ποινή απόρριψης.

10. Να έχει σήμανση CE.

11. Να έχει καταχώρηση στο ΕΜΧΠ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡ. Α/Α: 17

Συμπληρωμένο διάλυμα γλουταραλδεϋδης σε δοχεία πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope.

Η σύνθεση του να περιέχει:

• Γλουταραλδεϋδης σε ποσοστό 24% ± 1.0

Και να διαθέτει απαραίτητα τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Να λειτουργεί σε θερμοκρασία 40°C έως 45°C.

2. Να λειτουργεί σε πυκνότητα 1.02 έως 1.10 σε 20°C θερμοκρασία.

3. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 3.5 έως 4.5.

4. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για την συμβατότητα των ενδοσκοπίων με το ως άνω υγρό απαράβατος όρος.

Να κατατεθούν απαραίτητα μελέτες αναγνωρισμένων εργαστηρίων για την συμβατότητα και αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υγρών με τα συγκεκριμένα πλυντήρια. Επίσης, να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμβατότητας με το πλυντήριο, κυκλοφορίας, CE MARK, κ.λπ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – Α/Α: 19

ΔΑΔΠΛ00022

Α/Α19: ΔΙΣΚΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ SOLUSCOPE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ (500gr)

1. Να είναι κατάλληλα για τα πλυντήρια ενδοσκοπίων του Νοσοκομείου μας (SOLUSCOPE).

2. Να διαθέτουν δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) από τον κατασκευαστικό οίκο.

3. Η σύνθεση τους να περιέχει τα παρακάτω:

A. Διένυδρη διχλωροισσοκυανουρικό οξύ σε ποσότητα 50 ≤ x % < 100.

B. Αδipικό οξύ σε ποσότητα 2,5 ≤ X % < 10.

C. Το pH σε διάλυμα νερού να είναι 6 με 7 σε 1%.

4. Να διαθέτει επίσημη έγκριση, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου, χρήσης του υγρού, επί ποινή απόρριψης.

5. Να συμβαδίζει με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (REACH regulation (EC) n° 1907/2006 και n° 453/2010).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡ. Α/Α: 19

1. Να διατίθενται σε δίσκους των 10 gr περίπου και σε 100 τεμ. ανά συσκευασία.

2. Η σύνθεση τους να περιέχει διχλωροισσοκυανουρικό νάτριο σε ποσοστό άνω του 50% κ.β. και αδipικό οξύ σε ποσοστό 20%-30%.

3. Κάθε ένα δίσκο να αποδεσμεύει 1.000 ppm ενεργό διαβέσιμο χλώριο, ανά 3 λίτρα νερού, με το pH του διαλύματος να είναι ουδέτερο 6 έως 7.

4. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης για την απολύμανση του πλυντηρίου ενδοσκοπίων Soluscope 2 από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου.