



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Αρ. πρωτ.

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Πληρ.: Κυριακού Χρ.
Τηλ.: 2132079647

ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. ΜΠΟΛΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΙΑΤΡΟ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
2. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
3. ΚΩΤΣΙΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV: 33141200-2).

- (α) Η υπ'αρ.πρωτ 13290-19/08/2020 απόφαση Διοικητού περί συγκρότησης επιτροπής προδιαγραφών για την προμήθεια Καθετήρων.
- (β) Το υπ'αρ.πρωτ. 20049-23/11/2020 έγγραφο κατάθεσης πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών
- (γ) Η υπ'αρ.πρωτ. 20174-25/11/2020 « Δημόσια διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τα διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Καθετήρων (CPV: 33141200-2).
- (δ) Το υπ'αρ.πρωτ. 21336-11/12/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΣΗΔΗΣ με τα σχόλια-παρατηρήσεις των εταιρειών που έλαβαν μέρος στην ανωτέρω Δημόσια διαβούλευση επί του β σχετ. πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών

Σε συνέχεια των α-β και γ σχετικών εγγράφων, βάσει των οποίων συντάξατε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μόνον Καθετήρων, σας διαβιβάζουμε το δ σχετ. έγγραφο που περιλαμβάνει τα σχόλια-παρατηρήσεις των εταιρειών που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της διαβούλευσης και υπέβαλλαν σχετικές προτάσεις-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του Νοσοκομείου.

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε να εξετάσετε τις σχετικές παρατηρήσεις-σχόλια των εταιρειών ως προς τις υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι γίνονται δεκτές, είτε εν όλω είτε εν μέρει, να προχωρήσετε στην τροποποίηση των προδιαγραφών. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας με ειδικά αιτιολογημένο έγγραφό σας, εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους οι παρατηρήσεις αυτές δε γίνονται δεκτές.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΚΑΔΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Το δ σχετ.

Εσωτερική διανομή
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Όνομα ΓΕΝΙΚΗ
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

Άρθρο Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών
προδιαγραφών για την προμήθεια ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ Ημ/νία 08/12/2020
(CPV: 33141200-2)»

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, Σε συνέχεια της ανωτέρω ανακοίνωσης του Νοσοκομείου με αριθμό πρωτ.: 20174-25/11/2020 παραθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που προτείνουμε να συμπεριληφθούν στον διαγωνισμό, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ευρύτητας συμμετοχής, της ανάπτυξης ανταγωνισμού. Τα εν λόγω υλικά είναι υψηλής ποιότητας προς την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα εξής: 1) Ουρητηρικοί καθετήρες αφαίρεσης λίθων τύπου Basket. Ο καθετήρας να έχει διάμετρο 1,9Fr, μήκος 120cm και να είναι από Nitinol. Το basket να έχει 4 παράλληλα σύρματα από Nitinol και διάμετρο 12mm. Το άκρο του basket να είναι ατραυματικό τύπου zeroTip και να διαθέτει ειδικό marker που να ενισχύει την ενδοσκοπική απεικόνιση. Η λαβή να είναι εργονομική, αποσπώμενη, με δυνατότητα περιστροφής του Basket. Το εν λόγω προϊόν διαθέτει ατραυματικό άκρο τύπου ZeroTip με ειδικό μάρκερ που ενισχύει την ενδοσκοπική απεικόνιση και διασφαλίζει την ασφαλή προώθηση του καθετήρα στον ουρητήρα ειδικά όταν τα συγκρίματα είναι κολλημένα στην νεφρική θηλή. 2) Σετ ενδοπρόθεσης τύπου διπλού Pigtail ανοικτού άκρου, κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη μευδρόφιλη επικάλυψη, βιοσυμβατή, ακτινοσκοπική, μακράς διάρκειας παραμονής έως 12 μήνες, με οπές στα άκρα και σε όλο της το μήκος. Να διαθέτει σύστημα ευθείας του άκρου του pigtail για την εύκολη τοποθέτηση του οδηγού σύρματος, ακτινοσκοπική διαβάθμιση ανά 5cm και ειδική επικάλυψη rHreecoat, η οποία να κρατά σταθερά τα επίπεδα του pH στην επιφάνεια του καθετήρα ώστε να ελαχιστοποιεί την προσκόλληση ουρικών αλάτων. Το σετ να περιλαμβάνει: καθετήρα Pigtail, προωθητή με ακτινοσκοπικό άκρο και υδρόφιλο οδηγό σύρμα από NITINOL μήκους 150cm περίπου. Διάμετροι stent 4,7Ch – 8Ch και μήκη 14cm – 30cm. Το εν λόγω stent, λόγω της ειδικής επικάλυψης που διαθέτει κρατά σταθερά τα επίπεδα του pH στην επιφάνεια του, ελαχιστοποιεί την προσκόλληση ουρικών αλάτων (επασβέστωση) in situ για ένα χρόνο, και συνεπώς διασφαλίζει την καλύτερη ροή/παροχέτευση των ούρων και στην εύκολη αφαίρεση του stent. Επιπλέον είναι πολύ μαλακό και λείο στην επιφάνεια, μεγιστοποιώντας έτσι την άνεση του ασθενούς. Συνεπώς δεν χρειάζεται συνεχή επανέλεγχό κατά την διάρκεια παραμονής του στον ασθενή για έως και 12 μήνες. Το γεγονός ότι η ενδοπρόθεση μπορεί να παραμείνει χωρίς ανάγκη επανέλεγχου έως και 12 μήνες στον ασθενή, μειώνει τον συνολικό αριθμό ενδοπρόθεσεων που χρειάζεται ο ασθενής και συνεπώς μειώνει το κόστος, και αποφορτίζει σημαντικά το ουρολογικό ιατρείο και τις ανθρωποώρες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 3) Υδρόφιλος διαλείποντας καθετήρας τριών στρώσεων σιλικόνης με ειδικά σχεδιασμένη λαβή για no touch εισαγωγή, έτοιμος προς χρήση με νερό χωρίς συντηρητικά στη συσκευασία του και ελεύθερος από phthalates (DEHP-FREE) να μην προκαλεί τοξικότητα, αλλεργίες και τραυματισμούς. Ανδρικός, μήκους περίπου 40εκ. Μεγέθη από 10-20 CH Γυναικείος, μήκους περίπου 15εκ. Μεγέθη από 10-20CH Οι εν λόγω διαλείποντες καθετήρες είναι υψηλής τεχνολογίας καθώς διαθέτουν τρία στρώματα σιλικόνης ειδικά επεξεργασμένα ώστε αφενός να είναι μαλακοί και ατραυματικοί για τον ευαίσθητο υμένα της ουρήθρας αφετέρου είναι σταθεροί για ασφαλή και εύκολη πλοήγηση. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να εκθέσουμε τις προτάσεις μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή τεκμηρίωση. Με εκτίμηση, ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

Όνομα ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.

Email magiras@magiras.gr

Άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ

Ημ/νία 09/12/2020

Αξιότιμοι Κύριοι, Σε συνέχεια του υπ'αρ.: 20174/25-11-20 έγγραφου σας που αφορά την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ, έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις σχετικά με τα παρακάτω είδη : Α/Α 1 με περιγραφή: ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ON-OFF (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚ. ΥΥΚΑΓ006) Μέγεθος: 20G, μήκος 45mm Υλικό: Να είναι ισοσυμβατό TEFLON(FEP/PTFE). Να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος. Να είναι Latex Free και DEHP Free Συσκευασία: Να αποτελείται από επικηρωμένο αδιάβροχο χαρτί που δε σχίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να έχουν διακόπτη ροής αίματος (flow-switch), ώστε να αποφεύγεται πλήρως ο κίνδυνος διαφυγής αίματος ή εμβολής αέρα. Να είναι κατασκευασμένοι βάσει των ISO-Standards (ή ισοδυνάμων) και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρο, έτσι ώστε να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Να διαθέτει διάφανο οπτικό παράθυρο αναρροής αίματος. Το είδος να διαθέτει πιστοποίηση (έγγραφο) ελέγχου, ώστε να διασφαλίζονται οι μικρότερες δυνατές αποκλίσεις του συστήματος παρακολούθησης αιμοδυναμικής πίεσης. Ο οδηγός-στυλεός να εφαρμόζει απόλυτα με τον καθετήρα. Να διαθέτουν πτερύγια για καλύτερη στήριξη. Να διατίθενται τουλάχιστον δέκα (10) δείγματα. Για την εξασφάλιση της δυνατότητας εκτέλεσης συμβατικών παραγγελιών, προτείνουμε στα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά να προστεθούν και τα αποδεικτικά εκπροσώπησης του κατασκευαστικού οίκου. Α/Α 7α-7ε ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ No 16,17,18,20,22G Σε ότι αφορά τις προδιαγραφές των φλεβοκαθετήρων που χρησιμοποιεί το Νοσοκομείο σας, φαίνεται από το κείμενο της Διαβούλευσης ότι θα ζητήσετε μόνο φλεβοκαθετήρες ασφαλείας, είδος δηλαδή που χρησιμοποιείται στα λοιμώδη περιστατικά για την εξασφάλιση της μείωσης των ατυχημάτων από τυχαία τρυπήματα αιχμηρών. Υποθέτουμε ότι αυτό έγινε εκ παραδρομής και ότι θα ζητήσετε και απλούς φλεβοκαθετήρες. Σας προτείνουμε τις παρακάτω προδιαγραφές συστήματος απλού φλεβοκαθετήρα και φλεβοκαθετήρα ασφαλείας (από πολυουρεθάνη) ώστε να εξασφαλίσετε την εύκολη και ανώδυνη εισαγωγή στη φλέβα των ασθενών σας, καθώς και τη μέγιστη δυνατή διάρκεια παραμονής στη φλέβα προς οικονομικό όφελος του νοσοκομείου: Σύστημα Φλεβοκέντησης που να αποτελείται από Α) Φλεβοκαθετήρα απλό γενικής χρήσης από πολυουρεθάνη με διάρκεια παραμονής 96 ώρες, με αποτέλεσμα τη μείωση φλεβοκέντησεων και κόστους, καθώς και Β) Φλεβοκαθετήρα ασφαλείας από πολυουρεθάνη με διάρκεια παραμονής 96 ώρες για χρήση στα ΤΕΠ και τα λοιμώδη περιστατικά με τις παρακάτω προδιαγραφές: Α) ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ Περιφερικός ενδοφλέβιος καθετήρας από πολυουρεθάνη που υποκαθιστά στη φλέβα έως και 70% ώστε να μην

τραυματίζει το αγγείο, μακράς παραμονής στη φλέβα (έως 96 ώρες, βάσει επίσημων εγγράφων του κατασκευαστικού οίκου), με γρήγορη αναρροή αίματος και άκρο καθετήρα που ελαχιστοποιεί τον πόνο. • Να διαθέτει πτερύγια στήριξης και βαλβίδα έγχυσης με καπάκι ασφαλείας (no touch technology) με ηχητικό σήμα κλεισίματος . • Να διατίθενται ξεχωριστά και οι στυλεοί πωματισμού για αποφυγή απόφραξης. • Να είναι ακτινοσκοπικοί με 6 πλήρως ενσωματωμένες γραμμές , αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία ,με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης τουλάχιστον 2 έτη από την παράδοση. • Να έχει λεπτά τοιχώματα για να διατηρείται η μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο, ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες ροής. • Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασμό που να εφαρμόζει τέλεια με τον οδηγό στυλεό (βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο συρρίκνωσης του καθετήρα κατά την εισαγωγή του. • Η συσκευασία του να είναι από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται, για αποφυγή ρινισμάτων στον καθετήρα κατά τη διάρκεια ανοίγματος της συσκευασίας. • Να είναι Latex free, PVC & DEHP Free. • Η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE. Να διατίθεται στα παρακάτω μεγέθη : 16G (45mm) 236 ml/min , 18G(32mm)103ml/min, 20G(32mm)67ml/min, 22G(25mm) 42ml/min Προτεινόμενη τιμή 0,4 €/τμχ Κωδικός παρατηρητηρίου : 23.5.2.1 με τιμή 0,595 €/τμχ B. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΤΕΠ και λοιμώδη περιστατικά) • Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι από ενισχυμένη πολυουρεθάνη χωρίς πρόσθετα, ως το πλέον βιοσυμβατό υλικό με τον ανθρώπινο οργανισμό, και να επιτρέπει την παραμονή στον ασθενή για τουλάχιστον 96 ώρες. • Να διαθέτει παθητικό μηχανισμό ασφάλισης χωρίς αιχμηρές μεταλλικές άκρες για την ασφάλεια του προσωπικού, που να καλύπτει όλο το σώμα της βελόνας και να ενεργοποιείται αυτόματα με την απομάκρυνση του στυλεού από τον καθετήρα. • Να έχει λεπτά τοιχώματα για να διατηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο, ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες ροής. • Η βελόνα να έχει λοξοτόμηση τύπου back - cut για εύκολη πρόσβαση στη φλέβα και ελάχιστου τραυματισμού αυτής. • Να διαθέτει βαλβίδα έγχυσης με εγκοπή LL (Luer Lok) προς αποφυγή παλινδρόμησης των υγρών και δυνατότητα παροχής σκευασμάτων και ορών χωρίς τη χρήση βελόνας. Η βαλβίδα να δέχεται σύριγγες με ρύγχη LL και LS (Luer Slip). • Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή φλεβοκέντηση. • Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των αντίστοιχων στυλεών - obturator, για αποφυγή συνεχούς ηπαρινισμού του φλεβοκαθετήρα. • Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. • Να είναι ακτινοσκοπικοί με 6 ακτινοσκοπικές γραμμές. • Να είναι αποστειρωμένοι με ΕΤΟ (οξειδίο του αιθυλενίου) με 5ετή διάρκεια της αποστείρωσης. • Να διαθέτει τα νούμερα 14, 16, 17, 18, 20, 22G. • Η συσκευασία του να είναι από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται, για αποφυγή ρινισμάτων στον καθετήρα, κατά τη διάρκεια ανοίγματος της συσκευασίας. • Η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE. Προτεινόμενη τιμή 2,1 €/τμχ Κωδικός παρατηρητηρίου : 23.6.1.1 με τιμή 2,15 €/τμχ Σημείωση: για τη διασφάλιση της ποιότητας και την ευκολία εκπαίδευσης και χρήσης από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το σύστημα απλού φλεβοκαθετήρα κοινής χρήσης και του φλεβοκαθετήρα ασφαλείας για λοιμώδη περιστατικά θα πρέπει να προσφέρεται και να παρέχεται από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο επί ποινή αποκλεισμού. Ελπίζουμε οι παρατηρήσεις μας να ληφθούν υπόψη της επιτροπής προδιαγραφών, προς όφελος της ποιοτικής νοσηλείας των ασθενών και της ασφαλείας του νοσηλευτικού προσωπικού. Με εκτίμηση, Απόστολος Καταραχιάς Δ/ντής Πωλήσεων Becton Dickinson Division

Όνομα **ARETEION
MEDICALS AE**

Email **info@areteionmedicals.gr**

Άρθρο **ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ**

**ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ Ημ/via 09/12/2020
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ**

Αξιότιμοι Κύριοι Σε συνέχεια της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών σας, η εταιρεία μας ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου VYGON Γαλλίας έχει την ευχαρίστηση να σας υποβάλει τις παρακάτω παρατηρήσεις-προδιαγραφές.

1. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 2 ,ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΚΑΓ051, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SELDINGER ΜΗΡΙΑΙΑΣ (ΜΕΓΕΘΟΣ 18-22G,ΜΗΚΟΣ 16-22CM) >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. << Σετ καθετήρα μηριαίας αρτηρίας μεθόδου SELDINGER. Το σετ να περιέχει α) καθετήρα πολυαιθυλενίου μεγέθους 18G, μήκους 18 cm, ακτινοσκοπικό, β) Βελόνα παρακέντησης 19G με βέλος ένδειξης για την σωστή εισαγωγή της , γ) προέκταση υψηλών πιέσεων 30 cm με 3way, δ) χειρ/κο πεδίο, ε) σύριγγα 10 ml και στ) οδηγό σύρμα ευθύ και μαλακό. Να είναι LATEX free και DEHP free , μ.χ αποστειρωμένο. >> 2. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 3 ,ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΚΑΓ052, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SELDINGER ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ (ΜΕΓΕΘΟΣ 18-22G,ΜΗΚΟΣ 6,5-8,5CM) >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. << Σετ καθετήρα βραχιόνιας αρτηρίας μεθόδου SELDINGER. Το σετ να περιέχει α) καθετήρα πολυαιθυλενίου, ακτινοσκοπικό, με πτερύγια συρραφής-σταθεροποίησης, κολάρο anti-kink, μεγέθους 3Fr/20G, μήκους 6 και 8 cm β) βελόνα παρακέντησης 20G με βέλος ένδειξης για την σωστή εισαγωγή της και γ) οδηγό σύρμα, ευθύ και μαλακό. Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ αποστειρωμένο.>> 3. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 4 ,ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΚΑΓ053, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SELDINGER ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ (ΜΕΓΕΘΟΣ 18-22G,ΜΗΚΟΣ 4-6CM) >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. << Σετ καθετήρα κερκιδικής αρτηρίας μεθόδου SELDINGER. Το σετ να περιέχει α) καθετήρα πολυαιθυλενίου, ακτινοσκοπικό, με πτερύγια συρραφής-σταθεροποίησης, κολάρο anti-kink, εύρους 3Fr/20G, μήκους 4 και 6 cm β) βελόνα παρακέντησης 20G με βέλος ένδειξης για την σωστή εισαγωγή της και γ) οδηγό σύρμα, ευθύ και μαλακό. Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ αποστειρωμένο.>> 4. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 11α ,ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΔΦ022, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩ ΣΦΑΓΓΙΤΙΔΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20cm >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Καθετήρες αντιμικροβιακοί (ΚΦΠ-υποκλειδίου/σφαγγίτιδος) διπλού αυλού. Να είναι πολυουρεθάνης και μοριακά ενοποιημένα ιόντα αργύρου, τα οποία εκπέμπει βραδώς, εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση (μεγαλύτερη από 99%) για 30 ημέρες. Να είναι εύρους 7.5Fr μήκους 16 και 20cm με αυλούς 16 και 18G. Να είναι ακτινοσκοπικοί

βαθμονομημένος ανά εκατοστό σε σελ selidinger. Να είναι LATEX-free και DEHP-free, μ.χ, αποστειρωμένοι. 5. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 11β ,ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΔΦΡ023, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20cm >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Καθετήρες αντιμικροβιακοί (ΚΦΠ- υποκλειδίου/σφαγιτίδος) τριών αυλών . Να είναι πολυουρεθάνης και μοριακά ενοποιημένα ιόντων αργύρου, τα οποία εκπέμπει βραδέως, εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση (μεγαλύτερη από 99%) για 30 ημέρες . Να είναι 7,5Fr σε μήκη 16 και 20 cm, με ένα αυλό οπωσδήποτε 14G για μεγάλους όγκους χορηγήσεων (63-60 ml/min αντίστοιχα). Να είναι ακτινοσκοπικός , βαθμονομημένος ανά εκατοστό σε σελ selidinger. Να είναι LATEX-free και DEHP-free, μ.χ, αποστειρωμένοι. 6. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 11γ ,ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΚΔΦ067, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20cm >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Καθετήρες αντιμικροβιακοί (ΚΦΠ- υποκλειδίου/σφαγιτίδος) τεσσάρων αυλών. Να είναι πολυουρεθάνης και μοριακά ενοποιημένα ιόντων αργύρου, τα οποία εκπέμπει βραδέως, εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση(μεγαλύτερη από 99%) για 30 ημέρες . Να είναι 8,5Fr σε μήκη 16 και 20 cm, με ένα αυλό οπωσδήποτε 14G για μεγάλους όγκους χορηγήσεων, 1 αυλό 16G και 2 αυλούς 18G. Να είναι ακτινοσκοπικός , βαθμονομημένος ανά εκατοστό σε σελ selidinger. Να είναι LATEX-free και DEHP-free, μ.χ, αποστειρωμένοι. 7. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 42 ,ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΔΦΡ102, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ >> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. << Εμφυτεύσιμο τύμπανο Ρορτ χημειοθεραπείας με standard προφίλ , από τιτάνιο και POM (πολυοξυμεθυλένιο), συμβατό με MRI και αξονικό τομογράφο , με δυναμική έγχυση 325psi , μέγιστη ροή έγχυσης έως 5ml/sec και ακτινοσκοπική απεικόνιση με βαθμονόμηση της ροής έγχυσης και της σωστής θέσης του port στη βάση του. Να είναι βάρους 7,6 gr με οπές συρραφής προγεμισμένες με σιλικόνη και ακτινοσκοπικό δαχτυλίδι σύνδεσης. Να έχει καθετήρα ανοιχτού άκρου αποσπώμενο ,μήκους 60cm από ακτινοσκοπική θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη ή σιλικόνη, μεγέθους 8F , 9F και 10F. Να προσφερθεί σε πλήρες σελ τοποθέτησης που να περιλαμβάνει απαραίτητα: ηχογενή βελόνα παρακέντησης μεγέθους 18G/7cm με ενσωματωμένη συσκευή Raulerson, με συσκευή προώθησης του συρμάτινου οδηγού του οποίου ο χειρισμός να γίνεται με το ένα χέρι, βελόνα ασφαλείας Huber συμβατή με CT και προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής υπερήχου , gel και ελαστικές ταινίες περιόδου. Να είναι latex-free,Dehp-free,μ.χ,αποστειρωμένο.>> << Εμφυτεύσιμο τύμπανο Ρορτ χημειοθεραπείας με μεσαίο προφίλ , από τιτάνιο και POM (πολυοξυμεθυλένιο), συμβατό με MRI και αξονικό τομογράφο , με δυναμική έγχυση 325psi , μέγιστη ροή έγχυσης έως 3ml/sec,5ml/sec και ακτινοσκοπική απεικόνιση με βαθμονόμηση της ροής έγχυσης και της σωστής θέσης του port στη βάση του. Να είναι βάρους 5gr με οπές συρραφής προγεμισμένες με σιλικόνη και ακτινοσκοπικό δαχτυλίδι σύνδεσης. Να έχει καθετήρα ανοιχτού άκρου αποσπώμενο ,μήκους 60cm από ακτινοσκοπική θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη ή σιλικόνη, μεγέθους 7F και 8F. Να προσφερθεί σε πλήρες σελ τοποθέτησης που να περιλαμβάνει απαραίτητα: ηχογενή βελόνα παρακέντησης μεγέθους 18G/7cm με ενσωματωμένη συσκευή Raulerson, με συσκευή προώθησης του συρμάτινου οδηγού του οποίου ο χειρισμός να γίνεται με το ένα χέρι, βελόνα ασφαλείας Huber συμβατή με CT και προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής υπερήχου , gel και ελαστικές ταινίες περιόδου. Να είναι latex-free,Dehp-free,μ.χ,αποστειρωμένο.>> 8. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 43 ,ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΚΑΓ065, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ (PICC) – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ>> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Σελ πλήρες περιφερικά εισαγόμενου αντιμικροβιακού κεντρικού φλεβικού καθετήρα (PICC) τεχνικής Micro-seldinger. Να είναι class III (μακροχρόνια παραμονή έως ένα χρόνο). Να προσφερθεί σε πλήρες σελ τοποθέτησης που να περιλαμβάνει απαραίτητα: α) αντιμικροβιακό καθετήρα διπλού αυλού, τεχνολογίας Agion (μοριακά ενοποιημένη πολυουρεθάνη με ιόντα αργύρου) μεγέθους 5F, μήκους 55cm, βαθμονομημένος, ακτινοσκοπικός, με δυναμική έγχυση 325psi και μέγιστη ροή έγχυσης 5ml/sec, β) σύρμα οδηγό από nitinol 0,018" x 50cm ,67cm ή 135cm με επίχρυσο άκρο για την καλύτερη δυνατή ορατότητα μέσω υπερήχου και φλουροσκοπίου , γ) peel away θηκάρι με κλειδώμα ασφαλείας, δ) βελόνα παρακέντησης 21G ασφαλείας μήκους 7cm με ηχογενές άκρο, ε) συνδετικό T με πλευρική θύρα για δυνατότητα ξεπλύματος του καθετήρα με φυσιολογικό ορό, στ) συνδετικά-πώματα ασφαλείας . Να φέρει σχεδιασμό reverse taper. Να είναι μ.χ ,αποστειρωμένο , latex-free, dehp-free. 9. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 45 ,ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΥΚΑΓ066, ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PICC>> ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Στερεωτικό αυτοκόλλητο για καθετήρα PICC, σχεδιασμένο για την μέγιστη άνεση του ασθενή. Να είναι συμβατό με τα ιόντα αργύρου για να κολλάει εύκολα. Να έχει σχεδιασμένο αποτύπωμα πτερυγίου για την αποφυγή συρραφής του καθετήρα. Να μειώνει τις κινήσεις του καθετήρα και την βακτηριακή λοίμωξη. Να μην φέρει κίνδυνο διάτρησης. Να παραμένει έως και επτά ημέρες. Να είναι Latex-free, DEHP-free, μ.χ , αποστειρωμένο. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με τιμή, ΑΡΕΤΕΙΟΝ MEDICALS ΑΕ Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες διευκρινήσεις: Δήμητρα Ράμμου κιν.: 6937377741

Όνομα TELEFLEX
MEDICAL ΕΛΛΑΣ

Email info.gr@teleflex.com

Άρθρο ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (CPV:
33141200-2) ΓΙΑ ΤΟ Ειδικό
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά
«Μεταξά»

Ημ/νία 03/12/2020

Κύριοι, Σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (CPV: 33141200-2) (Διαθ. Πρωτ. 20174) (2η ΥΠΕ) (20ΔΙΑΒΗ00014359) θα θέλαμε να σας επιστημονίσουμε τα ακόλουθα. Στο Δ/Δ 2 ΔΡΤΗΡΙΑΚΟΤ

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟ SELTIGER ΜΗΡΙΑΙΑΣ (Μέγεθος 18-22G, μήκος 16 - 22cm) (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚ. ΥΥΚΑΓ051) προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές οι οποίες βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά του είδους και την ασφάλεια για τον ασθενή. Οι καθετήρες να είναι υδρόφιλοι και να είναι κατασκευασμένοι από ιστοσυμβατό υλικό TEFLON (FEP/PTFE), ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ή PEBA. Η βελόνη να έχει το ίδιο μέγεθος με το μέγεθος του καθετήρα για τον μικρότερο δυνατό τραυματισμό του αγγείου κατά την παρακέντηση του. Στο Α/Α 3. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟ SELTIGER ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ (Μέγεθος 18-22G, μήκος 6,5-8,5cm) (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚ. ΥΥΚΑΓ052) προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές οι οποίες βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά του είδους και την ασφάλεια για τον ασθενή. Οι καθετήρες να είναι υδρόφιλοι και να είναι κατασκευασμένοι από ιστοσυμβατό υλικό TEFLON (FEP/PTFE), ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ή PEBA. Η βελόνη να έχει το ίδιο μέγεθος με το μέγεθος του καθετήρα για τον μικρότερο δυνατό τραυματισμό του αγγείου κατά την παρακέντηση του. Στο 4. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟ SELTIGER ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ (Μέγεθος 18-22G, μήκος 4-6 cm) (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚ. ΥΥΚΑΓ053) προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές οι οποίες βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά του είδους και την ασφάλεια για τον ασθενή. Οι καθετήρες να είναι υδρόφιλοι και να είναι κατασκευασμένοι από ιστοσυμβατό υλικό TEFLON (FEP/PTFE), ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ή PEBA. Η βελόνη να έχει το ίδιο μέγεθος με το μέγεθος του καθετήρα για τον μικρότερο δυνατό τραυματισμό του αγγείου κατά την παρακέντηση του. Στα Α/Α 11α. ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20CM (ΚΩΔ. ΝΟΣ. ΥΥΔΦΡ022) 11β. ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20CM (ΚΩΔ. ΝΟΣ.ΥΥΔΦΡ023) 11γ. ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20CM (ΚΩΔ. ΝΟΣ.ΥΥΚΔΦ067) προτείνουμε να τροποποιηθεί η υπάρχουσα προδιαγραφή η άνω βελόνα να έχει καθετήρα τροφοδοσίας και απόρριψης ψυκτικού υγρού, καθετήρα γείωσης με ενσωματωμένο καλώδιο ως εξής: Να περιλαμβάνεται στη συσκευασία ηχογενή βελόνα παρακέντησης 18 Ga και ειδικό συνδετικό (τύπου κροκοδειλάκι) το οποίο επιτρέπει τη σύνδεση με το μόνιτορ παρακολούθησης για έλεγχο του καρδιογραφήματος κατά την τοποθέτηση στον ασθενή για την επιβεβαίωση θέσης του καθετήρα. Στα Α/Α 25α. ΦΟΛΕΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Νο 16 (ΚΩΔ. ΝΟΣ. ΥΥΚΑΦ036) 25β. ΦΟΛΕΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Νο 18 (ΚΩΔ. ΝΟΣ. ΥΥΚΑΦ037) προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές οι οποίες βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά του είδους και την ασφάλεια για τον ασθενή. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός με δύο αντικριστές οπές και στο σετ να περιέχεται προγεμισμένη σύριγγα με 10% διάλυμα γλυκερίνης για το γέμισμα του μπαλονιού έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος υπέρ- ή υπο-πλήρωσης του. Με εκτίμηση, Teleflex Medical ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε