



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Ζευγίτη Δεσποίνη
Τηλ: 213 2079164

Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΕΙΡΑΙΑΣ :

02/04/2025

Α. Π.: Εξερχ. 6732

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Email: diavouleusi_metaxa@yahoo.com

ΘΕΜΑ: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια « **ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ**» για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (CPV: 33141000-0) του ΚΑΕ 1311

ΣΧΕΤ.:

Το υπ.αρ.πρωτ. 6496/28-3-2025 έγγραφο της επιτροπής με τις τεχνικές προδιαγραφές

Το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρμογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκειμένου να διενεργήσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια << **ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ**» με (CPV: 33141000-0), συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού **189,475,35 € με Φ.Π.Α.** καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα **δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών** από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ και θα γίνει η τελική διαμόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο πλήρες σώμα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει αναρτημένη:

- στον ιστότοπο του Νοσοκομείου: www.metaxa-hospital.gr
- στο ΕΣΗΔΗΣ και
- στη Διαύγεια

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά με την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Το νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας και συγκεκριμένα στη διαδρομή Προμήθειες-Διαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετική ανακοίνωση με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. Σημειώνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.promitheus.gov.gr>) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδρομή: Προμήθειες-Διαβουλεύσεις-Προσκλήσεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Το υπ'αρ. 6496/28-3-2025 έγγραφο της επιτροπής με τις τεχνικές προδιαγραφές



Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΕΙΡΑΙΑΣ :

28/03/2025

Α. Π.: Εισερχ. 6496



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓ.Π.ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

Πειραιά: 28-03-2025

Αρ. Πρωτ. :

ΑΠΟ: Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Υγειονομικού Υλικού Φαρμακείου Αποστειρωμένο.

ΠΡΟΣ: Γραφείο Προμηθειών

ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΓΔΥΥ

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές Υγειονομικού Υλικού Φαρμακείου Αποστειρωμένο.

Σε απάντηση του εγγράφου με Αρ. Πρωτ/λου 4160/21-02-2025 σας καταθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τους πίνακες των ζητούμενων ειδών.

Σας ενημερώνουμε πως η επιτροπή εναρμονίστηκε πλήρως με τις προδιαγραφές της ΕΚΑΠΥ, όπως μας ζητήθηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1. Τελάκης Εμμανουήλ, Ιατρός, Γαστρεντερολογικό τμήμα
2. Βάρτζελη Παναγιώτα, Ιατρός, ΜΕΘ
3. Κωνσταντινίδου Χαρίκλεια, Ιατρός, Πλαστική Χειρουργική
4. Πέτσα Αριστέα, ΤΕ Νοσηλευτριών, ΜΕΘ
5. Στούμπου Μαρουλιώ, ΤΕ Νοσηλευτριών, Τμήμα Κλινικής Ημέρας

**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΠΡΟΑΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ
ΕΧΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ**

1	ΥΥΔΦΡ003	ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 12FR			
2	ΥΥΔΦΡ220	ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 16FR			
3	ΥΥΔΦΡ219	ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 14FR			
4	ΥΥΔΦΡ142	ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (ΔΙΑΔ. ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ)			
5	ΥΥΔΦΡ109	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΘΟΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩ. ΕΞΩ. (8FR)			
6	ΕΠΥΤΝ010	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ /ΚΙΛΟ			
7	ΥΥΔΦΡ026	ΣΕΤ ΕΠΕΓΓΟΥΣΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ			
8	ΥΥΔΦΡ604	ΡΥΤΧΟΣ ΓΙΑ ΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ (ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ-ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ) ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 27 CM			
9	ΥΥΔΦΡ098	ΣΩΛΗΝΕΣ T-KER M.X. CH10			
10	ΥΥΔΦΡ168	ΣΩΛΗΝΕΣ T-KER M.X. CH14			
11	ΥΥΔΦΡ002	ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΥΘΕΙΣ 150 - 180cm			
12	ΥΥΔΦΡ006	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΗ/ML			
13	ΥΥΔΦΡ003	ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΚΚΑΜΕΝΟΙ 150-180 cm			
14	ΥΥΔΦΡ027	ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ 150- 180 cm -STANDARD			
15	ΥΥΔΦΡ007	ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ 260 cm ±10cm			
16	ΥΥΔΦΡ012	ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΤΥΠΟΥ AMPLATZ EXTRA STIFF 150- 180 cm			
17	ΥΥΔΦΡ017	ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ 150-180 cm STIFF			
18	ΥΥΤΑΣ065	ΠΑΤΛΑ ΔΥΟ ΔΙΕΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΠΩΔΩΝ			
19	ΥΥΤΑΣ067	ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ			
20	ΥΥΤΑΣ068	ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΡΙΠΛΩΔΗ ΔΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΞΗΣ ΙΣΤΩΝ			
21	ΥΥΤΑΣ069	ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΑΒΙΔΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΞΗΣ ΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ			
22	ΥΥΔΦΡ515	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ VAC ΚΑΝΙΣΤΡΑ (ΣΕΤ ΣΠΙΓΓΟΥ ΚΟΙΛΙΑΣ ΥΥΔΦΡ328)			
23	ΥΥΔΦΡ315	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ VAC ΚΑΝΙΣΤΡΑ 1000ML (ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΥΥΔΦΡ615-715)			
24	ΥΥΔΦΡ318	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ VAC ΚΑΝΙΣΤΡΑ 500ML			
25	ΥΥΔΦΡ323	ΣΥΣΤ. ΑΡΝΗΤ. ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤ. ΤΡΑΥΜ. ΑΝΤΑΛ/ΚΑ-ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΓ/ΖΑΖΑ-MEDIUM			

1. Γ. ΓΕΝΑΛΗΣ

2. Τζωρτζης Π Βαγγελος

3. ΚΕΙΝΣΤΑΝΣΤΙΒΙΔΟΥ

4. ΝΕΡΕΑ ΒΡ

5. ΣΤΟΥΡΟΥΛΗ ΣΑ

26	ΥΥΔΦΡ322	ΣΥΣΤ.ΑΡΝΗΤ.ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤ. ΤΡΑΥΜ.ΑΝΤΑΛ/ΚΑ-ΣΕΤ ΕΠΙΔΕ/Τ.ΑΖΑ-SMALL					
27	ΥΥΔΦΡ319	ΣΥΣΤ.ΑΡΝΗΤ.ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜ.ΑΝΤΑΛ/ΚΑ-ΣΕΤ ΣΠΟΡΤΟΥ SMALL					
28	ΥΥΔΦΡ334	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΙΜΟΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΑΤΕΙΩΝ Μ.Χ					
29	ΥΥΔΦΡ337	ΕΙΛΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΤΟΝΙΑΣ ΕΚΤΟΜΗΣ (ESD)ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΔΥΟ ΒΑΘΜΙΑΩΝ Μ.Χ					
30	ΥΥΔΦΡ338	ΕΙΛΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΤΟΝΙΑΣ ΕΚΤΟΜΗΣ (ESD) ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟ Μ.Χ					
31	ΥΥΔΦΡ339	ΕΙΛΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΤΟΝΙΑΣ ΕΚΤΟΜΗΣ (ESD) ΜΕ ΑΚΡΟ ΟΡΘΗΣ ΓΩΝΙΑΣ Μ.Χ					
32	ΥΥΔΦΡ340	ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ESD)					
33	ΥΥΔΦΡ342	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΙΤΤΑ 1ml.					
34	ΥΥΔΦΡ343	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΙΤΤΑ 3ml.					
35	ΥΥΔΦΡ344	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΙΤΤΑ 5ml.					
36	ΥΥΔΦΡ347	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΙΜΟΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΑΤΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΙΛΤΙΚΟΥ 1950mm.					
37	ΥΥΔΦΡ279	ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΠΑΧΥΛΙΑΣ-ΕΠΙΕΚΔΗΡΙΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΘ.					
38	ΥΥΤΑΣ018	ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ					
39	ΥΥΤΑΣ024	ΣΥΡΙΤΤΑ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ					
40	ΥΥΔΦΡ335	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ Μ.Χ					
41	ΥΥΔΦΡ341	ΕΙΛΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ -ΒΡΟΧΟΥ ΠΕΡΙΛΕΞΗΣ ΠΛΑΥΤΙΔΩΝ Μ.Χ					
42	ΥΥΔΦΡ345	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΞΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Π.Χ					
43	ΥΥΔΦΡ209	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ NO 9					
44	ΥΥΔΦΡ114	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ NO 8					
45	ΥΥΔΦΡ217	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ NO 7					
46	ΥΥΔΦΡ605	ΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΑΤΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ/ML (ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΛΥΤΑΡΑΔΕΥΔΗ ΚΑΙ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ)					
47	ΥΥΔΦΡ036	ΚΟΛΛΑ ΣΥΤΚΑΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΕ ΧΛΙΟΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟΥ)					
48	ΥΥΔΦΡ917	ΧΡΩΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΠΑΕ					
49	ΥΥΔΦΡ918	ΧΡΩΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ					
50	ΥΥΔΦΡ919	ΧΡΩΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ					
51	ΥΥΔΦΡ920	ΧΡΩΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ					
52	ΥΥΔΦΡ159	ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΗΤΕΡΩΝ SWAN-GANZ 6fr					

1. Ε. ΤΕΛΕΥΗΤΕ
 2. Π. Βαργάκης
 3. ΚΕΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΠΕΤΡΑ
 5. ΣΤΟΥΝΙΔΗΣ

1. Ε. ΓΕΝΑΚΗΣ 
2. Π. Βαγιάς 
3. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΟΥ 
4. ΠΕΤΣΑ ~~Ν~~ 
5. Σκουρνού Ν. ~~ΣΑ~~ 

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2025	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΑΡ. ΤΙΜΗΝ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΗΓΓ.	ΤΙΜΗ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΟΓ. ΟΚΛΑ	ΔΕΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΥΛ	ΦΥΛ	ΣΥΝ. ΔΕΙΑ ΜΕ ΦΥΛ						
-----	---------	------------------	-------------------------	-----------------	------------	--------------	------	----------------------	----------------	-----	------------------	--	--	--	--	--	--

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

1	ΥΥΔΟΡ006	ΠΙΝΑΚΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΡΩΝ	65000	TMX	4,2.11	0,0112	0,039	1847	2535	13,00%	2.864,55 €						
2	ΥΥΔΟΡ081	ΠΙΝΑΚΑΤΑ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ LEVIN M.X.	1500	TMX	23,2.22	0,088	0,25	1929	375	24,00%	465,00 €						
3	ΥΥΔΟΡ010	ΔΕΠΙΔΑΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΑΚΤΕΣ Νο 10	4000	TMX	57,125	0,0214	0,0273	1798	109,2	24,00%	135,41 €						
4	ΥΥΔΟΡ011	ΔΕΠΙΔΑΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΑΚΤΕΣ Νο 11	14000	TMX	57,125	0,0214	0,05	2064-8/12/23	700	24,00%	868,00 €						
5	ΥΥΔΟΡ012	ΔΕΠΙΔΑΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΑΚΤΕΣ Νο 12	2500	TMX	57,125	0,0214	0,0239	113-30/1/24	59,75	24,00%	74,09 €						
6	ΥΥΔΟΡ013	ΔΕΠΙΔΑΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΑΚΤΕΣ Νο 15	4000	TMX	57,125	0,0214	0,0243	991-5/7/24	97,2	24,00%	120,53 €						
7	ΥΥΔΟΡ014	ΔΕΠΙΔΑΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΑΚΤΕΣ Νο 20	1500	TMX	57,125	0,0214	0,0243	1148-14/8/24	36,45	24,00%	45,20 €						
8	ΥΥΔΟΡ015	ΔΕΠΙΔΑΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΑΚΤΕΣ Νο 22	500	TMX	57,125	0,0214	0,0247	1363-7/8/23	12,35	24,00%	15,31 €						
9	ΥΥΔΟΡ016	ΔΕΠΙΔΑΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΑΚΤΕΣ Νο 24	1000	TMX	57,125	0,0214	0,0233	174-12/2/24	23,3	24,00%	28,89 €						
10	ΥΥΔΟΡ017	ΔΑΜΠΕΣ ΑΝΤΑΓΚΡΑΦΙΚΕΣ ΔΕΡΜΟΤΟΜΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Acculon 4S/895	15	TEM			11,9	1398	178,5	24%	221,34 €						
11	ΥΥΔΟΡ301	ΔΕΠΙΔΑΕ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΜΕ ΔΑΒΙΔΑ NO 11	100	TMX	57,17	0,0869	0,15	1897-15/11/23	15	24,00%	18,60 €						
12	ΥΥΔΟΡ032	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΛΑΥΣΗΣ ΑΠΕΡΙΠΑΚΤΩΝ ΤΡΑΧΑΜΑΤΩΝ MONOANIONTORING	1500	TMX	17,8.66	5,88	7,8	1789	11700	24,00%	14.508,00 €						
13	ΥΥΔΟΡ042	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΕΡΚΤΕ ΦΛΑΒΙΚΕΣ ΠΙΣΤΗΛΟΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	150	TMX	17,11.7	3,4	2,53	89-24/1/24	379,5	24,00%	470,58 €						
14	ΥΥΔΟΡ040	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΕΤΙΣΜΕΣ ΜΕ ΕΙΣΑΓΑΓΜΕΝΗ ΚΑΝΟΝΑ ΓΡΑΜΜΕΤΡΟΗΣ(CN)	4500	TMX	23,1.16	0,38	0,58	2003	2610	13,00%	2.949,30 €						
15	ΥΥΔΟΡ043	ΣΤΡΟΦΙΤΕΣ M.X. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ (3WAY)	50000	TMX	23,1.36	0,0687	0,0756	1555	3780	24,00%	4.687,20 €						
16	ΥΥΔΟΡ169	ΣΤΡΟΦΙΤΕΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΙΔΑ-ΑΜΜΑ	2.500	TMX	23,6.2.8	0,51	0,266	723-3/5/23	665	24,00%	824,60 €						
17	ΥΥΔΟΡ078	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΦΥΓΡΕΣ ΚΑΛΑΜΕΡΓΕΙΑΣ ΒΡΟΙΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΕΤΕΩΝ	200	TEM	5,2.8	0,73	0,82	659-14/4/22	164	24,00%	203,36 €						
18	ΥΥΔΟΡ066	ΣΙΣΑΛΗΝΕΣ ΑΣΠΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 24-26	1600	TMX	23,4.4	0,11	0,141	1895	225,6	13,00%	254,93 €						
19	ΥΥΔΟΡ093	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑΚΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΑΙΕΣ METEOR LARGE M.X.	300	TMX	8,1.24	0,144	0,169	976-4/7/24	50,7	24,00%	62,87 €						

1. Ε. ΤΕΝΑΚΗΣ
2. Π. Βαρκάκης
3. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΤΡΑ Μ
5. ΣΤΟΙΧΟΣ Δ. ΣΑΔ

20	ΥΥΔΡP076	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ/ΚΑΘΟΔΑΙΣΤΟΛΕΙΣ METEBOE MEDIUM M.X	2000	TMX	8.1.15	0.144	0.233	941.7/6/23	466	24.00%	577.84 €					
21	ΥΥΔΡP077	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ/ΚΑΘΟΔΑΙΣΤΟΛΕΙΣ METEBOE SMALL M.X	500	TMX	8.1.5	0.144	0.21	1818	105	24.00%	130.20 €					
22	ΕΠΥΤN007	BENZINE / M/L	85000	M/L	15.1.42	2/450ml (0.004444[m])	0.0038	1826	323	24.00%	400.52 €					
23	ΕΠΥΤN006	OEYLENE 3% /M/L	290000	M/L	53.4.8.40	0.00272	0.004	1004.9/7/24	800	24.00%	992.00 €					
24	ΕΠΥΤN0A8	ΑΣΕΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ / M/L	30000	M/L			0.012	1079.2/8/23	360	24.00%	446.40 €					
25	ΕΠΔΡP013	ΣΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΥΚΑΛΜΕΝΟΣ ΑΙΔΙΟ 100% ΧΑΛΗΦΟ ΠΛΑΤΟ (60X40+5%)	5000	ΚΙΛΑ	4.2.55/MH ΑΝΑΚΤΗΑΣΤΙ ΜΟ	0.822	1.39	1859	6950	24.00%	8.618.00 €					
26	ΕΠΔΡP011	ΒΑΜΒΑΚΙ / GR	300000	GR	4.4.27 /ΚΙΛΟ	0.0029	0.0026	991.5/7/24	780	13.00%	881.40 €					
27	ΥΥΔΡP029	ΣΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20CM+12FR	40	TMX	30.12.20	18	9.17	1100.2/8/24	366.8	13.00%	414.48 €					
28	ΥΥΔΡP302	ΣΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 16CM+12FR	20	TMX	30.12.18	17.8	10	1190.13/7/23	200	13.00%	226.00 €					
29	ΥΥΔΡP310	ΣΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 25 cm+12FR	10	TMX			85	1021.1/7/24	850	13.00%	960.50 €					
30	ΥΥΔΡP031	ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΟΝ SWAN- GANZ 8.5 ft	5	TMX	23.1.99	58	28	865.13/6/24	140	13.00%	158.20 €					
31	ΥΥΔΡP083	ΣΥΡΙΠΗΡ Μ.Χ. ΑΙΟΣΤΕΡΩΜΕΝΟ	20	TMX			9.2	1424.3/8/22	184	24.00%	228.16 €					
32	ΥΥΔΡP314	ΣΕΤ SPRAY ΓΙΑ TISSEL	100	TMX			10	825.7/6/24	1000	24.00%	1.240.00 €					
33	ΥΥΔΡP082	ΣΕΤ ΕΠΙΕΚΤΑΗΡΙΑΙΟΥ ΑΝΑΒΟΗΕΙΑΣ	30	TMX	57.35	9.95	7.8	986.4/7/24	234	13.00%	264.42 €					
34	ΥΥΔΡP130	ΤΕΛΑΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΙΤΙΚΑ ΟΒΟΝΙΑ 60CMX35CMX45CM	100	TMX			1.999	1226	199.9	13.00%	225.89 €					
35	ΥΥΔΡP131	ΤΕΛΑΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΙΤΙΚΑ ΟΒΟΝΙΑ 82CMX45CMX45CM	30	TMX			2.888	1226	86.64	13.00%	97.90 €					
36	ΥΥΔΡP132	ΤΕΛΑΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΙΤΙΚΑ ΟΒΟΝΙΑ 82CMX35CMX45CM	10	TMX			4.999	1226	49.99	13.00%	56.49 €					
37	ΥΥΔΡP032	ΟΑΗΤΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ MEDIUM	50	TMX			0.695	1405	34.75	24.00%	43.09 €					
38	ΥΥΔΡP018	ΟΑΗΤΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ LARGE	150	TMX			0.695	1405	104.25	24.00%	129.27 €					
39	ΥΥΔΡP004	ΟΑΗΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΛΗΝΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ BOUTHE ME R ΥΠΟ ΑΡΡΟ	100	TMX	5.1.15	89.92	15.8	2007	1580	24.00%	1.959.20 €					
40	ΥΥΔΡP005	ΟΑΗΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΛΗΝΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ BOUTHE ME E ΥΠΟ ΑΡΡΟ	10	TEM			18	2007	180	24.00%	223.20 €					
41	ΥΥΔΡP030	ΟΑΗΤΟΙ ΕΥΡΩΣΤΑΤΟΙ ΕΠΙΛΑΝΤΩΣΕΩΣ ΑΠΛΗΣ ΑΠΚΥΡΩΣ 20G ΜΕΚΟΡΥΞ 90MM #1MM	15	TMX			38	1895.15/11/23	570	13.00%	644.10 €					

1. Ε. ΓΕΛΑΡΗΣ

2. Π. ΒΟΥΡΓΕΣ

4. ΠΕΡΑ Μ

5. ΣΤΟΥΡΟΥ Μ.

3. ΚΕΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

42	ΥΥΔΟΡ187	ΚΑΘΥΥΑΑ ΔΙΕΠΟΥ ΙΕΠΟΥ ΕΝΔΟΚΟΙΤΗΚΗ	35	TMX	17.1.235	648	648	231-20/2/24	22680	24,00%	28.123,20 €						
43	ΥΥΔΟΡ282	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΘΥΥΑΑ ΕΛΕΥΧΟΥ ΒΑΤΟΗΤΗΤΑΣ	10	TMX	17.1.74	163	163	1586	1630	24,00%	2.021,20 €						
44	ΥΥΤΙΟΑ001	ΠΟΛΥΤΕΚΤΟΜΗΕ ΒΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦ. Μ.Χ. 13- 15mmX220-240cm	70	TMX		8,25	1873	577,5	13,00%	652,58 €							
45	ΥΥΤΙΟΑ004	ΠΟΛΥΤΕΚΤΟΜΗΕ ΒΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ Μ.Χ. 25mmX220-240cm	20	TMX		8,25	199-10/21/22	165	13,00%	186,45 €							
46	ΥΥΤΙΟΑ006	ΠΟΛΥΤΕΚΤΟΜΗΕ ΒΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ Μ.Χ. 10mmX220- 240cm	400	TMX		8,25	2005	3300	13,00%	3.729,00 €							
47	ΥΥΤΙΟΑ007	ΠΟΛΥΤΕΚΤΟΜΗΕ ΒΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ Μ.Χ. 35mmX220-240cm	6	TMX		8,25	435-14/24	49,5	13,00%	55,94 €							
48	ΥΥΤΙΟΑ008	ΠΟΛΥΤΕΚΤΟΜΗΕ ΒΡΟΧΟΙ ΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΒΑΛΒΕΣ ΟΒΑΛ 20mmX230cm-240cm	20	TMX		34	2013	680	13,00%	768,40 €							
49	ΥΥΤΙΟΑ005	ΒΡΟΧΟΙ Μ.Χ. 35mm/220-240CM ΜΕ ΚΑΛΑΘΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΤΙΟΑ	20	TMX		25	205-16/2/24	500	24,00%	620,00 €							
50	ΥΥΤ Δ2150	ΣΕΤ ΕΝΔΟΚΟΙΤΗΚΗΣ ΠΕΡΙΛΕΞΗΣ ΚΕΡΕΛΩΝ ΟΞΟΡΑΤΟΥ (6 ΔΑΚΤΥΛΩΝ)	6	TMX	55.5.18	116	103	1305	618	13,00%	698,34 €						
51	ΥΥΤ Δ2021	ΑΜΟΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙΤΕ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΙΘΟΕΤΗΔΗΣ ΤΙΑ ΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΑΜΟΡΡΑΓΙΑΣ Μ.Χ. 11-13mm	100	TMX	55.5.83	118,95	20	938-28/6/24	2000	13,00%	2.260,00 €						
52	ΥΥΤ Δ2041	ΑΜΟΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙΤΕ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΙΘΟΕΤΗΔΗΣ ΤΙΑ ΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΑΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 16mm	250	TMX	55.5.83	118,95	18.85	1947	4712,5	13,00%	5.325,13 €						
53	ΥΥΔΟΡ116	ΣΕΤ ΕΝΔΟΚΟΙΤΗΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΕΞ22) 20FR	10	TMX	57.68	99	78	1930	780	13,00%	881,40 €						
54	ΥΥΔΟΡ908	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 20-40CM	4000	TMX		1,489	1955	5956	24,00%	7.385,44 €							
55	ΥΥΤ Δ2059	ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΑΠΟΤΕΡΜΟΝΟΤΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΤΗΚΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΤΟΛΥΤΙΟΔΩΝ	20	TMX	55.5.27	39,5	24,9	1956	498	24,00%	617,52 €						
56	ΥΥΤ Δ2060	ΑΠΟΤΕΡΜΟΝΟ ΜΕΛΑΝΟΝΙ ΕΝΔΟΚΟΙΤΗΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	30	TMX		19,5	90 - 2025	585	13,00%	661,05 €	Δεν πρεσβύται αποστέλλεται δω						
57	ΥΥΤ Δ2061	ΥΕΡΛΑΚΩ ΠΟΛΥΤΕΚΤΟΜΕ 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΙΑ ΘΕΡΜΗ & ΨΥΓΗ ΕΚΤΟΜΗ ΤΟΛΥΤΙΟΔΩΝ Μ.Χ.	10	TMX		29,5	224-20/2/24	295	13,00%	333,35 €							
58	ΥΥΤ Δ2063	ΒΟΥΤΕΛΑ/ΥΓΚΤΡΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΗΨΗΣ BIOPLAS	3	TMX	16.2.171	74,97	9,5	207-11/2/22	28,5	13,00%	32,21 €						
59	ΥΥΤ Δ2064	ΕΛΑΚΟΣΤΗ Μ.Χ. ΕΚΤΟΜΗΕ ΟΛΙΚΟΥ ΠΛΑΧΟΥΣ ΒΑΛΒΩΝ ΠΑΘΕΣΕ ΙΕΠΟΥ	2	TMX		2070	1254	4140	13,00%	4.678,20 €							
60	ΥΥΤ Δ2066	ΕΛΑΚΟΣΤΗ Μ.Χ. ΕΚΤΟΜΗΕ ΙΕΠΩΝ ΤΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΠΡΟΚΟΙΤΗ	1	TMX		609	527-6/4/23	609	13,00%	688,17 €							
61	ΥΥΔΟΡ620	ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΥΑΝΟΑΡΓΥΡΙΑΚΗ ΚΟΛΛΑΝΤ.	5	ML	55.1.5.1	223,93	216	464-3/4/24	1080	13,00%	1.220,40 €						
62	ΥΥΔΟΡ922	SPRAY ΜΟΝΙΜΟΤΟΙΘΟΕΤΗΣ ΤΕΣΤ ΠΛΑΤ	25	TEM		6,2	1051-23/6/23	155	24,00%	192,20 €							

1. Ε. ΓΕΛΑΛΗ
2. Ν. Βαργιάδης
3. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΝΕΙΣΑ ΑΡ
5. ΣΤΟΥΡΝΟΥ Δ.

63	ΥΥΔΟΡ408	ΣΕΤ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΙΑΣ ΧΟΡΤΙ ΛΑΒΙΑ ΝΟ 7 ΜΕΘΟΔΟ ΣΕΛΙΝΓΚΕΡ	10	ΤΕΜ				159	1522-19/9/23	1590	13,00%	1.796,70 €						
64	ΥΥΔΟΡ409	ΣΕΤ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΙΑΣ ΧΟΡΤΙ ΛΑΒΙΑ ΝΟ 8 ΜΕΘΟΔΟ ΣΕΛΙΝΓΚΕΡ	30	ΤΕΜ		20		159	1522-19/9/23	4770	13,00%	5.390,10 €						
65	ΥΥΔΟΡ410	ΣΕΤ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΙΑΣ ΧΟΡΤΙ ΛΑΒΙΑ ΝΟ9 ΜΕΘΟΔΟ ΣΕΛΙΝΓΚΕΡ	10	ΤΕΜ				159	1522-19/9/23	1590	13,00%	1.796,70 €						
66	ΥΥΔΟΡ203	MICROCLAVE ΣΥΝΑΕΤΙΚΑ	2500	ΤΜΧ				0,549	140 - 2025	1372,5	24,00%	1.701,90 €						
67	ΥΥΤΔ038	ΦΙΑΛΙΔΟ INDIGO CARMINE 1% (ΣΥΣΚ 10ΜΛ)	15	ΦΛΑ				16	255-26/2/24	240	6,00%	254,40 €						
68	ΥΥΔΟΡ333	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ ΑΚΡΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΝ Μ.Χ	50	ΤΜΧ				20	1272	1000	24,00%	1.240,00 €						
69	ΥΥΔΟΡ099	ΓΙΑΖΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΕΗ ΦΑΙΒΡΟΚΛΩΒΗΤΕΡΟΝ 6X8 CM(+1CM)	60000	ΤΜΧ				0,0245	1922	1470	13,00%	1.661,10 €						
70	ΥΥΔΟΡ213	ΓΙΑΖΑΚΙΑ-ΕΠΙΘΕΜΑ ΧΑΓΡΕΒΕΙΔΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΑΙΒΡΙΚΕΣ ΤΡΑΜΑΝΕΣ 8,5X11,5CM(+1CM)	4000	ΤΜΧ				7,8	1858	31200	13,00%	35.256,00 €						
71	ΥΥΔΟΡ923	ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΠΑΛΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ	100	ΤΜΧ				32	1973	3200	6,00%	3.392,00 €						
72	ΥΥΔΟΡ336	ΑΝΤΙΑΛΛΑΚΤΙΚΟΝ ΣΣΑΗΝΙΚΟΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΑΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΚΒΕ	6	ΤΜΧ				20	640-15/24	120	24,00%	148,80 €						
73	ΥΥΔΟΡ346	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΜΟΡΑΙΟΥΝΤΟΝ ΑΤΤΕΙΟΝ ΑΝΟΙΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΓΕΤΟΥ	2	ΤΜΧ				380	1082-15/6/22	760	13,00%	858,80 €						
74	ΥΥΤΔ062	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΛΙΝΘΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΟΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	10	ΤΜΧ				100	1083-15/6/22	1000	13,00%	1.130,00 €						
75	ΥΥΔΟΡ348	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΜΟΡΑΙΟΥΝΤΟΝ ΑΤΤΕΙΟΝ ΑΝΟΙΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΓΕΤΟΥ	1	ΤΕΜ				95	435-14/24	95	13%	107,35 €						
76	ΥΥΔΟΡ068	ΣΕΤ ΣΥΣΚΕΥΟΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΚΑ	250	ΤΕΜ				28	42 - 2025	7000	13%	7.910,00 €						
	ΣΥΝΟΛΟ											171.509,03 €						
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ																		
77	ΥΥΔΟΡ330	ΣΕΤ ΣΠΟΤΤΟΥ ΑΡΤΥΡΟΥ ΘΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΥΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. MEDIUM ME ΣΥΝΟΛΟ ΗΣΟΛΙΔΙΣΜΟ	20	ΤΕΜ				121	44/2025	2420	13,00%	2.734,60 €						

1. € ΤΕΛΕΛΗ

2. Τ. Βορβόρη

3. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΔΟΥ

4. ΠΕΡΑ ΜΡ

5. ΣΤΟΟΥΡΟΥ Δ. ΣΑΔ

78	ΥΥΔΟΡ331	ΣΕΤ ΣΠΟΤΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (BEAVERPO ΣΟΥΦΛΑΖΙΝΕΡ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΡΗΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ LARGE ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΟΛΙΣΜΟ	35	ΤΕΜ					143	1146-14/8/24	5005	13,00%	5.655,65 €					
79	ΥΥΔΟΡ329	ΣΕΤ ΣΠΟΤΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (BEAVERPO ΣΟΥΦΛΑΖΙΝΕΡ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΡΗΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SMALL ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΟΛΙΣΜΟ	4	ΤΕΜ					82,5	1653-17/10/22	330	13,00%	372,90 €					
80	ΥΥΔΟΡ715	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΡΗΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΝΣΑΚΤΟΣ VACCANETRA 1000ML (ΣΕΤ ΜΕ 1ΤΖΑΝ) (ΟΜΑΔΟΣ ΚΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΑΛΟΣ ΥΥΔΟΡ315)	60	ΤΕΜ					70	44/2025	4200	24,00%	5.208,00 €					
81	ΥΥΔΟΡ615	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΡΗΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΝΣΑΚΤΟΣ VACCANETRA 1000ML (ΣΕΤ ΜΕ ΣΠΟΤΤΟ) (ΟΜΑΔΟΣ ΚΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΑΛΟΣ ΥΥΔΟΡ 315)	5	ΤΕΜ					70	416/2024	350	24,00%	434,00 €					
82	ΥΥΔΟΡ321	ΣΥΣΤ. ΑΡΡΗΚΤ. ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΝΣ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΑ ΣΕΤ ΣΠΟΤΤΟΥ LARGE	8	ΤΕΜ					68	416/2024	544	13,00%	614,72 €					
83	ΥΥΔΟΡ320	ΣΥΣΤ. ΑΡΡΗΚΤ. ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΝΣ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΑ ΣΕΤ ΣΠΟΤΤΟΥ MEDIUM	3	ΤΕΜ					57	416-29/3/24	171	13,00%	193,23 €					
84	ΥΥΔΟΡ328	ΣΕΤ ΣΠΟΤΤΟΥ ΚΟΛΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΡΗΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑΡΑΧΟΡΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΦΟΛΙΣΜΟΥ	3	ΤΕΜ					220	1653/2022	660	13,00%	745,80 €					
85	ΥΥΔΟΡ324	ΣΥΣΤ. ΑΡΡΗΚΤ. ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤ. ΤΡΑΝΣ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΑ ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΡΜ. ΑΖΑ-LARGE	8	ΤΕΜ					70	1217/2024	560	13,00%	632,80 €					
86	ΥΥΔΟΡ815	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΡΗΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΥΚΛΩΝ ΕΝΔΕΙΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΤΗΛΕΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΣ 1000ml	2	ΤΕΜ					98	297/2024	196	24,00%	243,04 €					
87	ΥΥΔΟΡ325	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΡΗΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΥΚΛΩΝ - ΣΕΤ ΣΠΟΤΤΟΥ MEDIUM	6	ΤΕΜ					141,3	297/2024	847,8	13,00%	958,01 €					
88	ΥΥΔΟΡ326	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΡΗΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΥΚΛΩΝ - ΚΑΘΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΗΤΗΣ	2	ΤΕΜ					76,8	991/2022	153,6	13,00%	173,57 €					
	ΣΥΝΟΛΟ										161164,78		17.966,32 €					

1. Ε. ΓΕΝΙΚΗ

[Signature]

2. Π. Βαργέλης

3. ΚΑΟΥΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

[Signature]

4. ΝΕΥΣΑ ΔΡ

[Signature]

5. ΣΤΟΥΡΟΥ Ν. ΣΤ

[Signature]

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

**1. ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ.
(ΥΥΔΦΡ006)**

- Να είναι κατασκευασμένα από σκληρό πλαστικό λευκού χρώματος, μη τοξικό, με περιφερειακές ραβδώσεις για σταθερή συγκράτηση.
- Να είναι τύπου luer - lock, συμβατά με όλους τους τύπους 3-way.
- Να είναι αποστειρωμένα , μιας χρήσης , σε συσκευασία του ενός τεμαχίου.

**2. ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ LEVIN M.X.
(ΥΥΔΦΡ081)**

- Πώματα καθετήρων levin μιας χρήσης, αποστειρωμένα, σε συσκευασία ενός τεμαχίου.
- Να είναι κατασκευασμένα από σκληρό πλαστικό, κωνικού σχήματος με σκάλες, ώστε να κλείνουν καθετήρες όλων των μεγεθών.
- Να είναι LATEX-free και DEHP – free.

- 3. ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Νο10. (ΥΥΔΦΡ010)**
4. ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Νο11. (ΥΥΔΦΡ011)
5. ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Νο12. (ΥΥΔΦΡ012)
6. ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Νο15. (ΥΥΔΦΡ013)
7. ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Νο20. (ΥΥΔΦΡ014)
8. ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Νο22. (ΥΥΔΦΡ015)
9. ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Νο24. (ΥΥΔΦΡ016)

- Λεπίδες χειρουργικές απλές χωρίς λαβή.
- Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Να είναι αποστειρωμένες σε συσκευασία που να εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα.
- Να είναι σε συσκευασία ασφάλειας ώστε να μην διαρρηγνύεται εύκολα.
- Να προσφέρονται σε μεγέθη 10, 11, 12, 15, 20, 22, 24 αντιστοίχως.

**10. ΛΑΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΕΡΜΟΤΟΜΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Acculan.
(ΥΥΔΦΡ017)**

Λάμα δερμοτόμου για δερμοτόμο Aescular (ηλεκτρικό ή μπαταρίας) μήκους 12,5cm, πλάτους 5cm και ύψους 0,3cm. Αποστειρωμένη σε συσκευασία 10 τμχ.

1. **Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ**

2. **Π. ΒΑΡΣΕΛΗΣ**

3. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ**

4. **ΠΕΤΣΑ ΑΡ**

5. **ΣΤΟΥΡΑ Μ.**

**11. ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο11.
(ΥΥΔΦΡ301)**

- Λεπίδες χειρουργικές μεγέθους 11 με λαβή
- Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Να είναι αποστειρωμένες σε συσκευασία ενός τεμαχίου που να εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα
- Να είναι σε συσκευασία ασφάλειας ώστε να μη διαρρηγνύεται εύκολα.
- Η συσκευασία να αφαιρείται εύκολα.

**12. ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΟΝΟ
(MONITORING). (ΥΥΔΦΡ032)**

Η συσκευασία να περιλαμβάνει:

- Έναν μορφομετατροπέα πίεσης με ενσωματωμένο το κύκλωμα μετάδοσης ποιότητας και με σύστημα στήριξης.
- Συσκευή έγχυσης με μήκος $150 \text{ cm} \pm 5 \text{ cm}$, με ρυθμιστή ροής υψηλής ασφάλειας.
- Σύστημα αυτόματης απόσβεσης παρασίτων και επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο.
- Δυο 3way stop cock .
- Σύστημα flush 3 cc/hr.
- Ανεξάρτητη συσκευασία, αποστειρωμένα, ελεύθερο πυρετογόνων και latex.
- **Συστήματα συμβατά με όλους τους τύπους monitor.**

**13. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ).
(ΥΥΔΦΡ042)**

Συσκευές για μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης αποστειρωμένες ,μιας χρήσεως.

Να αποτελούνται από:

- Σωλήνα μέτρησης Κ.Φ.Π μήκους 100 cm τουλάχιστον, με
- Δυνατότητα προσαρμογής σε κλίμακα μέτρησης Κ.Φ.Π
- Σωλήνα σύνδεσης με φλεβική γραμμή.
- Συσκευή ορού.
- Όλα τα ανωτέρω να συνδέονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους
- μέσω ενσωματωμένης κάνουλας τριπλής ροής.
- Κλίμακα μέτρησης Κ.Φ.Π μήκους 50 εκατοστά (με εύρος που κυμαίνεται από 0 έως + 35 εκατοστά και 0 έως - 15 εκατοστά) η όποια να διαθέτει ειδική υποδοχή για την προσαρμογή του σωλήνα μέτρησης κ. φ. π και δυνατότητα στήριξης σε στατό.

**14. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΝΟΥΛΑ
ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ 50CM. (ΥΥΔΦΡ040)**

- Συσκευές προεκτάσεως όρου με ενσωματωμένη κάνουλα τριπλής ροής , μήκους $50 \text{ cm} \pm 5\%$.

1 Ε. ΤΣΑΛΑΚΗ

2 Π. ΒΑΡΣΕΛΙΝΙ

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4 ΠΕΤΡΑ

5 ΣΤΟΥΛΩΛΗ

- Να είναι κατασκευασμένες από πρώτες ύλες που πληρούν το πρότυπο iso:8536-4 (infusion equipment for medical use) ή ισοδύναμο.
- Ο σωλήνας να είναι διάφανος , λείος , ισοπαχής και να μην τσακίζει εύκολα.
- Να είναι αποστειρωμένες , μιας χρήσεως , σε συσκευασία ενός τεμαχίου.
- Να είναι LATEX free και DEHP free, ελεύθερες πυρετογόνων ουσιών.
- Να φέρουν ενσωματωμένη κάνουλα τριπλής ροής (3 way) η όποια να τηρεί τις εξής προδιαγραφές :
 - ο Να φέρει δυο θηλυκά άκρα με βιδωτά πώματα και ένα αρσενικό άκρο με συνδετικό luerlock..
 - ο Τα άκρα του 3 way να είναι συμβατά με όλες τις σύριγγες και φλεβοκαθετήρες (σύμφωνα με το iso 594 ή ισοδύναμο) χωρίς να παρουσιάζουν διαρροή υγρών στα σημεία σύνδεσης.
 - ο Το σώμα της στρόφιγγας να είναι διάφανο ώστε να επιτρέπεται η εύκολη παρατήρηση της ροής.
 - ο Να μην παρουσιάζουν καμιά διαρροή υπό πίεση τουλάχιστον 2,5 bar.
 - ο Προαιρετικά να διαθέτει διακριτικά (κόκκινο και μπλε) για ασφαλή και εύκολη αναγνώριση στη σύνδεση με φλέβα ή αρτηρία.

15. ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ Μ.Χ. ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ (3WAY). (ΥΥΔΦΡ043)

- Συνδετικά τριπλής ροής (3 way) , πλαστικά , μιας χρήσης.
- Να φέρουν δυο θηλυκά άκρα με βιδωτά πώματα και ένα αρσενικό άκρο με συνδετικό luer-lock . Τα άκρα του 3 way να είναι συμβατά με όλες τις σύριγγες και φλεβοκαθετήρες (σύμφωνα με το ISO 594-1 ή ισοδύναμο), χωρίς να παρουσιάζουν διαρροή υγρών στα σημεία σύνδεσης.
- Το σώμα της στρόφιγγας να είναι διάφανο ώστε να επιτρέπεται η εύκολη παρατήρηση της ροής.
- Προαιρετικά να διαθέτουν διακριτικά (κόκκινο και μπλε) για ασφαλή και εύκολη αναγνώριση στη σύνδεση με φλέβα ή αρτηρία.
- Να είναι αποστειρωμένες σε συσκευασία ενός τεμαχίου.
- Το προϊόν πρέπει να είναι ελεύθερο LATEX-free και DEHP-free, ελεύθερο πυρετογόνων ουσιών.
- Να μην παρουσιάζουν καμιά διαρροή υπό πίεση τουλάχιστον 2,5 bar.

16. ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΛΙΠΙΔΙΑ- ΑΙΜΑ (ΥΥΔΦΡ169)

- Συνδετικά τριπλής ροής (3 way), πλαστικά, μιας χρήσεως κατάλληλα για χορήγηση λιπιδίων και αίματος
- Να φέρουν δυο θηλυκά άκρα με βιδωτά πώματα και ένα αρσενικό άκρο με συνδετικό luer – lock. Τα άκρα του 3 way να είναι συμβατά με όλες τις σύριγγες και φλεβοκαθετήρες (σύμφωνα με το 594 ή ισοδύναμο) , χωρίς να παρουσιάζουν διαρροή υγρών στα σημεία σύνδεσης.
- Να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία.
- Το προϊόν πρέπει να είναι LATEX-free και DEHP-free , ελεύθερο πυρετογόνων ουσιών.
- Το σώμα της στρόφιγγας να είναι διάφανο ώστε να επιτρέπεται η εύκολη παρατήρηση της ροής.
- Να έχουν την δυνατότητα θέσης κλεισίματος ανά 45 μοίρες.
- Να μην παρουσιάζουν καμιά διαρροή υπό πίεση τουλάχιστον 2,5 bar
- Προαιρετικά να φέρουν διακριτικά (κόκκινο και μπλε) για ασφαλή και εύκολη αναγνώριση στη σύνδεση με φλέβα και αρτηρία

1. Ε. ΤΕΛΑΜΑΧΗΣ
2. Π. ΒΑΡΣΕΛΗΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΤΣΑ Μ
5. ΣΤΑΜΗΛΑ Μ. ΣΑ

**17. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ
(ΥΥΔΦΡ078)**

- Συσκευές μιας χρήσεως, αποστειρωμένες για λήψη καλλιέργειας βρογχικών εκκρίσεων μέσω τραχειοσωλήνα με άσηπτες συνθήκες.
- Να διαθέτουν 2 συνδετικά , για σύνδεση με αναρρόφηση και καθετήρα αναρρόφησης.
- Να διαθέτουν αποστειρωμένο πώμα βιδωτό, ετικέτα αναγραφής στοιχείων , σωληνάριο συλλογής και προσθετό καπάκι φιαλιδίου.
- Να είναι LATEX free και DEHP free.

**18. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 24-26
(ΥΥΔΦΡ066)**

- Καθετήρας(σωλήνας) αέριων, μιας χρήσεως, αποστειρωμένος.
- Να είναι κατασκευασμένος από pvc , εξωτερικά σιλικοναρισμένος.
- Το άκρο του να είναι στρογγυλοποιημένο και μη τραυματικό.
- Οι πλάγιες σπές του να είναι στρογγυλοποιημένες και λείες προκειμένου να μην τραυματίζουν.
- Η υποδοχή του να είναι έγχρωμη με βάση το μέγεθος του καθετήρα και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
- Να διατίθεται συσκευασμένοι σε ασφαλή συσκευασία.
- Να διατίθεται σε μεγέθη **24-26ch.**
- Να είναι LATEX free και DEHP free.

19. ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ/ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE M.X. (ΥΥΔΦΡ093)

20. ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ/ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΣ MEDIUM M.X. (ΥΥΔΦΡ076)

21. ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ/ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΣ SMALL M.X. (ΥΥΔΦΡ077)

- Κολποδιαστολείς μιας χρήσης διαφόρων μεγεθών (Small - Medium – Large).
- Να είναι αποστειρωμένα.
- Να φέρουν βιδωτό σύστημα στερέωσης κατά το άνοιγμα.
- Να είναι ατραυματικά
- Το πρόσθιο σκέλος της λαβής του κολποσκοπίου να έχει μορφολογία καμπύλης για καλύτερη εφαρμογή με το περίνεο.

**22. BENZINΗ /ML.
(ΕΠΥΓΝ007)**

- Καθαρή βενζίνη καθαρισμού λευκή.
- Να προσφέρεται σε φιαλίδια των 450ml $\pm$ 50ml.

1. Ε. ΤΕΝΑΚΗΣ
2. Π. ΒΑΡΖΕΛΗΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΤΣΙΑ ΑΡ
5. ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΣΑΛ

**23. ΟΞΥΖΕΝΕ 3%/ML (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ML±100ML).
(ΕΠΥΓΝ006)**

- Διάλειμμα υπεροξειδίου υδρογόνου 3% (οξύζενέ).
- Να προσφέρεται σε φιαλίδια των 500ml ± 100ml.

**24. ΑΣΕΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ/ML
(ΕΠΥΓΝ0Α8)**

- Καθαρό ασετόν (ακετόνη)
- Να προσφέρεται σε φιαλίδιο του 500ml-1000ml

25. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 100% ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (60X40CM ± 5% CM). (ΕΠΛΦΡ013)

- Χαρτοβάμβακας πλήρως λευκασμένος από 100% χημικό πολτό (ISO 9184 ή ισοδύναμο).
- Να είναι λευκός, μαλακής υφής, κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση.
- Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα να είναι ομοιόμορφα , χωρίς τοπικά αραιώματα και σχισίματα.
- Το βάρος να είναι 18gr/m , με ανοχή ± 5%.
- Ο χαρτοβάμβακας θα πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε εφελκυσμό.
- Η απορροφητικότητα του είδους κατά TAPPI – T432 να είναι 25sec (μέγιστος χρόνος απορρόφησης) για μια σταγόνα νερού όγκου 0,01ml.
- Οι διαστάσεις του φύλλου να είναι 60X40 (± 5%) εκατοστά.
- Το βάρος του κάθε φύλλου να είναι 5 γραμμάρια (± 10%).
- Ο χαρτοβάμβακας να μην είναι αρωματισμένος.
- Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα να είναι συσκευασμένα σε πακέτα 5 κιλών.
- Τα πακέτα να είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία.
- Τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να προστατεύουν το περιεχόμενο από την υγρασία και τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.
- Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο από τα αρμόδια εργαστήρια (γενικό χημείο του κράτους , ΕΟΦ κτλ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ελληνική φαρμακοποιία και τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
- Επί της συσκευασίας να αναγράφονται:
 - το είδος του περιεχομένου και η σύσταση
 - το καθαρό βάρος
 - τα στοιχεία του κατασκευαστή
 - ο αριθμός της σύμβασης και η ένδειξη κρατικό είδος με ανεξίτηλη κόκκινη μελανή
 - η σήμανση πιστότητας CE.

1. Ε. ΓΕΛΑΚΙΔΕ

2. Π. ΒΑΡΖΕΛΗ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΠΕΤΣΑ Α

5. ΣΤΑΥΡΑ Μ. ΣΙΔ

26. ΒΑΜΒΑΚΙ / GR. (ΕΠΛΦΡ011)

Βαμβάκι υδρόφιλο φαρμακευτικό, αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής φαρμακοποιίας (έκδοση IV, V) – ΕΟΦ:

- Να αποτελείται από νέες ίνες ή χτένια καλής ποιότητας που λαμβάνονται από την επικάλυψη σπερμάτων διάφορων ειδών του γένους *Gossypium* και έχουν υποστεί κάθαρση, λεύκανση και έχουν ξαστεί προσεχτικά.
- Δεν επιτρέπεται να περιέχει αντισταθμιστικές χρωστικές ουσίες.
- Να είναι λευκό, αποτελούμενο από ίνες μέσου μήκους όχι μικρότερου από 10mm και πρακτικά άοσμο.
- Να παρουσιάζει σημαντική αντίσταση στην τάση.
- Όταν ανακινείται ήπια να μην αφήνει σημαντική ποσότητα σκόνης.
- Να διατίθεται σε συσκευασία 500 gr-1000gr.
- Η συσκευασία να είναι ατομική και κατάλληλη ώστε να προστατεύει το περιεχόμενο από υγρασία και σκόνη.

Επί της συσκευασίας να αναγράφονται:

- ο Το είδος του περιεχομένου
- ο Το καθαρό βάρος
- ο Τα στοιχεία του κατασκευαστή
- ο Ο αριθμός της σύμβασης
- ο Η σήμανση πιστότητας CE
- Οι ατομικές συσκευασίες να είναι τοποθετημένες σε πλαστικές διαφανείς σακούλες, κατάλληλες για την μεταφορά και αποθήκευση του προϊόντος, καθαρού βάρους 10kg
- Ταυτοποίηση : σύμφωνα με τον εθνικό οργανισμό φαρμάκων (ελληνική φαρμακοποιία, έκδοση IV-τόμος 2)
- Έλεγχοι καθαρότητας : διάλυμα Δ, οξύτητα ή αλκαλικότητα, ξένες ίνες, φθορισμός, κόμβοι, απορροφητικότητα, ουσίες διαλυτές στον αιθέρα, χρωστικές ύλες, επιφανειοδραστικές και υδατοδιαλυτές ουσίες, απώλεια κατά τη ξήρανση και θεϊκή τέφρα, σύμφωνα με τον εθνικό οργανισμό φαρμάκων (ελληνική φαρμακοποιία, έκδοση IV-τόμος 2).
- Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο από τα αρμόδια εργαστήρια (γενικό χημείο του κράτους, ΕΟΦ κτλ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ελληνική φαρμακοποιία και τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

27. ΣΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20CM-12FR. (ΥΥΛΦΡ029)

28. ΣΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 16CM- 12FR. (ΥΥΛΦΡ302)

29. ΣΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 25CM-12FR. (ΥΥΛΦΡ310)

- Πλήρες σετ αιμοκάθαρσης διπλού αυλού διχαλωτά με την μέθοδο SELDINGER για συνεχή αιμοκάθαρση με μια φλέβα διαμέτρου 12 fr.
- Οι καθετήρες να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη, ακτινοσκοπικοί, βαθμονομημένοι, με **μαλακό ατραυματικό άκρο**.
- Να διαθέτουν χρωματική σήμανση για φλεβικό και αρτηριακό αίμα.
- Να διαθέτουν πλάγιες οπές για φλεβική και αρτηριακή ροή.
- Στο σετ να περιέχονται : βελόνα, συρμάτινος οδηγός, νυστέρι και δύο διαστολείς για την αποφυγή τραυματισμού των αγγείων κατά την τοποθέτηση του καθετήρα.
- Να είναι αποστειρωμένο, μιας χρήσης.
- Να είναι LATEX free και DEHP free.

1. Γ. ΖΕΛΑΚΗΣ
2. Π. ΒΑΡΣΕΛΗΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΜΕΤΑΡ
5. ΣΤΑΥΡΩ Μ. ΣΑ

30. ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ SWAN-GANZ 8,5FR. (ΥΥΔΦΡ031)

Το σετ να περιλαμβάνει:

- Συρμάτινο οδηγό με ευθύ το ένα άκρο και κυρτό (σχήματος j) το άλλο.
- Θηκάρι 8.5 Fr.
- Αιμοστατική βαλβίδα με πλάγια διακλάδωση και προέκταση που καταλήγει σε κάνουλα τριών οδών.
- Καθετήρα 18 g.
- Σύριγγα χωρητικότητας 6cc.
- Βελόνα εντοπισμού 22 g.
- Βελόνα 18 g.
- Νυστέρι.
- Γάζες.
- Πλαστικό στυλεό απόφραξης.
- Προστατευτικό κάλυμμα τύπου φουσαρμόνικας μήκους $80\text{cm} \pm 2\text{cm}$ για την προστασία από μόλυνση.
- Να προσφέρονται σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης.

31. ΣΤΡΙΠΠΕΡ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. (ΥΥΔΦΡ083)

- Σετ καθετήρα κισών strippers αποστειρωμένοι μιας χρήσης (σε διπλή συσκευασία).
- Το σετ να περιέχει καλώδιο δυο τεμαχίων, κεφάλες διαμέτρου 9,5mm, 12,8mm και 15,4mm και χειρολαβή
- Να είναι μήκους 95-100cm
- Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό πολυουρεθανίου που να εξασφαλίζει την εύκολη και ατραυματική είσοδο στις φλέβες
- Να είναι ακτινοσκοπικό

32. ΣΕΤ SPRAY ΓΙΑ TISSEL. (ΥΥΔΦΡ314)

Σετ προώθησης κατάλληλο για το φάρμακο TISSEL

33. ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. (ΥΥΔΦΡ082)

Σύστημα περιοχικής (επισκληριδίου) αναισθησίας με υποαλλεργικό, διάφανο, ασφαλές σύστημα στερέωσης καθετήρα.

- Να περιέχει βελόνα με ατραυματικό άκρο και αποσπώμενα πτερύγια
- Να φέρει σύριγγα χωρίς αντίσταση LORD
- Να φέρει φίλτρο χρήσης 96 ωρών
- Να φέρει διαφανή καθετήρα με αντοχή στο τσάκισμα και χρωματική ένδειξη άκρου

1. Ε. ΤΕΛΕΚΗΣ
2. Π. ΒΑΡΣΕΛΗΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΤΣΑ ΑΥ
5. ΣΤΟΥΛΩ Ν

- Να φέρει εξάρτημα προώθησης του καθετήρα
- Να φέρει κουμπωτό συνδετικό καθετήρα – φίλτρου με δυνατότητα να ανοιγοκλείνει κατά βούληση.
- Να είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσεως και latex free.

34. ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ 60CM X 35CM $\pm$ 5CM. (ΥΥΔΦΡ130)

35. ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ 82CM X 45CM $\pm$ 5CM. (ΥΥΔΦΡ131)

36. ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ 82CM X 85CM $\pm$ 5CM. (ΥΥΔΦΡ132)

- Να είναι κατασκευασμένα από διάφανο πολυεστέρα
- Να είναι επιστρωμένα με υποαλλεργική κόλλα
- Να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος
- Να έχουν χαμηλή μνήμη επαναφοράς στο τέντωμα
- Να έχουν αντιστατική αντιθαμβωτική συμπεριφορά
- Να είναι ακτινοδιαπερατά
- Να διατίθεται σε μεγέθη 60x35cm $\pm$ 5cm , 82x45cm $\pm$ 5cm , 82x85cm $\pm$ 5cm αντιστοίχως.

37. ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ MEDIUM. (ΥΥΟΔΗ032)

38. ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ LARGE. (ΥΥΟΔΗ018)

- Να είναι από μαλακό αλουμίνιο υψηλής ποιότητας με πλαστική επικάλυψη από λείο θερμοευαίσθητο υλικό για εύκολη εισαγωγή και με ακαμψία που συνδράμει στην διατήρηση της επιθυμητής καμπυλότητας.
- Να έχει ατραυματικό άκρο
- Να είναι αποστειρωμένοι μιας χρήσεως
- Να μη λυγίζουν εύκολα.
- Μήκος 42cm-44cm.

39. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ (ΤΥΠΟΥ BOUGIE) ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ. (ΥΥΟΔΗ004)

- Οδηγός για ενδοτραχειακούς σωλήνες για περιπτώσεις δύσκολης διασωλήνωσης ή για αλλαγή ενδοτραχειακού σωλήνα, με ταυτόχρονη χορήγηση οξυγόνου , όταν απαιτείται.
- Να είναι επενδυμένοι από ειδικό πλαστικό μη ερεθιστικό με ειδική ενίσχυση κατά μήκος του σωλήνα.
- **ΜΕ ΚΥΡΤΟ**, κεκαμμένο ατραυματικό άκρο, εύκαμπτο.
- Στην επιφάνεια του οδηγού να υπάρχει βαθμονόμηση ανά εκατοστά σε όλο το μήκος του.
- Να είναι αποστειρωμένοι μιας χρήσης σε ατομική συσκευασία.
- Με εσωτερική διάμετρο **14-15Fr (4,6-5mm)**, 1Fr = 0,3333mm και μήκος 70- 85cm.
- Να φέρουν υποδοχή αερισμού, με εσωτερικά δύο κανάλια, ένα για την παροχή οξυγόνου και ένα με πολλαπλές οπές για την αποσυμπίεση και την αποφυγή βαροτραύματος.
- Να είναι προϊόν LATEX FREE & DEHP-FREE.

1. Ε. ΤΣΑΛΑΚΗΣ
 9. Π. Βάρβαρης
 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
 4. ΠΕΤΕΛΑ ΑΡ
 5. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

40. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ (ΤΥΠΟΥ BOUGIE) ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ. (ΥΥΟΔΗ005)

- Οδηγός για ενδοτραχειακούς σωλήνες για περιπτώσεις δύσκολης διασωλήνωσης ή για αλλαγή ενδοτραχειακού σωλήνα, με ταυτόχρονη χορήγηση οξυγόνου, όταν απαιτείται.
- Να είναι επενδυμένοι από ειδικό πλαστικό μη ερεθιστικό με ειδική ενίσχυση κατά μήκος του σωλήνα.
- **ΜΕ ΕΥΘΥ**, κεκαμμένο ατραυματικό άκρο, εύκαμπτο.
- Στην επιφάνεια του οδηγού να υπάρχει βαθμονόμηση ανά εκατοστά σε όλο το μήκος του.
- Να είναι αποστειρωμένοι μιας χρήσης σε ατομική συσκευασία.
- Με εσωτερική διάμετρο **14-15Fr (4,6-5mm)**, 1Fr = 0,3333mm και μήκος 70- 85cm.
- Να φέρουν υποδοχή αερισμού, με εσωτερικά δύο κανάλια, ένα για την παροχή οξυγόνου και ένα με πολλαπλές οπές για την αποσυμπίεση και την αποφυγή βαροτραύματος.
- Να είναι προϊόν LATEX FREE & DEHP-FREE.

41. ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘ. ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ 20G ΜΗΚΟΥΣ 90CM ± 1MM. (ΥΥΟΔΗ030)

- Οι συρμάτινοι οδηγοί να έχουν πλεκτό σύρμα σε όλο το μήκος τους ώστε να δίνει το πλεονέκτημα στο χρήστη να κάνει όλους εκείνους τους χειρισμούς χωρίς το σύρμα να τσακίζει ή να κόβεται και ταυτόχρονα να έχει την ευλυγισία που απαιτείται.
- Το διπλό σύρμα να έχει σχεδιαστεί για προ εγχειρητική σήμανση μη ψηλαφητών βλαβών στο μαστό.
- Να διαθέτει πολύ καλή ορατότητα κατά τη διάρκεια της μαστογραφίας και των υπερήχων.
- Να έχει άγκιστρο διπλό μεγάλης κυρτότητας ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα μετατόπισης.
- Να διαθέτει σύστημα επανατοποθέτησης.
- Να διαθέτει κλιπ στερέωσης.

42. ΚΑΨΟΥΛΑ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ. (ΥΥΔΦΡ187)

- Να είναι μιας χρήσης.
- Να έχει διαστάσεις $11,8 \pm 0.5\text{mm}$ (διάμετρο) και $27 \pm 1\text{mm}$ (μήκος).
- Να έχει υψηλή ανάλυση εικόνας, τουλάχιστον 640x480 pixels.
- Να υποστηρίζει ρυθμό καρτέ (frame rate) από 0.5 έως 12 εικόνες το δευτερόλεπτο.
- Η διάρκεια της μπαταρίας της να είναι έως 12 ώρες.
- Το βάρος να είναι μικρότερο από 5,5 γραμμάρια.
- Το εύρος πεδίου να είναι τουλάχιστον 140 μοίρες.
- Να συνεργάζεται με πρόγραμμα καταγραφής το οποίο να διαθέτει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI – artificial intelligence).
- Τα ευρήματα να επισημαίνονται αυτόματα με την βοήθεια του AI.
- Να συνεργάζεται με μαγνητικό σύστημα για επισκόπηση του στομάχου.
- Να συνεργάζεται με PACS.
- Να υπάρχει η δυνατότητα χαρακτηρισμού των ευρημάτων σύμφωνα με το αρχείο που είναι αποθηκευμένο στη βιβλιοθήκη του προγράμματος.
- Να παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να μαρκάρει και να σχολιάσει τυχόν ευρήματα.

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ
2. Π. ΒΑΡΖΕΛΗΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΤΣΑ ΑΡ
5. ΣΤΟΜΗΛΛΗ ΕΛΛ

- Να παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να εκτελέσει μέτρηση μήκους των πιθανών βλαβών για υποβοήθηση στην διάγνωση.
- Να παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να εφαρμόσει χρωματικά φίλτρα για καλύτερη διάγνωση των βλαβών.
- Να παραχωρείται με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την λειτουργία της και την ανάγνωση των αποτελεσμάτων χωρίς επιπλέον κόστος.

43. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ. (ΥΥΔΦΡ282)

- Να έχει διαστάσεις: 10-11 mm διάμετρο και 20-26 mm μήκος.
- Το κυρίως σώμα της κάψουλας να έχει σύνθεση από μείγμα βιοδιασπώμενου υλικού και βαρίου και να διαθέτει πυρήνα εκπομπής ραδιοκυμάτων.
- Να βιοδιασπάται μετά πάροδο 48 ωρών εφόσον συναντήσει εμπόδιο κατά την πορεία της μέσα στο λεπτό έντερο.
- Να παραχωρείται με ειδικό εξοπλισμό (συνοδό εξοπλισμό).

44. ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΒΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ M.X 13-15mmX 220-240cm. (ΥΥΠΟΛ001)

- Να είναι μιας χρήσης και να παραδίδονται αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.
- Να είναι προσυναρμολογημένοι και έτοιμοι προς χρήση.
- Να έχουν δυνατότητα περιστροφής κατά 360°
- Να έχουν μέγεθος βρόχου 13 – 15 mm.
- Να έχουν φέροντα καθετήρα μήκους 220-240cm και διαμέτρου 7Fr.
- Να έχουν ενσωματωμένο αντάπτορα για σύνδεση με όλα τα καλώδια διαθερμίας.
- Να έχουν δυνατότητα και για ψυχρή εκτομή.

45. ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΒΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ M.X 25mm X 220-240cm. (ΥΥΠΟΛ004)

- Να είναι μιας χρήσης και να παραδίδονται αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.
- Να είναι προσυναρμολογημένοι και έτοιμοι προς χρήση.
- Να έχουν δυνατότητα περιστροφής κατά 360°
- Να έχουν μέγεθος βρόχου 25 mm
- Να έχουν φέροντα καθετήρα μήκους 220-240cm και διαμέτρου 7Fr
- Να έχουν ενσωματωμένο αντάπτορα για σύνδεση με όλα τα καλώδια διαθερμίας.

1. Ε. ΤΕΛΙΑΚΗ

2. Π. ΒΑΡΖΕΛΗ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΠΕΤΣΑ Α

5. ΣΤΑΥΡΟΥ Μ.

46. ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΒΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ Μ.Χ
10mm X 220-240cm. (ΥΥΠΟΛ006)

- Να είναι μιας χρήσης και να παραδίδονται αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία
- Να είναι προσυναρμολογημένοι και έτοιμοι προς χρήση
- Να έχουν δυνατότητα περιστροφής κατά 360°
- Να έχουν μέγεθος βρόχου 10 mm
- Να έχουν φέροντα καθετήρα μήκους 220-240cm και διαμέτρου 7Fr
- Να έχουν ενσωματωμένο αντάπτορα για σύνδεση με όλα τα καλώδια διαθερμίας
- Να έχουν δυνατότητα και για ψυχρή εκτομή (να συνοδεύονται από βεβαίωση του κατασκευαστή για τη δυνατότητά τους αυτή)

47. ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΒΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ Μ.Χ
35mm X 220-240cm. (ΥΥΠΟΛ007)

- Να είναι μιας χρήσης και να παραδίδονται αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.
- Να είναι προσυναρμολογημένοι και έτοιμοι προς χρήση.
- Να έχουν δυνατότητα περιστροφής κατά 360°.
- Να έχουν μέγεθος βρόχου 35 mm.
- Να έχουν φέροντα καθετήρα μήκους 220-240cm και διαμέτρου 7Fr.
- Να έχουν ενσωματωμένο αντάπτορα για σύνδεση με όλα τα καλώδια διαθερμίας.

48. ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΒΡΟΧΟΙ ΓΙΑ ΕΠΠΕΔΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΟΒΑΛ
20mm X 230cm-240cm. (ΥΥΠΟΛ008)

- Να είναι μιας χρήσης.
- Να διατίθενται προσυναρμολογημένοι και αποστειρωμένοι, έτοιμοι προς χρήση.
- Να έχουν φέροντα καθετήρα μήκους τουλάχιστον 230cm και να είναι κατάλληλοι για χρήση σε κανάλι εργασίας 2,8mm.
- Να είναι σχήματος οβάλ με διάμετρο 20mm.
- Να διαθέτουν σύρμα κοπής διαμέτρου 0,48mm και σπирάλ δακτύλιο έτσι ώστε να διευκολύνεται η σύλληψη του βλεννογόνου.
- Να έχουν ενσωματωμένο αντάπτορα για σύνδεση με όλα τα καλώδια διαθερμίας.

49. ΒΡΟΧΟΙ Μ.Χ 35mm X 220-240cm ΜΕ ΚΑΛΑΘΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΑ.
(ΥΥΠΟΛ005)

- Να είναι μιας χρήσης και να παραδίδονται αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.
- Να είναι προσυναρμολογημένοι και έτοιμοι προς χρήση.
- Να έχουν δυνατότητα περιστροφής κατά 360 μοίρες.
- Να έχουν άνοιγμα βρόχου 35mm.
- Να διαθέτουν φέροντα καθετήρα 7fr και μήκους 220- 240cm .
- Να διαθέτουν ειδικό δίχτυ συλλογής και εξαγωγής πολυπόδων.

1. Ε. ΤΕΝΑΚΗ

2. Π. ΒΑΡΓΕΛΑ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΠΕΤΣΑ

5. ΕΛΕΥΘΕΡΑ Ν. ΣΤΑ

50. ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ. (ΥΥΓΑΣ050)

- Σετ ενδοσκοπικής περίδεσης κίρσων οισοφάγου με μονό νήμα απελευθέρωσης των δακτυλίων.
- Να διαθέτει μεταλλική χορδή για τη σύνδεση του συστήματος των δακτυλίων με τον κοχλία απελευθέρωσης.
- Να έχει τουλάχιστον επτά (7) δακτυλίους από υποαλλεργικό υλικό πολυισοπρενίου και με ειδικό τετράγωνο σχεδιασμό για απόλυτη εφαρμογή στον κίρσο μετά την απελευθέρωσή του.
- Ο προτελευταίος δακτύλιος να είναι διαφορετικού χρώματος από τους υπολοίπους.
- Το σύστημα των δακτυλίων να διαθέτει άκρο σλικόνης για την προστασία του ενδοσκοπίου.
- Να διαθέτει λαβή με χαρακτηριστικό ήχο κατά την απελευθέρωση του εκάστοτε δακτυλίου.
- Να διαθέτει ειδικό ιμάντα στερέωσης του συστήματος στην λαβή του ενδοσκοπίου.
- Να διαθέτει υποδοχή για καθετήρα πλύσης και σωλήνα σύνδεσης.
- Να είναι συμβατό με ενδοσκόπια διαμέτρου 8,5 – 11,5 mm.
- Να μην περιέχει latex.

51. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡ/ΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ M.X 11-13mm. (ΥΥΓΑΣ021)

- Να είναι μιας χρήσης και να παραδίδονται αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία.
- Να είναι προσυναρμολογημένα και έτοιμα προς χρήση.
- Ο φέροντας καθετήρας τοποθέτησης να έχει μήκος 220- 240cm.
- Να διαθέτουν άνοιγμα του κλιπ 11mm-13mm.
- Να έχουν την δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος τουλάχιστον 5 φορές πριν από την τελική απελευθέρωσή τους.
- Να είναι περιστρεφόμενα κατά 360°.
- Να είναι κατάλληλα για χρήση με κανάλι εργασίας 2.8mm.
- Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο έως 3 tesla, (να υπάρχει γραπτή βεβαίωση του κατασκευαστή για την συμβατότητά τους αυτή).

52. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡ/ΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ M.X 16mm (ΥΥΓΑΣ041)

Να είναι μιας χρήσης και να παραδίδονται αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία

- Να είναι προσυναρμολογημένα και έτοιμα προς χρήση.
- Ο φέροντας καθετήρας τοποθέτησης να έχει μήκος 220- 240cm
- Να διαθέτουν άνοιγμα του κλιπ 16mm.
- Να έχουν την δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος τουλάχιστον 5 φορές πριν από την τελική απελευθέρωσή τους.
- Να είναι περιστρεφόμενα κατά 360°.
- Να είναι καταλληλά για χρήση με κανάλι εργασίας 2.8mm
- Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο έως 3 tesla, (να υπάρχει γραπτή βεβαίωση του κατασκευαστή για την συμβατότητά τους αυτή).

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ
2. Π. ΒΑΡΖΕΔΗΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΙΣΑ ΔΡ
5. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε. ΣΑΥ

**53. ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΞΕΩΣ) 20FR.
(ΥΥΔΦΡ116)**

- Πλήρες σετ ενδοσκοπικής γαστροστομίας
- Να διαθέτει τα απαιτούμενα υλικά για την τοποθέτησή του μέσω συνδυασμού ενδοσκοπικής – διαδερμικής τεχνικής (τεχνική pull)
- Να διαθέτει σωλήνα γαστροστομίας από σιλικόνη διαμέτρου 20fr .
- Να διαθέτει σύστημα εξωτερικής στήριξης
- Να διαθέτει συνδετικό «Υ» για την εισαγωγή τροφής, σφιγκτήρα και ένα τουλάχιστον εφεδρικό ανταλλακτικό συνδετικού
- Να διαθέτει βελόνη Seldinger
- Να διαθέτει οδηγό σύρμα που να περιέχεται μέσα σε πλαστικό οδηγό για να μην μπερδεύεται.
- Να διαθέτει νυστέρι, γάζες, λιπαντική αλοιφή , βελόνα έγχυσης 25G, βρόχο μιας χρήσης για την σύλληψη του σύρματος και αποστειρωμένο πεδίο.
- Να μπορεί να αφαιρεθεί και με έλξη, ώστε να μην απαιτείται ενδοσκόπηση και βρόχος για την αφαίρεση της, (να αναφέρεται γραπτά από τον κατασκευαστή η δυνατότητα αυτή).

**54. ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 20-40CM.
(ΥΥΔΦΡ908)**

- Προέκταση μήκους 20-40cm για χορήγηση κυτταροστατικών.
- Να περιέχει φίλτρο 0,20 ή 0,22 μικρά , αποστειρωμένο , μη πυρετογόνο , χαμηλής πρωτεϊνικής σύνδεσης.

**55. ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ. (ΥΥΓΑΣ059)**

- Να είναι αποστειρωμένο.
- Να έρχεται σε προγεμισμένη σύριγγα των 5ml και άνω.
- Να είναι συμβατό για ενδοσκοπική χρήση.
- Να είναι μιας χρήσης.
- Να είναι μακράς διάρκειας.

**56. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ M.X.
(ΥΥΓΑΣ060)**

- Να είναι αποστειρωμένα.
- Να είναι μιας χρήσεως.
- Να είναι συμβατά με το υπερηχοενδοσκόπιο Olympus GF-UE160-AL5 του γαστρεντερολογικού τμήματος του νοσοκομείου.

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ
2. Π. ΒΑΡΖΕΛΗΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΙΣΑ ΑΡ
5. Σκουρής, ΣΝΘ

57. ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΣ 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΗ & ΨΥΧΡΗ ΕΚΤΟΜΗ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ Μ.Χ.
(ΥΥΓΑΣ061)

- Να είναι μιας χρήσης.
- Να είναι ολοκληρωμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση, με καθετήρα, λαβή χειρισμού και ενσωματωμένη υποδοχή για καλώδιο διαθερμίας.
- Ο βρόχος του να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
 - α) να είναι κατασκευασμένος από ειδικό πολύκλωνο σύρμα, σε διάμετρο 0,18mm
 - β) να ανοίγει διαδοχικά σε 3 διαφορετικά σχήματα αντιστοιχών διαστάσεων: οβάλ 30 X 55mm, εξαγωνικό 10 X 28mm και diamond 6 X 15mm.
- Τα χαρακτηριστικά του βρόχου, να παρέχουν στον χρήστη την δυνατότητα εκτέλεσης θέρμης ή/και ψυχρής εκτομής πολυπόδων.
- Ο καθετήρας του να είναι από teflon σε διαστάσεις 2,4 X 2,300mm.

58. ΒΟΥΡΤΣΑ/ΨΥΚΤΡΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ.
(ΥΥΓΑΣ063)

- Να είναι μιας χρήσης και να παραδίδονται αποστειρωμένες και σε ατομική συσκευασία.
- Να διαθέτουν ενσωματωμένη εργονομική λαβή χειρισμού 3-ring.
- Να έχουν καθετήρα από teflon μονού αυλού, σε διαστάσεις 1,8mm X 120-160-180cm και 2,3mm X 240cm.
- Το βουρτσάκι να διατίθεται σε διάμετρο 2,4-3,0-4,0 mm και να φέρει στο άκρο του μπίλια, ώστε να εξασφαλίζεται η ακέραιη εξαγωγή του δείγματος.
- Η κεφαλή της βούρτσας να αποσπάται εύκολα ώστε να είναι εφικτό να σταλεί ολόκληρο το σώμα της για συλλογή υλικού προς καλλιέργεια.
- Να έχουν στρογγυλεμένο άκρο ώστε να μην τραυματίζεται ο βλεννογόνος.
- Να φέρουν ανθεκτικές ίνες για την αποτελεσματική λήψη κυττάρων.
- Να είναι συμβατές με τα ενδοσκοπία όλων των τύπων και οίκων κατασκευής, με κανάλι βιοψίας άνω των 2,0mm.

59. ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΤ Μ.Χ ΕΚΤΟΜΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Μ.Χ. (ΥΥΓΑΣ064)

Ειδικό σετ που να χρησιμοποιείται με κολονοσκόπιο για τη διαγνωστική και θεραπευτική εκτομή ολικού πάχους βλαβών στο παχύ έντερο και το ορθό και να αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α) FTRD system

FTRD applicator cap: πλαστικό κάλυμμα, που να εφαρμόζεται στην άκρη του ενδοσκοπίου και να φέρει προ-φορτωμένο το FTRD CLIP και βργχο εκτομής ιστού υψηλής συχνότητας. να διαθέτει ειδικό νήμα καθηλωμένο στο κάλυμμα εφαρμογής με το οποίο να απελευθερώνεται το clip. Το FTRD clip να αποτελείται από ειδικό υλικό με σχηματική μνήμη nitinol και να διατίθεται σε ένα μέγεθος για ενδοσκοπία με διάμετρο 11.5 – 14mm.

FTRD handwheel: ειδική πλαστική στρόφιγγα που να τοποθετείται στο ενδοσκόπιο για το περιτύλιγμα του νήματος και την απελευθέρωση του FTRD clip.

1. Ε. ΤΕΛΑΧΗ
2. Π. ΒΑΡΣΕΛΙ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΤΣΑ
5. ΣΤΑΥΡΟΥ

FTRD thread retriever: πλαστικό εξάρτημα για την εύκολη ανάκτηση του νήματος.

FTRD endoscope sleeve: (προστατευτικό μανίκι ενδοσκοπίου). Το κάλυμμα εφαρμογής και ο βρόχος να φορτώνονται εξωτερικά από το ενδοσκόπιο και το προστατευτικό μανίκι να αποτρέπει την σύλληψη ιστού μεταξύ του ενδοσκοπίου και του βρόχου

β) FTRD marking probe

Καθετήρας πήξης υψηλής συχνότητας για τη σήμανση του ιστού πριν την εφαρμογή του συστήματος FTRD. Ο καθετήρας να έχει εύκαμπτο άξονα και μήκος 220cm.

γ) FTRD grasper

Λαβίδα σύλληψης για την καθήλωση του ιστού και την ανάκτησή του στο κάλυμμα εφαρμογής. Η λαβίδα να έχει εύκαμπτο άξονα και μήκος 220cm.

**60. ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ.
(ΥΥΓΑΣ066)**

Να αποτελείται από τα εξής τμήματα:

- **OTSC (Over The Scope Clip) Applicator Cap**

Να φορτώνεται στην άκρη του γαστροσκοπίου και να φέρει το OTSC clip.

Να διαθέτει ειδικό νήμα καθηλωμένο στο OTSC applicator cap με το οποίο να απελευθερώνεται το OTSC clip, με τρόπο παρόμοιο όπως στην περίπτωση των δακτυλίων για τους κίρσους του οισοφάγου.

- **OTSC Hand Wheel**

Ειδική πλαστική στρόφιγγα που να τοποθετείται στο γαστροσκόπιο για το περιτύλιγμα του νήματος και την απελευθέρωση του OTSC clip.

- **OTSC (Over The Scope Clip)**

Να αποτελείται από ειδικό υλικό Nitinol με σχηματική μνήμη και να έχει σχήμα «δαγκάνας με μια σειρά από δόντια», χωρίς να αφήνει κενό στη μέση. Η «δαγκάνα» να διπλώνει και να ασκεί ισχυρή δύναμη συμπίεσης στον επιθυμητό ιστό, επιτυγχάνοντας αποτελεσματική αιμόσταση και αντιμετώπιση διατρήσεων στον γαστρεντερικό σωλήνα.

**61. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ/ML .
(ΥΥΔΦΡ620)**

- Συνθετική χειρουργική κόλλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Βιοαπορροφήσιμη με βάση κυανοακρυλική, με προσθήκη μονομερούς τροποποιημένη.
- Να έχει εξαιρετικές αιμοστατικές και συγκολλητικές ιδιότητες.
- Να παράγει ένα αποτελεσματικό φραγμό έναντι λοιμωδών παραγόντων.
- Να παράγει μεμβράνη ισχυρή σε εφελκυσμό.
- Να δύναται να τρυπηθεί από ράμμα μετά την εφαρμογή.
- Ο πολυμερισμός της να είναι γρήγορος 1-2sec και να ολοκληρώνεται σε 1-1,5min.
- Να είναι έτοιμη προς χρήση σε ποσότητα 1ml και πλέον.

1. Ε. ΤΕΛΑΡΗΣ
2. Π. ΒΑΡΣΕΛΙ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΙΣΑ Μ
5. ΣΤΑΥΡΩ Μ. ΣΑΛ

**62. SPRAY ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ TEST PAP.
(ΥΥΔΦΡ922)**

- Να αποτελείται από ισοπροπανόλη και πολυαιθυλενογλυκόλη
- Να μην περιέχει συστατικά επιβλαβή για το όζον
- Να μην περιέχει προωθητικό αέριο
- Να είναι σε φιαλίδια 240-250ml

**63. ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΑΔΑ Νο7 ΜΕΘΟΔΟ
SELDINGER. (ΥΥΔΦΡ408)**

**64. ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΑΔΑ Νο8 ΜΕΘΟΔΟ
SELDINGER. (ΥΥΔΦΡ409)**

**65. ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΑΔΑ Νο9 ΜΕΘΟΔΟ
SELDINGER. (ΥΥΔΦΡ410)**

- Σετ τραχειοστομίας με τη μέθοδο **Griggs**.
- Να φέρει σωλήνα τραχειοστομίας με κωνικό cuff χαμηλής πίεσης – μεγάλου όγκου, από διάφανο θερμοευαίσθητο, μη τοξικό (latex free) PVC, υψηλής ποιότητας, με κλίση 105° για καλή εφαρμογή στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου.
- Το κωνικό σχήμα του cuff να προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού.
- Το CUFF να εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.
- Το CUFF να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε, να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.
- Όταν ξεφουσκώνει, το cuff, να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσής του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.
- Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυξης του cuff.
- Να φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών
- Να φέρει ειδικό ατραυματικό οδηγό, με οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου seldinger, για να εξασφαλίζει την γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.
- Να φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό.
- Να φέρει σύριγγα 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας
- Να φέρει χειρουργικό νυστέρι για την τομή.
- Να φέρει οδηγό σύρμα 50cm
- Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα για συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας
- Να διατίθεται σε νούμερα 7, 8, & 9.

1. Ε. ΖΗΝΑΚΗΣ

2. Π. ΒΑΡΣΙΛΙΔΗΣ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΓΚΙΤΣΑ Μ

5. ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. ΣΑ

**66. MICROCLAVE ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ.
(ΥΥΔΦΡ203)**

Ειδική συσκευή ασφαλούς σύνδεσης και προστασίας ενδοαγγειακών καθετήρων ουδέτερης παλινδρόμησης αίματος, ροή 165ml/h, παραμονή και χρήση 7 ημερών, luer-lock άκρου, να μην απαιτεί χρήση βελόνας.

Υπάρχουν δύο είδη

- 1) Ειδική βαλβίδα ασφαλείας.
- 2) Συσκευή προέκτασης καθετήρα διπλού αυλού με δύο βαλβίδες ασφαλείας, δύο διακόπτες ροής αποσπώμενους, luer-lock άκρο, πώμα με υδροφόρο φίλτρο, μήκος συσκευής 13cm.

**67. ΦΙΑΛΙΔΙΟ INDIGO CARMINE 1% (ΣΥΣΚ. 10ml)
(ΥΥΓΑΣ038)**

- Η χρωστική ουσία indigo carmine να είναι απόλυτα βιοσυμβατή με τον ανθρώπινο οργανισμό.
- Να περιέχεται σε φιαλίδια ή αμπούλες των 10ml με συγκέντρωση 1%.

**68. ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ ΑΚΡΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ M.X.
(ΥΥΔΦΡ333)**

- Να είναι κατασκευασμένο από διαφανή ατραυματικό υλικό.
- Να είναι κατάλληλα για ενδοσκόπια με άκρο διαμέτρου 8.5χιλ., 9,4χιλ, 12χιλ και 12,8χιλ.
- Να διατίθενται με πλάγια οπή.

**69. ΓΑΖΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 6X8 cm (± 1cm).
(ΥΥΔΦΡ099)**

Επιθέματα αυτοκόλλητα για τη συγκράτηση του φλεβοκαθετήρα.

- 1) Να είναι αποστειρωμένα, σε συσκευασία του ενός τεμαχίου.
- 2) Να είναι κατασκευασμένα από μη υφασμένο υλικό (NON WOVEN).
- 3) Στο μέσο του επιθέματος να υπάρχει ειδικό απορροφητικό επίθεμα, αντικολλητικό ώστε να μην κολλά στο σημείο του καθετηριασμού.
- 4) Να φέρουν την ανάλογη εγκοπή για εύκολη τοποθέτηση και συγκράτησης του φλεβοκαθετήρα.
- 5) Να είναι υποαλλεργικά.
- 6) Το περιθώριο περιμετρικά του επιθέματος να αποκολλάται σε δύο ή τρεις φάσεις για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.
- 7) Να προσφέρεται σε μέγεθος **6 X 8 CM +/- 1CM.**
- 8) Προαιρετικά να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα αναγραφής στοιχείων.

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ

2. Π. ΒΑΡΣΕΛΗΣ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΠΕΤΣΑΡ

5. ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ

70. ΓΑΖΑΚΙΑ-ΕΠΙΘΕΜΑ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 8,5X11,5CM (±1CM). (ΥΥΔΦΡ213)

Αντιμικροβιακό επίθεμα συνδυασμού διαφανούς φιλμ και αυτοκόλλητης υφασμάτινης ταινίας με ενσωματωμένη γέλη εμποτισμένη με χλωρεξιδίνη 2%.

Διαστάσεις: 8.5cm X 11.5cm +/- 1cm.

Να κατατεθούν κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν τη μείωση των βακτηριαιμιών (CRBSI) κατά 60% κατ' ελάχιστο, τα πιστοποιητικά βιοσυμβατότητας με βάση το ISO 10993 και αναπνευστικότητας MVTR βάση του EN-13726 του προϊόντος.

Επίσης, να πιστοποιηθεί (μέσω αντίγραφου της συσκευασίας του επιθέματος) ότι το προϊόν φέρει επάνω στην συσκευασία του όλες τις απαιτούμενες ενδείξεις για την ταυτοποίηση του (κατασκευαστής, έδρα παραγωγής, κλπ) βάση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/745 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .

Στις οδηγίες χρήσης να αναφέρεται ότι το προϊόν προορίζεται για την μείωση των βακτηριαιμιών (CRBSI) κεντρικών ή αρτηριακών καθετήρων.

Να φέρει CE. Να αποδεικνύεται ότι ανήκει στην κατηγορία III (ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε συνδυασμό με φαρμακευτική ουσία) και να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 2 έτη.

Αντιστοίχιση Ε.Κ.Α.Π.Υ (Β.12.ε)

71. ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΟΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ. (ΥΥΔΦΡ923)

- Να περιέχει διάλυμα μπλε του μεθυλενίου(methylene blue).
- Να είναι στείρο.
- Να είναι βιοσυμβατό με τον ανθρώπινο οργανισμό.
- Να είναι κατάλληλο για ενδοσκοπικές πράξεις.
- Να διατίθεται σε αμπούλες 10ml συγκέντρωσης 0.5%.

72. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΙΝΗΣΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ERBE. (ΥΥΔΦΡ336)

Να είναι απολύτως συμβατοί με την υπάρχουσα ενδοσκοπική αντλία νερού ERBE EIP2 που βρίσκεται και χρησιμοποιείται στο ενδοσκοπικό τμήμα.

73. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΙΜΟΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 1650mm. (ΥΥΔΦΡ346)

- Να προσφέρεται σε μήκος 1.650 mm.
- Να διαθέτει άνοιγμα σιαγόνων 5mm και 6.5mm.
- Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό περιστροφής και να είναι πλήρως περιστρεφόμενη.
- Να είναι κατάλληλη για σκληρούς ιστούς και για μεγάλα αιμοφόρα αγγεία.

1. Ε. ΤΣΑΛΙΔΗΣ
2. Π. ΒΑΡΖΕΛΑ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΤΣΑ ΑΡ
5. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ.

- Να είναι συμβατή με τις συσκευές διαθερμίας που χρησιμοποιούνται στο ενδοσκοπικό τμήμα χωρίς προμήθεια επιπλέον αντάπτορα.
- Να είναι αποστειρωμένη.
- Να είναι συμβατή με κανάλι εργασίας ενδοσκοπίου 2,8mm.
- Να διατίθεται διεθνής βιβλιογραφία που να τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητά της.

74. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ Μ. Χ. (ΥΥΓΑΣ062)

- Καθετήρας για απολίνωση περίδεση πολυπόδων (endoloop).
- Να είναι μιας χρήσης.
- Να είναι συμβατός με κανάλι εργασίας ενδοσκοπίου 2,8mm.
- Να διαθέτει άνοιγμα 30 mm και μήκος φέροντα καθετήρα τουλάχιστον 230cm.
- Να διατίθενται διεθνείς μελέτες αποτελεσματικότητάς του.

75. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΙΜΟΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 2300mm. (ΥΥΔΦΡ348)

- Να προσφέρεται σε μήκος 2.300mm.
- Να διαθέτει άνοιγμα σιαγόνων 4mm.
- Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό περιστροφής και να είναι πλήρως περιστρεφόμενη.
- Να είναι κατάλληλη για σκληρούς ιστούς και για μεγάλα αιμοφόρα αγγεία.
- Να είναι συμβατή με τις συσκευές διαθερμίας που χρησιμοποιούνται στο ενδοσκοπικό τμήμα χωρίς προμήθεια επιπλέον αντάπτορα.
- Να είναι αποστειρωμένη.
- Να διατίθεται διεθνής βιβλιογραφία που να τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα της.

76. ΣΕΤ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ (ΥΥΔΦΡ068)

Καθετήρας 10Fr για πλευρική παρακέντηση θώρακος & πλευρών:

Το σετ να είναι Latex- free & Dehp - free, μιας χρήσης, αποστειρωμένο και να περιέχει:

- Βελόνη παρακέντησης, μήκους 75-80 χιλ., με διαφανές ενσωματωμένο προστατευτικό κάλυμμα του καθετήρα.
- Καθετήρα πολyaiθυλενίου 10Fr μήκους 50εκ. κατ' ελάχιστον, με 2 ακτινοσκιερές γραμμές. Να είναι βαθμονομημένος τουλάχιστον στα 12 & 22εκ. και να είναι κλειστού άκρου με 10 πλευρικές οπές.
- Ο καθετήρα πολyaiθυλενίου να διέρχεται μέσα από την βελόνη παρακέντησης.
- Στρόφιγγα 3 οδών (3w) με stop-cock ασφαλείας με λευκό άξονα εργονομικά σχεδιασμένο περιστρεφόμενο με κλικ ασφαλείας ανά 45 μοίρες αισθανόμενο από τον χρήστη.
- Συνδετικό κωνικό.

1. Ε. ΖΕΛΑΚΗΣ
2. Π. ΒΑΡΣΕΛΗΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΤΣΑ ΑΓ
5. ΣΤΟΛΙΝΑ ΕΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

77. ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. (ΥΥΔΦΡ330)

78. ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ LARGE ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. (ΥΥΔΦΡ331)

79. ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SMALL ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. (ΥΥΔΦΡ329)

Σετ σπόγγου αρνητικής πίεσης αποστειρωμένο με δραστικό παράγοντα αργύρου στη δομή του. Να περιλαμβάνει:

1. σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο για αντιμικροβιακή δράση, με ειδική δομή πόρων που αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματιθέντος κοκκιώδους ιστού εντός αυτού, μειώνοντας έτσι τον πόνο και τους τραυματισμούς κατά την αφαίρεσή του.

2. σωλήνα αναρρόφησης με αυτοκόλλητο δίσκο και φίλτρο για την αποφυγή τη δυσοσμίας.

3. αυτοκόλλητη/ες μεμβράνη/ες διαφανή/είς για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος.

Να φέρει δοχείο συλλογής κλειστού τύπου χωρητικότητας 1100ml

Διαστάσεις:

Small 10cm x 7,5cm x 3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες) Ε.Κ.Α.Π.Υ (Ι.3.α.1)

Medium 18cm x 12,5cm x 3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες) Ε.Κ.Α.Π.Υ (Ι.3.α.2)

Large 26cm x 15cm x 3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες) Ε.Κ.Α.Π.Υ (Ι.3.α.3)

Συνοδός εξοπλισμός:

1. Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης έως 230mmHg
2. Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 3 μορφές λειτουργίας, συνεχόμενης, διαλείπουσας, εναλλασσόμενης ρύθμισης της ροής της πίεσης
3. Ελαφριά με βάρος έως 750gr και φορητή.
4. Ανεξαρτησία λειτουργίας της αντλίας από 12 έως 24 ώρες επαναφορτιζόμενη μπαταρίας
5. Δυνατότητα ελέγχου της πίεσης στον πυθμένα του τραύματος.

1. Ε. Τσαλακίτζη

2. Π. Βαρτζελή

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. Παιτα Αρ.

5. Στοιχειά Λι

80. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ VAC ΚΑΝΙΣΤΡΑ 1000ml (ΣΕΤ ΜΕ ΓΑΖΑ). (ΥΥΔΦΡ715)

81. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ VAC ΚΑΝΙΣΤΡΑ 1000ML (ΣΕΤ ΜΕ ΣΠΟΓΓΟ). (ΥΥΔΦΡ615)

- Κάνιστρο αντλίας αρνητικής πίεσης με διαγράμμιση σε ml χωρητικότητας 1050ml +/- 50 ml.
- Το δοχείο συλλογής εκκρίσεων:
- Να είναι κλειστού τύπου, αποστειρωμένο
 - Να μετατρέπεται το εξίδρωμα σε τζελ
 - Να έχει κλίμακα διαβάθμισης των ml και φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία.
 - Να περιέχει άνθρακα ο οποίος να βρίσκεται εντός του κανίστρου για την εξουδετέρωση των οσμών.
 - Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία και τα υπόλοιπα αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγων ή γάζας.
 - Η επιλογή και αξιολόγηση του κάνιστρου I.I.e (αντιστοίχιση Ε.Κ.Α.Π.Υ.) θα γίνεται σε συνδυασμό με σετ σπόγγων ή γάζας διάστασης Large & XLarge & σπόγγο κοιλίας.

82. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ-ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ LARGE. (ΥΥΔΦΡ321)

83. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ-ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ MEDIUM. (ΥΥΔΦΡ320)

- Σετ σπόγγου με ειδική δομή πόρων που αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος κοκκιώδους ιστού εντός αυτού, μειώνοντας τον πόνο και τους τραυματισμούς κατά την αφαίρεση.
- Σωλήνας αναρρόφησης με αυτοκόλλητο δίσκο και φίλτρο για την αποφυγή της δυσσομίας
- Αυτοκόλλητες μεμβράνες για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος.
- Να έχει σήμανση CE.

Διαστάσεις:

- **Medium** 18cm x 12,5cm x 3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες). Ε.Κ.Α.Π.Υ (I.2.a.2)
- **Large** 26cm x 15cm x 3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες). Ε.Κ.Α.Π.Υ (I.2.a.3)

84. ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΥΔΦΡ328)

Σετ σπόγγου κοιλίας. Να περιλαμβάνει:

1. Δύο σπόγγους με ειδική δομή πόρων που να αποτρέπουν την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος κοκκιώδους ιστού εντός αυτών ώστε να μην τραυματίζεται και να εξασφαλίζουν μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση τους.

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ
2. Π. ΒΑΡΣΕΛΗΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΙΣΑ ΑΡ
5. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

2. Μία ημιπερατή μεμβράνη για προστασία των σπλάχνων/ζωτικών οργάνων με ενσωματωμένα αφρώδη τμήματα σε ειδικό σχεδιασμό για διανομή της πίεσης σε όλη την έκταση της κοιλιακής χώρας.
 3. Δυο σωλήνες αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητους δίσκους αναρρόφησης που να φέρουν φίλτρο για αποφυγή της δυσσομίας.
 4. Τέσσερις αυτοκόλλητες μεμβράνες διαφανείς για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος
- Διάσταση: 39,1cm x 26,1cm x 1,78cm (+/- 2cm) ακτινωτή διάταξη του σπόγγου.
(Αντιστοίχιση ΕΚΑΠΥ Ι.2.ε.1)

85. ΣΥΣΤ. ΑΡΝΗΤ. ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤ ΤΡΑΥΜ. ΑΝΤΑΛ/ΚΑ – ΣΕΤ

ΕΠΙΔΕ/ΓΑΖΑ – LARGE (ΥΥΔΦΡ324)

Αναλώσιμο υλικό του συστήματος αρνητικής πίεσης, σετ επιδέσμων αρνητικής πίεσης.

- Αυτοκόλλητη διαφανή μεμβράνη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος
- Σετ σπόγγου πολουρεθάνης απλό ή εμποτισμένο με άργυρο ή ισοδύναμο.

Διαστάσεων : Large.

Απαραίτητες προϋποθέσεις κατακύρωσης των προσφορών επί ποινή απόρριψης για τα είδη από Νο 77 – 85.

Η αντλία αρνητικής πίεσης θα παραχωρείται δωρεάν για τη χρήση των αναλώσιμων σετ.

- η αντλία να είναι φορητή
- συνεχή και μεταβαλλόμενη λειτουργία αρνητικής πίεσης
- να χρησιμοποιεί τοπικά ελεγχόμενη αρνητική πίεση
- να υπάρχει ηχητικός και οπτικός συναγερμός, που να ενεργοποιείται σε περιπτώσεις γεμάτου κάνιστρου, έμφραξης, χαμηλής μπαταρίας, ανενεργής θεραπείας καθώς και διαρροή αέρα.
- προσαρμογή αρνητικής πίεσης τουλάχιστον έως 200mmHg
- προσαρμογή μεταβαλλόμενης λειτουργίας
- δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 9 ωρών)
- συνοδεύεται από τσαντάκι μεταφοράς για περιπατητικούς ασθενείς.
- μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος αντλίας 2,5Kg

Η συσκευασία των σετ να είναι εναρμονισμένη με τον κανονισμό περί προμήθειας ιατροτεχνολογικών ειδών ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2198 2/10/2009 (Αρ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648)

Οδηγίες διαθέσιμες στην Ελληνική γλώσσα

Η επισήμανση στο σετ να περιλαμβάνει:

1. Εμπορική επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή
2. Εμπορικός κωδικός ή Εμπορική ονομασία - περιγραφή του είδους
3. Αποστειρωμένο

1. Ε. ΖΕΝΑΚΗΣ
2. Π. ΒΑΡΣΕΛΗΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΙΣΑ ΑΡ
5. ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛ

4. Κωδικό παρτίδας

5. Ένδειξη οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσης

6. Τα μέρη του σετ (μεμβράνες και δίσκος αναρρόφησης) να μπορούν να διατεθούν και μεμονωμένα ως είδη.

Ο συνδυασμός ειδών μέσα στο σετ από διαφορετικούς κατασκευαστές θα συνοδεύεται από Δήλωση συμβατότητας του προμηθευτή και όχι από τον αντιπρόσωπο – διανομέα.

Τρόπος αξιολόγησης τεχνικών προσφορών συστήματος αρνητικής πίεσης

- Η κατακύρωση των Σετ Σπόγγων ή Γάζας έπειτα από την τεχνική αξιολόγηση αυτών, θα γίνει μόνο στις προσφερόμενες εταιρίες που έχουν κατακυρώσει και το αντίστοιχο κάνιστρο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση όπου ένα από τα μέρη του συστήματος (κάνιστρο & σετ σπόγγου ή γάζας) δεν εγκριθεί στην τεχνική αξιολόγηση, τότε δεν ολοκληρώνεται συμβατό σύστημα αρνητικής πίεσης και απορρίπτεται η προσφορά.
- Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρωμένων συμβατών συστημάτων αρνητικής πίεσης, θα γίνεται στην συνολική αξία κάθε συστήματος (κάνιστρο + σετ σπόγγου ή γάζας) έχοντας αναγάγει την αξία του κάνιστρου σε αξία ανά ml, (euro / ml).

**86. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗΣ-ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ-
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1000ml
(ΥΥΔΦΡ815)**

**87. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΩΝ - SET ΣΠΟΓΓΟΥ MEDIUM
(ΥΥΔΦΡ325)**

**88. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΩΝ - ΚΑΣΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
(ΥΥΔΦΡ326)**

Απαραίτητες προϋποθέσεις κατακύρωσης των προσφορών επί ποινή απόρριψης:

- Η αντλία να έχει δυνατότητα φορητότητας.
- Συνεχή, μεταβαλλόμενη ή διαλείπουσα λειτουργία αρνητικής πίεσης.
- Συνεχή μέτρηση της θεραπευτικής πίεσης στην κοίτη του τραύματος.
- Προσαρμογή αρνητικής πίεσης τουλάχιστον έως 200mmHg.
- Προσαρμογή μεταβαλλόμενης λειτουργίας.
- Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία 5 – 8 ωρών.)
- Δυνατότητα μεταφοράς με τσαντάκι ή χειρολαβή για περιπατητικούς ασθενείς.
- Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος αντλίας έως 4kg. (αντιστοίχιση ΕΚΑΠΥ Ι.6)
- Να διαθέτει σύστημα ελέγχου ανίχνευσης διαρροών και πιστοποίηση της στεγανοποίησης κατά την τοποθέτηση.

1. Ε. ΤΕΛΑΡΚΗΣ
2. Π. ΒΑΡΣΕΛΙΝ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΙΣΑ
5. ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΕΛΕΥ

- Να υπάρχει συναγερμός – alarm ηχητικός, σε περιπτώσεις γεμάτου κανίστρου, έμφραξης, διαρροής, χαμηλής μπαταρίας, ανενεργής θεραπείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΣΠΟΓΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ.

Σετ αποστειρωμένου σπόγγου πολυουρεθάνης για σύστημα θεραπείας αρνητικής πίεσης VAC με δυνατότητα αυτοματοποιημένων & ρυθμιζόμενων ενεργών κύκλων ενστάλαξης – εμποτισμού – αναρρόφησης για την θεραπεία τραυμάτων και ελκών αποτελούμενο από:

- 1) Δύο σπόγγους πολυουρεθάνης
- 2) Αυτοκόλλητο σύστημα δύο σωληνώσεων:
 - a. σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτόκαθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5 min.
 - b. σωλήνωση ενστάλαξης υγρού.
 - c. **Σημείωση** : Οι δύο σωληνώσεις στο σετ σπόγγου Large είναι ανεξάρτητες Αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες στεγανοποίησης (καθαρές διαστάσεις 20,7 x 20,7)
- 3) Χάρτινο χάρακα
- 4) Δύο συσκευασίες προστατευτικού φίλμ για διατήρηση της ακεραιότητας του υγιούς δέρματος στην περιτραυματική περιοχή.
- 5) **Κασέτα** χορήγησης διαλύματος ορού ή αντισηπτικού (Απαραίτητη για τη χρήση του ανωτέρω συστήματος) αποτελούμενη από την θήκη ελεγχόμενης χορήγησης ορού ή αντισηπτικού και συμβατή με την αντλία.
- 6) Σωλήνωση σύνδεσης αφενός με το διάλυμα χορήγησης μέσω ειδικού καθετήρα (spike) και αφετέρου με τη σωλήνωση προσαγωγής στο τραύμα.
- 7) Στο εσωτερικό ειδικό Gel για μετατροπή του εξιδρώματος σε γέλη.
(αντιστοίχιση ΕΚΑΠΥ Ι.6.α).

Διάσταση:

Medium:

18,5 x 14 x 3,3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες) (αντιστοίχιση ΕΚΑΠΥ Ι.6.α.2)

1. Ε. ΓΕΛΑΚΗ 
 2. Π. Βόρτζιλι 
 3. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
 4. ΠΕΤΣΑ 
 5. ΣΤΟΥΠΟΥ Μ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και δείγματα (τουλάχιστον 3), με εξαίρεση δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας δεν μπορούν να σταλούν. Στις περιπτώσεις της παραπάνω εξαίρεσης, να κατατεθεί σχετικό έγγραφο περί μη δυνατότητας αποστολής.
2. Τα είδη να έρχονται αποστειρωμένα όπου απαιτείται και στην συσκευασία να αναγράφεται η ένδειξη CE MARK.
3. Να κατατεθούν για κάθε προσφερόμενο είδος εκθέσεις δοκιμών από Οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ή ισοδύναμο) ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιο Οργανισμό (ή ισοδύναμο) ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 56 του Νόμου 4412/2016)
4. Σε όλα τα είδη επί ποινή απόρριψης να περιλαμβάνεται το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.
5. Η ημερομηνία λήξεως των προϊόντων να είναι άνω των δύο ετών.
6. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανομής (σε περίπτωση που είναι διαφορετικά).
7. Να κατατίθενται για κάθε προσφερόμενο είδος, σχετικό με την κατηγορία του, πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την οδηγία 93/42ΕΟΚ.
8. Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες που είναι αναγκαίες για την χρησιμοποίηση του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του κατασκευαστή (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ παρ. 13 του παραρτήματος Ι της υπ. αρ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 130648-ΦΕΚ 2198/Β/02-10-09).
9. Η προμηθευτήρια εταιρεία εφόσον δεν ταυτίζεται με τον κατασκευαστή του είδους θα πρέπει να τηρεί τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την αρ. ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ/1348/16-1-04 (ΦΕΚ 32Β) και να καταθέσει προς τούτο σχετική βεβαίωση.
10. Η παράδοση των ειδών να πραγματοποιείται εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την παραγγελία του αρμόδιου διαχειριστικού τμήματος και σύμφωνα με τα δείγματα που θα προσκομιστούν στον διαγωνισμό.
11. Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή.

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ

2. Π. Βορζέλι

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΠΕΙΣΑ ΑΡ

5. ΣΤΑΥΡΟΣ Μ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1. Τελάκης Εμμανουήλ, Ιατρός, Γαστρεντερολογικό τμήμα  Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ
2. Βάρτζελι Παναγιώτα, Ιατρός, ΜΕΘ 
3. Κωνσταντινίδου Χαρίκλεια, Ιατρός, Πλαστική Χειρουργική 
4. Πέτσα Αριστέα, ΤΕ Νοσηλευτριών, ΜΕΘ
5. Στούμπου Μαρουλιώ, ΤΕ Νοσηλευτριών, Τμήμα Κλινικής Ημέρας 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1. ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 12FR (ΥΥΔΦΡ003)

- Να είναι ακτινοσκοπικοί
- Να δέχονται συρμάτινους οδηγούς 0,035" και 0,038" της ίντσας
- Να διατίθενται σε μήκη $20 \pm 10\%$ εκ.
- Να διατίθενται σε διάμετρο 12 FR, με ενδιάμεση διαβάθμιση ανά 2 FR

2. ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 16FR (ΥΥΔΦΡ220)

- Να είναι ακτινοσκοπικοί
- Να δέχονται συρμάτινους οδηγούς 0,035" και 0,038" της ίντσας
- Να διατίθενται σε μήκη $20 \pm 10\%$ εκ.
- Να διατίθενται σε διάμετρο 14 FR, με ενδιάμεση διαβάθμιση ανά 2 FR

3. ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 14FR (ΥΥΔΦΡ219)

- Να είναι ακτινοσκοπικοί
- Να δέχονται συρμάτινους οδηγούς 0,035" και 0,038" της ίντσας
- Να διατίθενται σε μήκη $20 \pm 10\%$ εκ.
- Να διατίθενται σε διάμετρο 16 FR, με ενδιάμεση διαβάθμιση ανά 2 FR

4. ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (ΔΙΑΔ. ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ) (ΥΥΔΦΡ142)

Μεταλλικό άγκιστρο με ράμμα σχήματος T εισαγόμενο στο γαστρικό αυλό μέσω της βελόνης διαδερμικής παρακέντησης (του στομάχου) για την καθήλωση του γαστρικού τοιχώματος πάνω στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός για την εισαγωγή του καθετήρα της διαδερμικής γαστροστομίας.

5. ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΣΩ-ΕΞΩ (8FR). (ΥΥΔΦΡ109)

Το σετ να αποτελείται από:

1. Καθετήρα παροχέτευσης με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Συνολικό μήκος 40-50 εκ.
- Να δέχεται συρμάτινο οδηγό 0,035" και 0,038" της ίντσας
- Διάμετρο 8 FR.
- Δυνατότητα ενεργητικής (μέσω νήματος ή άλλου συναφούς μηχανισμού) διαμόρφωσης του τελικού άκρου του σε σχήμα pig tail.
- Σύστημα ασφάλισης (κλειδώματος) του τελικού άκρου
- Πολλαπλές οπές σε απόσταση 10 εκ. από το τελικό άκρο του (για παροχέτευση ολόκληρου του μήκους του χοληδόχου πόρου).
- Εξωτερικό άκρο με δυνατότητα σύνδεσης τύπου luer lock.

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΤΣ

2. Π. ΒΑΡΓΚΕΣ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4. ΠΕΤΣΑ ΑΡ.

5. ΣΤΟΥΡΜΕΛΛΗ

2. Ευθειαστή του καθετήρα (stiffener)
3. Βελόνες παρακέντησης χοληφόρων τύπου Chiba, ορατή στους υπερήχους, διαμέτρου 22 G, η οποία να δέχεται συρμάτινο οδηγό 0,018" της ίντσας, κατάλληλο για την βελόνη παρακέντησης.
4. Συρμάτινο οδηγό 0,018" της ίντσας, κατάλληλο για την βελόνη παρακέντησης
5. Σετ εισαγωγής τριών αυλών (μεταλλικό trocar, διαστολέα, θήκη) για ανταλλαγή του συρμάτινου οδηγού 0,018" με συρμάτινο οδηγό 0,035" ή 0,038" του οποίου η θήκη να φέρει στο τελικό άκρο ακτινοσκοπική σήμανση (marker).
6. Διαστολείς δέρματος
7. Συνδετικό για σύνδεση του καθετήρα με ουροσυλλέκτη.
8. Στηρικτικά δέρματος

6. ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ/KG (ΕΠΥΓΝ010)

Soda Lime (Νατράσβεστος):

- Να έχει σύνθεση από σκληρές σφαίρες διαμέτρου 3-4 mm ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα δημιουργίας σκόνης και να εξασφαλίζεται προστασία από υγρασία.
- Να έχει δυνατότητα αλλαγής χρώματος (από λευκό σε βιολετί) με την παρουσία CO₂.
- Να μην παράγει κατά την χρήση μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Compound A, φορμαλδεΰδη ή οποιοδήποτε άλλο επικίνδυνο αέριο.
- Να μην περιέχει στη σύνθεσή της sodium, potassium ή barium hydroxide, τα οποία ευθύνονται για την παραγωγή των παραπάνω.
- Συσκευασία έως 5 κιλά.

7. ΣΕΤ ΕΠΕΓΓΟΥΣΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ (ΥΥΔΦΡ026)

Το σετ θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Ένα μαχαιρίδιο Νο 11 με λαβή, αποστειρωμένο
- Τραχειοσωλήνα Νο 7 με ατравματικό εισαγωγέα, στυλεό εισαγωγής, ζελέ λίπανσης και κορδέλα στήριξης τραχειοσωλήνα
- Σύριγγα 5 ml
- Βελόνα G14 με Teflon καθετήρα
- Συρμάτινο οδηγό Seldinger
- Διαστολέα 14 FR, οδηγό καθετήρα
- Γάζα αποστειρωμένη
- Ένα ράμμα στήριξης silk 1/0 με μεγάλη βελόνα (προαιρετικά)

8. ΡΥΓΧΟΣ ΓΙΑ ΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ (ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ-ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ) ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 27CM (ΥΥΔΦΡ604)

- Κατάλληλο για τοποθέτηση ιστικής κόλλας (γλουταραλδεΰδης-αλβουμίνης).
- Σε ξεχωριστή συσκευασία αποστειρωμένη.
- Να διατίθενται ρύγχοι μήκους 27 cm τουλάχιστον.

1. Ε. ΤΕΛΑΛΙΤΣ

9. Π. Βαργέσης

3. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΠΕΤΣΑ Α

5. ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

**9. ΣΩΛΗΝΕΣ T-KER M.X CH 10
(ΥΥΔΦΡ098)**

- Μίας χρήσεως από latex ή σιλικόνη (με ή χωρίς πολυουρεθάνη).
- Να διατίθεται στο εξής μεγέθος: 10 CH

**10. ΣΩΛΗΝΕΣ T-KER M.X CH 14
(ΥΥΔΦΡ168)**

- Μίας χρήσεως από latex ή σιλικόνη (με ή χωρίς πολυουρεθάνη).
- Να διατίθεται στο εξής μεγέθος: 14 CH

**11. ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΥΘΕΙΣ 150- 180cm
(ΥΥΟΔΗ002)**

- Να διατίθεται με επίστρωση Teflon.
- Να διατίθεται σε διαμέτρους 0,035" και 0,038" της ίντσας και μήκη 150-180 εκατοστά.
- Να είναι ευθείς

**12. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΗ/ML
(ΥΥΑΓΥ006)**

- Αιμοστατική σκόνη από φυτικό πολυσακχαρίτη
- Απορροφήσιμο χωρίς ζωικά ή ανθρώπινα παράγωγα
- Να διατίθεται με απλικατέρ σε δόση 3 γρ.

**13. ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΚΚΑΜΕΝΟΙ 150CM- 180CM
(ΥΥΟΔΗ003)**

- Να διατίθενται με επίστρωση Teflon.
- Να διατίθενται σε διαμέτρους 0,035" και 0,038" της ίντσας και μήκη 150-180 εκατοστά.
- Το τελικό εύκαμπτο άκρο να μην υπερβαίνει σε μήκος τα 3 εκατοστά.
- Η διάμετρος του τελικού κυρτού άκρου να μην υπερβαίνει τα 3 mm

**14. ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ
150- 180cm- STANDARD
(ΥΥΟΔΗ027)**

- Να αποτελούνται από μεταλλικό πυρήνα Nitinol καλυμμένο από στρώμα πολυουρεθάνης, Teflon ή ανάλογο υλικό, που επικαλύπτεται από υδρόφιλη ουσία (3 στρώματα)
- Το μήκος τους να είναι 150-180 εκατοστά.
- Να διατίθενται σε διαμέτρους 0,035" και 0,038" της ίντσας
- Να διαθέτουν τελικό εύκαμπτο άκρο ευθύ ή κεκαμμένο, το μήκος του οποίου να μην υπερβαίνει τα 3 εκατοστά.

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ

2. Π. ΒΕΡΖΕΣ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΠΕΤΑ

5. ΣΠΑΝΩΛ

**15. ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ
260CM±10CM**

(ΥΥΟΔΗ007)

- Να αποτελούνται από μεταλλικό πυρήνα Nitinol καλυμμένο από στρώμα πολυουρεθάνης, Teflon ή ανάλογο υλικό, που επικαλύπτεται από υδρόφιλη ουσία (3 στρώματα)
- Το μήκος τους να είναι 260cm±10cm.
- Να διατίθενται σε διαμέτρους 0,035" και 0,038" της ίντσας
- Να διαθέτουν τελικό εύκαμπτο άκρο ευθύ ή κεκαμμένο, το μήκος του οποίου να μην υπερβαίνει τα 3 εκατοστά

**16. ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΤΥΠΟΥ AMPLATZ EXTRA STIFF 150- 180CM
(ΥΥΟΔΗ012)**

- Να αποτελούνται από μεταλλικό πυρήνα Nitinol καλυμμένο από στρώμα πολυουρεθάνης, Teflon ή ανάλογο υλικό, που επικαλύπτεται από υδρόφιλη ουσία (3 στρώματα).
- Να διατίθενται σε διαμέτρους 0,035" και 0,038".
- Το μήκος τους να είναι 150-180cm.
- Να διαθέτουν τελικό εύκαμπτο άκρο ευθύ ή κεκαμμένο, το μήκος του οποίου να μην υπερβαίνει τα 3 εκατοστά.

**17. ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ 150-180cm STIFF
(ΥΥΟΔΗ017)**

- Να αποτελούνται από μεταλλικό πυρήνα, σκληρής σύστασης, καλυμμένο από στρώμα πολυουρεθάνης, Teflon ή ανάλογο υλικό, που επικαλύπτεται από υδρόφιλη ουσία (3 στρώματα)
- Το μήκος τους να είναι 150-180cm.
- Να διατίθενται σε διαμέτρους 0,035" και 0,038".
- Να διαθέτουν τελικό εύκαμπτο άκρο ευθύ ή κεκαμμένο, το μήκος του οποίου να μην υπερβαίνει τα 3 εκατοστά.

**18. ΠΑΓΙΔΑ ΔΥΟ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ
(ΥΥΓΑΣ065)**

- Να διαθέτει:
 1. έναν διαφανή θάλαμο συλλογής υγρών με μεγεθυντικό φακό
 2. δυο δίσκους συλλογής πολυπόδων με δυνατότητα εναλλαγής κατά την διάρκεια της ενδοσκοπικής.
 3. μια προέκταση για σύνδεση με την αναρρόφηση του ενδοσκοπίου
 4. μια υποδοχή για σύνδεση με το σωλήνα της συσκευής αναρρόφησης.
- Να συνδέεται με τους σωλήνες των αναρροφήσεων και τα ακροφύσια αναρρόφησης των ενδοσκοπίων όλων των τύπων και οίκων κατασκευής.
- Να παραδίδεται σε ατομική συσκευασία
- Οι δίσκοι συλλογής πολυπόδων να φέρουν διατηρητή βάση και να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο και υδρόφιλο υλικό.
- Οι δίσκοι να έχουν εργονομική σχεδίαση, που να επιτρέπει την γρήγορη εφαρμογή και αντικατάστασή τους.

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ

2. Π. Βαροβέλι

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΓΡΕΤΣΑ ΑΡ

5. ΣΤΟΙΜΑ

19. ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ. (ΥΥΓΑΣ067)

Να αποτελείται από τα εξής τμήματα:

1. OTSC (Over The Scope Clip) Applicator Cap

Να φορτώνεται στην άκρη του ενδοσκοπίου και να φέρει το OTSC Clip.

Να διαθέτει ειδικό νήμα καθηλωμένο στο OTSC Applicator Cap με το οποίο απελευθερώνεται το OTSC Clip, με τρόπο παρόμοιο όπως στην περίπτωση των δακτυλίων για τους κισσούς του οισοφάγου.

2. OTSC Hand Wheel

Ειδική πλαστική στρόφιγγα που τοποθετείται στο ενδοσκόπιο για το περιτύλιγμα του νήματος και την απελευθέρωση του OTSC Clip.

3. OTSC (Over The Scope Clip)

Να αποτελείται από ειδικό υλικό *Nitinol* με σχηματική μνήμη και να έχει σχήμα «δαγκάνας με μια σειρά από δόντια» χωρίς να αφήνει κενό στη μέση. Η «δαγκάνα» να διπλώνει και να ασκεί ισχυρή δύναμη συμπίεσης στον επιθυμητό ιστό, επιτυγχάνοντας αποτελεσματική αιμόσταση και αντιμετώπιση διατρήσεων στον γαστρεντερικό σωλήνα.

20. ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΡΙΠΟΔΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΞΗΣ ΙΣΤΩΝ. (ΥΥΓΑΣ068)

- Να είναι σχεδιασμένη και κατάλληλη για χρήση σε συνδυασμό με σύστημα OTSC (Over The Scope Clip)
- Να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 1. Ειδική λαβή ασφαλείας με κουμπί το οποίο όταν ενεργοποιείται μπλοκάρει την λαβίδα
 2. Εύκαμπτο άξονα μήκους 165cm ή 220cm
 3. Σωλήνα με σπειροειδείς αύλακες
 4. Άγκυρα που αποτελείται από 3 κυρτά τμήματα

21. ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΜΠΛΗΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΞΗΣ ΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (ΥΥΓΑΣ069)

- Να είναι σχεδιασμένη και κατάλληλη για χρήση σε συνδυασμό με σύστημα OTSC (Over The Scope Clip)
- Να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 1. Ειδική λαβή
 2. Δύο ξεχωριστές μετακινούμενες λαβές
 3. Εύκαμπτο άξονα μήκους 165cm ή 220cm
 4. Κεντρική ράβδος
 5. 2 πλευρικές μεταλλικές σιαγόνες που μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ

2. Π. ΒΑΡΓΕΛΗΣ

3. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΠΕΙΣΑ

5. ΣΙΟΥΡΗ

**22. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ VAC
ΚΑΝΙΣΤΡΑ (ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΚΟΙΛΙΑΣ ΥΥΔΦΡ328)
(ΥΥΔΦΡ515)**

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΥΥΔΦΡ328 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ
ΤΩΝ ΥΥΔΦΡ615-715

**23. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ VAC
ΚΑΝΙΣΤΡΑ 1000ML (ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΥΥΔΦΡ615-715)
(ΥΥΔΦΡ315)**

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 715-615

**24. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ VAC
ΚΑΝΙΣΤΡΑ 500ML
(ΥΥΔΦΡ318)**

- Κάνιστρο αντλίας αρνητικής πίεσης με διαγράμμιση σε ml χωρητικότητας 450ml $\pm$ 50ml.

Το δοχείο συλλογής εκκρίσεων:

- Να είναι κλειστού τύπου
- Αποστειρωμένο
- Να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ
- να έχει κλίμακα διαβάθμισης των ml και φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία.
- Να περιέχει άνθρακα για την εξουδετέρωση οσμών.

Η επιλογή του κάνιστρου I.1.b (αντιστοίχιση Ε.Κ.Α.Π.Υ) θα γίνεται σε συνδυασμό με σετ σπόγγων ή γάζας διάστασης Small ή Medium.

**25. ΣΥΣΤ. ΑΡΝΗΤ. ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤ ΤΡΑΥΜ. ΑΝΤΑΛ/ΚΑ – ΣΕΤ
ΕΠΙΔΕ/ΓΑΖΑ - MEDIUM
(ΥΥΔΦΡ323)**

**26. ΣΥΣΤ.ΑΡΝΗΤ.ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤ ΤΡΑΥΜ. ΑΝΤΑΛ/ΚΑ-ΣΕΤ
ΕΠΙΔΕ/ΓΑΖΑ-SMALL
(ΥΥΔΦΡ322)**

Αναλώσιμο υλικό του συστήματος αρνητικής πίεσης, σετ επιδέσμων αρνητικής πίεσης.

- Αυτοκόλλητη διαφανή μεμβράνη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος
- Σετ σπόγγου πολουρεθάνης απλό ή εμποτισμένο με άργυρο ή ισοδόναμο.

Διαστάσεων : Medium, Small.

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ

2. Π. ΒΑΡΖΕΛΗΣ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4. ΠΕΤΡΑ

5. ΣΤΑΥΡΟΣ

**27. ΣΥΣΤ. ΑΡΝΗΤ. ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜ. ΑΝΤΑΛ/ΚΑ-ΣΕΤ
ΣΠΟΓΓΟΥ SMALL
(ΥΥΔΦΡ319)**

- Σετ σπόγγου με ειδική δομή πόρων που αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος κοκκιώδους ιστού εντός αυτού, μειώνοντας τον πόνο και τους τραυματισμούς κατά την αφαίρεση.
- Σωλήνας αναρρόφησης με αυτοκόλλητο δίσκο και φίλτρο για την αποφυγή της δυσσομίας
- Αυτοκόλλητες μεμβράνες για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος.
- Να έχει σήμανση CE.

Διάσταση:

Small:

10cm x 7,5cm x 3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες).

(αντιστοίχηση ΕΚΑΠΥ Ι.2.α.1)

Για τα είδη από 24 έως 27

Απαραίτητες προϋποθέσεις κατακύρωσης των προσφορών επί ποινή απόρριψης

Η **αντλία** αρνητικής πίεσης θα παραχωρείται δωρεάν για τη χρήση των αναλώσιμων σετ.

- η αντλία να είναι φορητή
- συνεχή και μεταβαλλόμενη λειτουργία αρνητικής πίεσης
- προσαρμογή αρνητικής πίεσης τουλάχιστον έως 200mmHg
- προσαρμογή μεταβαλλόμενης λειτουργίας
- δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 9 ωρών)
- συνοδεύεται από τσαντάκι μεταφοράς για περιπατητικούς ασθενείς.
- μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος αντλίας 2,5Kg

Η συσκευασία των σετ να είναι εναρμονισμένη με τον κανονισμό περί προμήθειας ιατροτεχνολογικών ειδών ΦΕΚ Αρ.Φυλλου 2198 2/10/2009

(Αρ.ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648)

Οδηγίες διαθέσιμες στην Ελληνική γλώσσα

Η επισήμανση στο σετ να περιλαμβάνει:

1. Εμπορική επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή
2. Εμπορικός κωδικός ή Εμπορική ονομασία - περιγραφή του είδους
3. Αποστειρωμένο
4. Κωδικό παρτίδας
5. Ένδειξη οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσης
6. Τα μέρη του σετ (μεμβράνες και δίσκος αναρρόφησης) να μπορούν να διατεθούν και μεμονωμένα ως είδη.

Ο συνδυασμός ειδών μέσα στο σετ από διαφορετικούς κατασκευαστές θα συνοδεύεται από Δήλωση συμβατότητας του προμηθευτή και όχι από τον αντιπρόσωπο – διανομέα.

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ
2. Π. ΒΑΡΣΑΝΙΩΤΗΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΕΙΤΑ
5. ΣΤΑΜΗΛΑΚΗΣ

Τρόπος αξιολόγησης τεχνικών προσφορών συστήματος αρνητικής πίεσης

- Η κατακύρωση των Α/Α Σετ Σπόγγων ή Γάζας (I.2 & I.3) έπεται από την τεχνική αξιολόγηση αυτών, θα γίνει μόνο στις προσφερόμενες εταιρίες που έχουν κατακυρώσει και το αντίστοιχο κάνιστρο (I.1) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση όπου ένα από τα μέρη του συστήματος (κάνιστρο & σετ σπόγγου ή γάζας) δεν εγκριθεί στην τεχνική αξιολόγηση, τότε δεν ολοκληρώνεται συμβατό σύστημα αρνητικής πίεσης και απορρίπτεται η προσφορά.
- Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρωμένων συμβατών συστημάτων αρνητικής πίεσης, θα γίνεται στην συνολική αξία κάθε συστήματος (κάνιστρο + σετ σπόγγου ή γάζας) έχοντας αναγάγει την αξία του κανίστρου σε αξία ανά ml, (euro / ml).

28. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΙΜΟΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ M.X

(ΥΥΔΦΡ334)

- Η λαβίδα να φέρει οδοντωτές σιαγόνες, ώστε να είναι σταθερή κατά την σύλληψη.
- Να έχει ενσωματωμένη ειδική εργονομική, αντιολισθητική λαβή χειρισμού 3-δακτύλων, για χρήση με το ένα χέρι.
- Να είναι πλήρως περιστρεφόμενη κατά 360°.
- Να είναι διαθέσιμη με grooved ευρύ άκρο, επίπεδες σιαγόνες με ραβδώσεις με μήκος ανοίγματος 6,3mm και καθετήρα σε μήκη 165cm και 230cm.
- Να είναι συμβατή με κανάλι εργασίας ενδοσκοπίου $\geq 2.8\text{mm}$.
- Να είναι συμβατή με τις συσκευές διαθερμίας που χρησιμοποιούνται στο ενδοσκοπικό τμήμα χωρίς ανάγκη προμήθειας επιπλέον αντάπτορα.
- Να είναι αποστειρωμένη και μιας χρήσης.

29. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΕΚΤΟΜΗΣ (ESD) ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΔΥΟ ΒΑΘΜΙΔΩΝ M.X

(ΥΥΔΦΡ337)

- Να φέρει κυκλικό άκρο (knob shaped tip)
- Να είναι κατάλληλο για ESD ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού
- Να προσφέρεται σε μήκη 1.650 mm, 1.950 mm, 2.300 mm.
- Να διαθέτει μήκος σύρματος κοπής 1,5mm και 2mm.
- Να διαθέτει διάμετρο άκρου 0,3mm.
- Να δύναται να συνδεθεί με την υπάρχουσα διαθερμία του ενδοσκοπικού τμήματος χωρίς προμήθεια επιπλέον αντάπτορα
- Να δύναται να συνδεθεί με αντλία νερού μέσω ειδικού καναλιού Jet.
- Να είναι αποστειρωμένο και μίας χρήσης
- Να υπάρχει διαθέσιμη διεθνής βιβλιογραφία που να τεκμηριώνει την χρήση και την αποτελεσματικότητα του

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ

2. Π. ΒΑΡΓΕΛΗΣ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΠΕΤΑΡ

5. ΣΤΑΜΗΛΑ

30. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΕΚΤΟΜΗΣ (ESD) ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟ Μ.Χ (ΥΥΔΦΡ338)

- Να είναι κατάλληλο για ESD
- Να φέρει σφαιρικό μονωμένο άκρο
- Να προσφέρεται σε μήκη 1.650 mm και 2.300 mm
- Να διαθέτει μήκος σύρματος κοπής 3.5 mm ή 4 mm
- Να διαθέτει διάμετρο άκρου 1,7 mm ή 2,2 mm
- Να δύναται να συνδεθεί με την υπάρχουσα διαθερμία του ενδοσκοπικού τμήματος χωρίς προμήθεια επιπλέον αντάπτορα
- Να είναι αποστειρωμένο και μίας χρήσης
- Να υπάρχει διαθέσιμη διεθνής βιβλιογραφία που να τεκμηριώνει την χρήση και την αποτελεσματικότητα του

31. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΕΚΤΟΜΗΣ (ESD) ΜΕ ΑΚΡΟ ΟΡΘΗΣ ΓΩΝΙΑΣ Μ.Χ (ΥΥΔΦΡ339)

- Να έχει περιστρεφόμενο άκρο ορθής γωνίας, σχήματος «Γ»
- Να προσφέρεται σε μήκη 1.650 mm, 1.950 mm, 2.300 mm
- Να διαθέτει μήκος σύρματος κοπής 4,5mm.
- Να διαθέτει διάμετρο άκρου 1,3mm.
- Να δύναται να συνδεθεί με την υπάρχουσα διαθερμία του ενδοσκοπικού τμήματος χωρίς προμήθεια επιπλέον αντάπτορα
- Να δύναται να συνδεθεί με αντλία νερού μέσω ειδικού καναλιού Jet.
- Να είναι αποστειρωμένο και μίας χρήσης
- Να υπάρχει διαθέσιμη διεθνής βιβλιογραφία που να τεκμηριώνει την χρήση και την αποτελεσματικότητα του

32. ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ESD) (ΥΥΔΦΡ340)

- Να διαθέτει δύο σπές αποστράγγισης 1,25x5mm.
- Να είναι κωνικού τύπου και να καταλήγει σε διάμετρο 8mm.
- Η απόσταση μεταξύ του τελικού άκρου του ενδοσκοπίου και του τελικού άκρου του καλύμματος να είναι 7mm (short-type).
- Να διατίθεται σε εξωτερική διάμετρο 11,8mm., 13,0mm και 14,8mm. για χρήση με διάφορα ενδοσκόπια.

1. Ε. ΤΕΛΑΚΤΕ

2. Π. ΒΑΡΣΕΛΙΝΗΣ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΠΕΙΣΑ ΔΡ

5. ΣΤΑΥΡΟΥ Μ.

33. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 1 ml (ΥΥΔΦΡ342)

- Να περιέχει διάλυμα συνθετικών πεπτιδίων
- Να είναι παχύρευστο και διαφανές ώστε να επιτρέπει την παρατήρηση του σημείου εφαρμογής και την ολοκλήρωση της επεμβατικής πράξης μετά την εφαρμογή του.
- Να είναι αποτελεσματικό σε αιμορραγίες μικρών αιμοφόρων αγγείων, διαρροές τριχοειδών αγγείων και αναστομώσεις.
- Να δύναται να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με ενδοσκοπικά κλίπς ή καυτηρίαση.
- Να είναι εγκεκριμένο για την ελάττωση των όψιμων αιμορραγιών μετά από ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτομή (ESD) στο παχύ έντερο.
- Να διατίθεται σε προφορτωμένες σύριγγες των 1 ml έτοιμες για χρήση.
- Να συνοδεύεται από καθετήρα εφαρμογής μιας χρήσης μήκους 220cm, κατάλληλο για κανάλι εργασίας ενδοσκοπίου τουλάχιστον 2,8mm που να διαθέτει σύνδεση ασφαλείας με τις ειδικές σύριγγες του διαλύματος (luer-lock) και τελικό άκρο extra soft για την αποφυγή τραυματισμών κατά την εφαρμογή του διαλύματος.

34. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 3 ml (ΥΥΔΦΡ343)

- Να περιέχει διάλυμα συνθετικών πεπτιδίων
- Να είναι παχύρευστο και διαφανές ώστε να επιτρέπει την παρατήρηση του σημείου εφαρμογής και την ολοκλήρωση της επεμβατικής πράξης μετά την εφαρμογή του.
- Να είναι αποτελεσματικό σε αιμορραγίες μικρών αιμοφόρων αγγείων, διαρροές τριχοειδών αγγείων και αναστομώσεις.
- Να δύναται να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με ενδοσκοπικά κλίπς ή καυτηρίαση.
- Να είναι εγκεκριμένο για την ελάττωση των όψιμων αιμορραγιών μετά από ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτομή (ESD) στο παχύ έντερο.
- Να διατίθεται σε προφορτωμένες σύριγγες των 3 ml έτοιμες για χρήση
- Να συνοδεύεται από καθετήρα εφαρμογής μιας χρήσης μήκους 220cm, κατάλληλο για κανάλι εργασίας ενδοσκοπίου τουλάχιστον 2,8mm που να διαθέτει σύνδεση ασφαλείας με τις ειδικές σύριγγες του διαλύματος (luer-lock) και τελικό άκρο extra soft για την αποφυγή τραυματισμών κατά την εφαρμογή του διαλύματος.

1. Ε. ΤΕΛΑΜΗΣ

2. Π. ΒΑΡΓΕΛΗΣ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΠΕΤΣΑ ΑΡ

5. ΣΤΑΜΗΛΑ Ε. ΣΑΤ

35. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 5 ml (ΥΥΔΦΡ344)

- Να περιέχει διάλυμα συνθετικών πεπτιδίων
- Να είναι παχύρευστο και διαφανές ώστε να επιτρέπει την παρατήρηση του σημείου εφαρμογής και την ολοκλήρωση της επεμβατικής πράξης μετά την εφαρμογή του.
- Να είναι αποτελεσματικό σε αιμορραγίες μικρών αιμοφόρων αγγείων, διαρροές τριχοειδών αγγείων και αναστομώσεων.
- Να δύναται να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με ενδοσκοπικά κλίπς ή καυτηρίαση.
- Να είναι εγκεκριμένο για την ελάττωση των όψιμων αιμορραγιών μετά από ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτομή (ESD) στο παχύ έντερο.
- Να διατίθεται σε προφορτωμένες σύριγγες των 5 ml έτοιμες για χρήση
- Να συνοδεύεται από καθετήρα εφαρμογής μιας χρήσης μήκους 220cm, κατάλληλο για κανάλι εργασίας ενδοσκοπίου τουλάχιστον 2,8mm που να διαθέτει σύνδεση ασφαλείας με τις ειδικές σύριγγες του διαλύματος (luer-lock) και τελικό άκρο extra soft για την αποφυγή τραυματισμών κατά την εφαρμογή του διαλύματος.

36. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΙΜΟΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 1950mm.

(ΥΥΔΦΡ347)

Ο συγκεκριμένος κωδικός δύναται να καταργηθεί ως πλεονάζων.

37. ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ -ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘ.
(ΥΥΔΦΡ279)

Το σετ θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Βελόνα ραχιαίας με άκρο PENCIL POINT
- Βελόνα επισκληριδίου.
- Καθετήρα επισκληριδίου.
- Φίλτρο αντιβακτηριδιακό.
- Σύριγγα εντοπισμού επισκληριδίου χώρου.
- Ειδικό στερεωτικό του επισκληριδίου καθετήρα στην πλάτη του ασθενή.
- Προαιρετικά το σετ να περιέχει αποστειρωμένο πεδίο μιας χρήσης με οπή και γάζα για την τοπική αντισηψία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΒΕΛΟΝΑ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ (ΡΑΧΙΑΙΑΣ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ PENCIL POINT 26-27 G ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ (latex free).

Οι βελόνες πρέπει:

- Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια για να ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗ

2. Π. ΒΑΡΓΕΛΑ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΠΕΤΣΑΡΑ

5. ΣΤΑΥΡΩΛ

- Να φέρουν στυλεό από ανοξείδωτο ατσάλι
- Να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ENY
- Να φέρει άκρο ακριβείας και οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών
- Το μέγεθος και η θέση της πλάγιας οπής, να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες «διασκληριδίου τοποθέτησης» (διαμέσου ή κατά μήκος της σκληράς μήνιγγας).
- Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ENY
- Να φέρει στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους
- Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο
- Να είναι latex free
- Να διατίθενται σε μεγέθη 26-27 G σε μήκος 90mm ΜΕ ΟΔΗΓΟ

ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ TUOHY 18G (latex free). Οι βελόνες επισκληριδίου αναισθησίας Tuohy πρέπει:

- Να φέρουν τελείως ατραυματικό άκρο Tuohy Hubb που δεν κόβει τους ιστούς.
- Να φέρουν ενσωματωμένο πλαστικό στυλεό για ατραυματικό πέρασμα των ιστών
- Να φέρουν πτερύγια που να τοποθετούνται ή να αφαιρούνται κατά βούληση
- Να είναι βαθμονομημένες ανά 10mm
- Αποστειρωμένες μιας χρήσεως
- Να είναι διαθέσιμες σε Νο 18G, με μήκος 90mm
- Να είναι Latex free

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 18 (latex free).

Ο καθετήρας πρέπει:

- Να είναι κατασκευασμένος από διάφανο συνθετικό nylon έτσι ώστε να παρέχει διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking)
- Να έχει κλειστό άκρο
- Με 3 πλάγιες, ασύμμετρες οπές, σε κοντινή απόσταση από το άκρο
- Να φέρει στρογγυλεμένο, ατραυματικό άκρο που ελαχιστοποιεί τους τραυματισμούς κατά την εισαγωγή
- Ο καθετήρας πρέπει να είναι ιστοσυμβατός και να φέρει ειδική σήμανση του άκρου του
- Να φέρει διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του καθετήρα
- Να παρέχει ανεμπόδιστη και σταθερή ροή
- Να φέρει συνδετικό ασφαλείας Luer Lock, που δεν εμποδίζει τη ροή των υγρών
- Να είναι latex free
- Να είναι διαθέσιμος σε Νο 18G

ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (latex free).

Η σύριγγα πρέπει:

1. Ε. ΤΕΛΑΡΗΣ
2. Π. ΒΑΡΓΕΔΑ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΠΑΙΣΑ Α
5. ΣΤΟΜΑΧΑ Ν.

- Να είναι χωρίς αντίσταση (Loss of Resistance) με μικρή σταθερή τριβή στην κίνηση του εμβόλου
- Να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου
- Να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου
- Να είναι κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με φυσιολογικό ορό
- Να φέρει κατάλληλο συνδετικό για τις βελόνες επισκληριδίου

Πλήρες σετ συνδυασμένης αναισθησίας με δυνατότητα συστήματος κλειδώματος με βελόνα επισκληριδίου αναισθησίας TUOHY και καθετήρα επισκληριδίου αναισθησίας και βελόνα υπαραχνοειδούς (ραχιαίας) αναισθησίας ατραυματικές τύπου PENCIL POINT μη τοξική (latex free): 18/27 G

38. ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ (ΥΥΓΑΣ018)

- Να αποτελείται από καθετήρα-μπαλόνι διπλού αυλού για διαστολή υψηλής πίεσης, τριών σταδίων διαστολής
- Να είναι κατάλληλο για χρήση μέσω του καναλιού του ενδοσκοπίου
- Να είναι κατάλληλο για διαστολές οισοφάγου-πυλωρού-εντέρου
- Να έχει ενσωματωμένο συρμάτινο οδηγό με διαγραμμίσεις, διαμέτρου 0.035'', μήκους 300-330cm, με σύστημα κλειδώματος
- Να έχει φέροντα καθετήρα διαμέτρου 7 ή 8 fr, μήκους 240-250cm, από Nitinol kink-resistant υλικό, με εύκαμπτο ατραυματικό άκρο και ευδιάκριτο ακτινοσκοπικό/ενδοσκοπικό δείκτη εύρους τουλάχιστον 2cm.
- Το μπαλόνι να φέρει δύο έντονα ακτινοσκοπικούς δακτυλίους στα άκρα του για ακτινολογικό εντοπισμό
- Το μπαλόνι να διαθέτει προλίπανση και να είναι κατασκευασμένο από διαφανές υλικό
- Να είναι διατεινόμενο σε τρία διαδοχικά στάδια
- Να διατίθεται στα ακόλουθα μεγέθη
 1. Διάμετρος μπαλονιού 8-9-10mm, μήκος 5.5cm
 2. Διάμετρος μπαλονιού 10-11-12mm, μήκος 5.5cm
 3. Διάμετρος μπαλονιού 12-13.5-15mm, μήκος 5.5cm
 4. Διάμετρος μπαλονιού 15-16.5-18mm, μήκος 5.5cm
 5. Διάμετρος μπαλονιού 18-19-20mm, μήκος 5.5cm
- Να είναι αποστειρωμένο και να διατίθεται σε ειδική προστατευτική συσκευασία, με ενσωματωμένη ετικέτα αναγραφής του μεγέθους του και των συνιστώμενων πιέσεων διάτασης
- Να είναι συμβατό με ελάχιστο εύρος καναλιού 2.8mm

2. Ε. ΤΕΛΗΚΗΣ

9. Π. Βαργέλης

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΠΕΤΑ ΑΓ

5. ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙ.

39. ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (ΥΥΓΑΣ024)

- Να αποτελείται από ειδική σύριγγα χωρητικότητας 50-60 cc
- Η σύριγγα να φέρει ενσωματωμένο μανόμετρο υψηλής ευκρίνειας που να διαθέτει αναλογική οθόνη βαθμονομημένη σε δύο κλίμακες: ατμόσφαιρες (atm) και λίμπρες ανά τετραγωνική ίντσα (psi).
- Να προσαρμόζεται και να είναι απολύτως συμβατή με την ειδική συσκευή διάτασης/λιθοτριψίας Alliance II που ήδη διαθέτει το ενδοσκοπικό τμήμα
- Να διαθέτει συνδετικό σωλήνα που να είναι συμβατός με όλα τα ενδοσκοπικά μπαλόνια διαστολών

40. ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ M.X (ΥΥΔΦΡ335)

Να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Συσκευή περίδεσης ευρείας οράσεως έξι (6) δακτυλίων, μονού νήματος, για την παρασκευή ψευδοπολύποδα προς εκτομή, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Εργονομική περιστροφική λαβή απολινωτή για ελεγχόμενη απελευθέρωση των δακτυλίων, που να προσαρμόζεται ασφαλώς στο κανάλι εργασίας του ενδοσκοπίου.
- Διαφανή πλαστικό καπάκι ευρείας οράσεως από μαλακή ατραυματική σιλικόνη προσαρμοζόμενο στο άκρο του ενδοσκοπίου, με ενσωματωμένη χορδή απελευθέρωσης
- Τουλάχιστον έξι (6) προτοποθετημένους δακτυλίους από φυσικό ελαστικό latex
- Ο προτελευταίος δακτύλιος να είναι διαφορετικού χρώματος
- καθετήρα-εξάρτημα τοποθέτησης-σύνδεσης των δακτυλίων με το ενδοσκόπιο
- μεταλλικό αντάπτορα έγχυσης-πλύσης
- να είναι συμβατό με τα υπάρχοντα ενδοσκόπια του γαστρεντερολογικού τμήματος

2. Εξαγωνικό μονοπολικό ηλεκτροχειρουργικό μαλακό βρόχο ενδοσκοπικής εκτομής με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Το μέγεθος βρόχου να είναι 1.5 (± 0.1) X 2.5 (± 0.1) cm
- Να αποτελείται από πλεκτό σύρμα με προσθήκη νιτινόλης για βέλτιστη μνήμη και επαναφορά στο αρχικό του σχήμα
- Ο φέρων καθετήρας να είναι 5 ή 7 ft (κατ' επιλογή), μήκους 240 $\pm$ 10cm και να είναι κατασκευασμένος από Teflon υψηλής προωθητικότητας, με ενσωματωμένη βαθμονομημένη πλαστική λαβή ενός χεριού
- Να είναι συμβατός με εύρος καναλιού 2.8 ή 3.7mm (αναλόγως της διαμέτρου του καθετήρα)
- Ο καθετήρας να προωθείται στο κανάλι εργασίας μέσω υποδοχής στην λαβή απολινωτή χωρίς να απαιτείται αφαίρεση του ενδοσκοπίου ή αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων.
- Να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία
- Να προορίζεται για μια χρήση.

1. Ε. Τσακίτς

2. Π. Βασιλείου

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΠΕΤΡΑ Α'

5. ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ

41. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΒΡΟΧΟΥ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ Μ.Χ (ΥΥΔΦΡ341)

- Να φέρει ειδικό άκρο κατάλληλο για την κοπή του βρόχου περιδέσεως πολυπόδων (endoloop)
- Να διατίθεται με μήκος καθετήρα τουλάχιστον 230 cm
- Να είναι συμβατό για χρήση με ενδοσκόπια με κανάλι βιοψίας τουλάχιστον 2,8 χιλ
- Να έχει ενσωματωμένη λαβή χειρισμού
- Να διατίθεται αποστειρωμένο και να είναι μίας χρήσης

42. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΥΥΔΦΡ345)

- Να διατίθεται στους ακόλουθους τύπους (κατ' επιλογήν):
 1. alligator
 2. rat tooth
 3. συνδυασμό rat tooth και alligator
 4. pelican
 5. με μορφή τρίποδα ή τετράποδα ή πεντάποδα
- Να είναι πολλαπλών χρήσεων
- Να διαθέτει λαβή χειρισμού
- Να συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης
- Να μπορεί να αποστειρωθεί και σε κλίβανο ατμού (134o C)
- Ο καθετήρας της να έχει διάμετρο 2,4±0,1mm και μήκος τουλάχιστον 220cm
- Να είναι συμβατή με ενδοσκόπια με κανάλι βιοψίας 2,8 χιλ

43. ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΑ Ν09 (ΥΥΔΦΡ209).

44. ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΑ Ν08 (ΥΥΔΦΡ114)

45. ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΑ Ν07 (ΥΥΔΦΡ217)

- Σετ διαδερμικής τραχειοτομίας βασισμένο στην τεχνική Gaglia
- Να περιέχει διαστολέα ενός σταδίου
- Να περιέχει σύστημα **ατραυματικής** εισαγωγής του τραχειοστόματος που επιτυγχάνεται με κάλυψη από εύκαμπτο βιοσυμβατικό υλικό του κενού μεταξύ του τραχειοστόματος και του εισαγωγέα.
- Να περιέχει τραχειόστομα διπλού αυλού ώστε να εξασφαλίζεται η βατότητα της τραχειοτομίας χωρίς να υπάρχει ανάγκη αλλαγής του τραχειοστόματος κατά την πρώτη εβδομάδα μετά την τραχειοτομία.
- Να διατίθεται σε μεγέθη 9 ,7 ,8 Fr αντιστοίχως.

1. Ε. ΤΣΑΛΑΚΗΣ

2. Π. ΒΑΡΣΙΛΙΟΥ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

4. ΠΕΤΣΑ

5. ΣΤΡΟΥΠΟΥ

**46. ΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ /ML (ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ ΚΑΙ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ)
(ΥΥΔΦΡ605)**

- Να έχει σύσταση με βάση την γλουταραλδεύδη και την αλβουμίνη.
- Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου.
- Να μην απαιτεί ειδική προεργασία πριν την χρήση της.
- Να είναι κατάλληλη για χρήση τόσο σε ανοικτή όσο και σε λαπαροσκοπική χειρουργική.
- Να διατίθεται σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη των 5ml.
- Να συμπεριλαμβάνονται ρύγχη τουλάχιστον τρία μήκους 8-12cm για την εφαρμογή της κόλλας

**47. ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟΥ)
(ΥΥΔΦΡ030)**

- Το υλικό να είναι αποστειρωμένο.
- Το μείγμα να περιέχει α.octyl cyanoacrylate (οκτυλο κυανοακρικό εστερα) και butyl (βουτυλο).
- Να μην είναι απαραίτητη η συντήρησή του σε ψυγείο.
- Να απαιτείται μια στρώση υλικού.
- Εύχρηστη συσκευασία ,απλή εφαρμογή με άσηπτη τεχνική.

**48. ΧΡΩΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΙΣΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΠΛΕ
(ΥΥΔΦΡ917)**

**49. ΧΡΩΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΙΣΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ
(ΥΥΔΦΡ918)**

**50. ΧΡΩΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΙΣΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΟ (ΥΥΔΦΡ919)**

**51. ΧΡΩΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΙΣΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟ (ΥΥΔΦΡ920)**

Η χρωστική ουσία επικαλύπτει την επιφάνεια του χειρουργικού παρασκευάσματος, χωρίς να διαπερνά τον ιστό. Το μελάνι πρέπει να παραμένει στην επιφάνεια ομοιόμορφα και ομοιογενή καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, ανάλυσης και διάγνωσης στο μικροσκόπιο.

Χρειάζονται τέσσερις χρωστικές διαφόρων χρωμάτων ώστε να διαφοροποιείται έτσι η κάθε επιφάνεια. ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ,ΚΟΚΚΙΝΟ,ΜΠΛΕ

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ 
2. Π. Βούρβουλης 
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
4. ΠΕΙΣΑΡ 
5. Σταυρινά 

52. ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ SWAN-GANZ(6FR)(ΥΥΔΦΡ159)

53. ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ SWAN-GANZ (7FR)(ΥΥΔΦΡ160)

Το σετ να περιλαμβάνει:

- Συρμάτινο οδηγό με ευθύ το ένα άκρο και κυρτό (σχήματος j) το άλλο.
- Θηκάρι 6 και 8.5 ft αντιστοίχως.
- Αιμοστατική βαλβίδα με πλάγια διακλάδωση και προέκταση που καταλήγει σε κάνουλα τριών οδών.
- Καθετήρα 18 g
- Σύριγγα χωρητικότητας 6 cc
- Βελόνα εντοπισμού 22 g
- Βελόνα 18 g
- Νυστέρι
- Γάζες
- Πλαστικό στυλεό απόφραξης
- Προστατευτικό κάλυμμα τύπου φουσαρμόνικας μήκους $80\text{cm} \pm 2\text{cm}$ για την προστασία από μόλυνση
- Να προσφέρονται σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει **απαραίτητα** να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και **δείγματα** (τουλάχιστον 3), με εξαίρεση δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας δεν μπορούν να σταλούν. Στις περιπτώσεις της παραπάνω εξαίρεσης, να κατατεθεί σχετικό έγγραφο περί μη δυνατότητας αποστολής.
2. Τα είδη να έρχονται αποστειρωμένα όπου απαιτείται και στην συσκευασία να αναγράφεται η ένδειξη CE MARK.
3. Να κατατεθούν για κάθε προσφερόμενο είδος εκθέσεις δοκιμών από Οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ή ισοδύναμο) ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιο Οργανισμό (ή ισοδύναμο) ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 56 του Νόμου 4412/2016)
4. Σε όλα τα είδη επί ποινή απόρριψης να περιλαμβάνεται το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.
5. Η ημερομηνία λήξεως των προϊόντων να είναι άνω των δύο ετών.
6. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανομής (σε περίπτωση που είναι διαφορετικά).
7. Να κατατίθενται για κάθε προσφερόμενο είδος, σχετικό με την κατηγορία του, πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την οδηγία 93/42ΕΟΚ.

1. Ε. ΤΕΛΑΚΗΣ
2. Π. ΒΑΡΖΕΛΑ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
4. ΜΕΤΣΑ ΑΡ
5. ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΣΑΥΣ

8. Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες που είναι αναγκαίες για την χρησιμοποίηση του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του κατασκευαστή (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ παρ. 13 του παραρτήματος Ι της υπ. αρ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 130648-ΦΕΚ 2198/Β/02-10-09).
9. Η προμηθεύτρια εταιρεία εφόσον δεν ταυτίζεται με τον κατασκευαστή του είδους θα πρέπει να τηρεί τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την αρ. ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ/1348/16-1-04 (ΦΕΚ 32Β) και να καταθέσει προς τούτο σχετική βεβαίωση.
10. Η παράδοση των ειδών να πραγματοποιείται εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την παραγγελία του αρμόδιου διαχειριστικού τμήματος και σύμφωνα με τα δείγματα που θα προσκομιστούν στον διαγωνισμό.
11. Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1. Τελάκης Εμμανουήλ, Ιατρός, Γαστρεντερολογικό τμήμα
2. Βάρτζελη Παναγιώτα, Ιατρός, ΜΕΘ
3. Κωνσταντινίδου Χαρίκλεια, Ιατρός, Πλαστική Χειρουργική
4. Πέτσα Αριστέα, ΤΕ Νοσηλευτριών, ΜΕΘ
5. Στούμπου Μαρουλιώ, ΤΕ Νοσηλευτριών, Τμήμα Κλινικής Ημέρας

