



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΕΤΑΞΑ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Χατζηανδρέου Λυγερή
Διεύθυνση: Μπότσια 51, 18537 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4520835
Email: prommet@yahoo.gr



Προς
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Προϊτσαμένη Προμηθειών
CHRYSOULA SAMARTZI
16/02/2024 10:25

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2

Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ.3246/09-02-2024 αίτημα της εταιρείας «LERIVA DIAGNOSTICS ΑΕ» και την υπ'αρ.3450/12-02-2024 απάντηση της επιτροπής διενέργειας αναφορικά με τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ», για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου» με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV:33696500-0),για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.098.283,13€ άνευ ΦΠΑ και 1.164.180,12€ με ΦΠΑ, με Αρ. Διακ. 46/2023 και Συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ (284400), **σας ενημερώνουμε ότι για την ταχύτερη εκτέλεση των ανοσολογικών και βιοχημικών εξετάσεων ο αναλυτής θα πρέπει να απελευθερώνει το συντομότερο δυνατό (εντός πέντε λεπτών) το πρωτογενές σωληνάριο ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο για την εκτέλεση και των βιοχημικών εξετάσεων. Η διεξαγωγή αυτόματων επαναλήψεων καθώς και reflex testing δεν πρέπει να δεσμεύει το πρωτογενές σωληνάριο εντός του αναλυτή περισσότερο από τα αρχικά πέντε λεπτά, επομένως ο προσφερόμενος αναλυτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί αυτόματα επαναμετρήσεις και reflex testing ακόμη και μετά την απομάκρυνση από τον αναλυτή του πρωτογενούς σωληναρίου. Επισημαίνουμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που δόθηκαν είναι σαφείς, δίχως να υπάρχει η ανάγκη τροποποίησης αυτών.**

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ε. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ