



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ: 213 2079100

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ: Χριστίνα Κυριακού

Τηλ: 213 2079322

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 4321-22/2/2024

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Email: diavouleusi_metaxa@yahoo.com

ΘΕΜΑ: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**Επιδαπέδιας Ιστοκινέτας κλειστού τύπου (CPV: 33910000-2)**»
ΣΧΕΤ.:

1. Το υπ.αρ.πρωτ. 10607/10-06-2022 έγγραφο της επιτροπής με τις τεχνικές προδιαγραφές

Το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρμογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια «**Επιδαπέδιας Ιστοκινέτας κλειστού τύπου (CPV: 33910000-2)**», συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 58.280€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών του πίνακα ειδών και του προϋπολογισμού που τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ και θα γίνει η τελική διαμόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο πλήρες σώμα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρξει αναρτημένη:

- στον ιστότοπο του Νοσοκομείου: www.metaxa-hospital.gr
- στο ΕΣΗΔΗΣ και
- στη Διαύγεια

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά με την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Το νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας και συγκεκριμένα στη διαδρομή Προμήθειες-Διαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετική ανακοίνωση με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. Σημειώνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.promitheus.gov.gr>) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδρομή: Προμήθειες-Διαβουλεύσεις-Προσκλήσεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Το υπ'αρ. 10607/10-06-2022 έγγραφο της επιτροπής με τις τεχνικές προδιαγραφές

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

- Να χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ιστολογικών παρασκευασμάτων με χωρητικότητα τουλάχιστον 300 δειγμάτων / παρασκευασμάτων και πάχους 5 mm.
- Για τη βέλτιστη προστασία του χειριστή από αναθυμιάσεις το σύστημα εκτός των φίλτρων ενεργού άνθρακα να διαθέτει ειδικό σύστημα συμπίκνωσης ατμών /αναθυμιάσεων ή αντίστοιχο.
- Να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις για δοχεία αντιδραστηρίων, 2 ειδικές θέσεις για τη διενέργεια καθαρισμού του θαλάμου επεξεργασίας, ειδικό δοχείο αποβλήτων παραφίνης και ειδικό δοχείο για την απόρριψη υγροποιημένων ατμών από το σύστημα συμπίκνωσης των αναθυμιάσεων, χωρητικότητας 5 λίτρων περίπου
- Να διαθέτει επιπλέον των προηγούμενων 2 δοχεία αντιδραστηρίων αυξημένης χωρητικότητας, 10 λίτρων περίπου, προκειμένου να χρησιμοποιούνται από το σύστημα για αυτόματη ανακύκλωση ή συμπλήρωση αντιδραστηρίων όποτε είναι αναγκαίο
- Να είναι δυνατή η συμπλήρωση αντιδραστηρίων εν ώρα λειτουργίας της ιστοκινέτας κατά τη διάρκεια πρωτοκόλλου επεξεργασίας, προς διευκόλυνση του προσωπικού του εργαστηρίου λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας.
- Να διαθέτει τουλάχιστον 4 αποσπώμενα δοχεία παραφίνης χωρητικότητας 5 λίτρων περίπου σε θερμοστατούμενο χώρο με θερμοκρασία προγραμματιζόμενη από το χειριστή σε εύρος 45 – 70οC.
- Να έχει ενσωματωμένη λειτουργία αυτόματης διανομής και ανακατανομής αντιδραστηρίων όπου χρειάζεται χωρίς την ανάγκη παρεμβολής του χειριστή.
- Το σύστημα να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να παραδοθεί στο τμήμα καινούργιο και αμεταχείριστο με υποστήριξη σε Service και ανταλλακτικά τουλάχιστον για δέκα έτη.
- Να περιέχει εσωτερικό μετρητή καταμέτρησης των δειγμάτων προς επεξεργασία, ώστε να ειδοποιείται αυτόματα ο χειριστής όταν χρειάζεται αλλαγή/αντικατάσταση των αντιδραστηρίων
- Η ιστοκινέτα να πραγματοποιεί αυτόματα ανάμειξη αντιδραστηρίων όπου χρειάζεται χωρίς την ανάγκη παρεμβολής του χειριστή π.χ. στην ανάμειξη αλκοολών υψηλών και χαμηλών βαθμών για την παρασκευή των ενδιάμεσων ή και σε άλλες περιπτώσεις κατόπιν προγραμματισμού από το χειριστή.
- Να έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 τουλάχιστον διαφορετικών μεθόδων ανάδευσης των αντιδραστηρίων κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των δειγμάτων για καλύτερα αποτελέσματα
- Να διαθέτει πιστοποιημένα και διακριβωμένα πρωτόκολλα από Παθολογοανατομικά εργαστήρια την Ευρωπαϊκή επικράτεια, για την ποιότητα και επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων επεξεργασίας με χρήση ξυλόλης ή υποκατάστατου ξυλόλης για την ταχεία και απολύτως αξιόπιστη επεξεργασία δειγμάτων με υψηλές απαιτήσεις ποιότητας όπως ο λιπώδης ιστός.
- Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής με λογισμικό λειτουργίας φιλικό στο χρήστη.
- Το λογισμικό λειτουργίας της συσκευής να ειδοποιεί το χειριστή με οπτικά και ακουστικά μηνύματα για τυχόν δυσλειτουργίες και ανάγκη αλλαγής / συμπλήρωσης αντιδραστηρίων

- Να είναι εφικτή η οριοθέτηση της δυνατότητας χρήσης και προγραμματισμού της συσκευής, με χρήση κωδικών πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων: Για απλούς χρήστες και για υπεύθυνους/προϊσταμένους με αυξημένα δικαιώματα.
- Με δυνατότητα λειτουργίας καθυστερημένης έναρξης για τον προγραμματισμό έναρξης της επεξεργασίας σε ώρες που επιθυμεί ο χειριστής.
- Με δυνατότητα προγραμματισμού και αποθήκευσης έως 50 διαφορετικών προγραμμάτων επεξεργασίας των ιστοτεμαχιδίων των 14 βημάτων από το χειριστή.
- Να διαθέτει τουλάχιστον 3 διαφορετικά προγράμματα καθαρισμού του θαλάμου επεξεργασίας
- Να εξοικονομούνται αντιδραστήρια όταν ο θάλαμος επεξεργασίας λειτουργεί με λιγότερα από 300 δείγματα για μεγαλύτερη ευελιξία και εξοικονόμηση πόρων.
- Να διαθέτει ενσωματωμένη έξοδο USB για μεταφορά δεδομένων και εξόδους σύνδεσης σε δίκτυο για τη μετάδοση ειδοποιήσεων και ηχητικών σημάτων σε σημεία ελέγχου και εκτός του εργαστηρίου
- Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας για την προστασία των υλικών από διακοπή ρεύματος κλπ.
- Να διαθέτει τουλάχιστον 4 αισθητήρες στάθμης στο θάλαμο επεξεργασίας για την αποφυγή υπερχειλίσης και την εξασφάλιση βέλτιστης πλήρωσης των δειγμάτων (αναλόγως του αριθμού τους) με αντιδραστήρια.
- Κατά προτίμηση, η προσφερόμενη ιστοκινέτα να χρησιμοποιεί τους ίδιους υποδοχείς κασετών με αυτόματο σύστημα σκίνωσης (να περιγραφεί) για την περαιτέρω αυτοματοποίηση και επιτάχυνση της εργαστηριακής ρουτίνας.
- Το σύστημα να είναι μεγάλης αντοχής και αξιοπιστίας και να απαλείφει την ανάγκη επαναλήψεων, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλή ποιότητα επεξεργασίας στα δείγματα.
- Το προσφερόμενο σύστημα να χρησιμοποιεί πρωτόκολλα επεξεργασίας επικυρωμένα από Παθολογοανατομικά εργαστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για άμεση εφαρμογή. Τα πρωτόκολλα αυτά να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τη χρήση ξυλόλης/αιθανόλης ή αιθανόλης/υποκατάσταστου ξυλόλης.
- Να λειτουργεί σε τάση 220-250V / 50-60Hz.
- Να είναι ευέλικτο σύστημα μικρών σχετικά διαστάσεων και να φέρει τροχούς για την εύκολη εγκατάσταση και μετακίνηση στο εργαστήριο όταν χρειάζεται.
- Να φέρει CE Mark για in vitro διαγνωστική χρήση.
- Για όλες τις παραπάνω προδιαγραφές να υπάρχουν σαφείς παραπομπές σε εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια ή πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη
- Ο προμηθευτής δεσμεύεται να παρέχει Υποστήριξη Ανταλλακτικών και Τεχνική Υποστήριξη για τουλάχιστον 10 έτη

Κόστος ετήσιας τακτικής συντήρησης με ανταλλακτικά και εργασία τεχνικού, μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας : 900€ χωρίς ΦΠΑ το έτος

Προϋπολογισθείσα τιμή : 47.000€ χωρίς ΦΠΑ/58.280€ με ΦΠΑ 24%

